Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83173130-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жедел окклюзияларға арналған басқарылатын коронарлық өткізгіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Жедел окклюзияларға арналған басқарылатын коронарлық өткізгіш сым Саны: 1 дана Жедел окклюзиялар кезінде қолдануға арналған басқарылатын коронарлық өткізгіш сым. Диаметрі: 0,014 дюймнен (0,3556 мм) аспауы тиіс. Ұзындығы: 180–190 см. Өзекшесі: тот баспайтын болаттан жасалған. Конструкциясы айналу қозғалысын шамамен 1:1 қатынасында беруді, басқарылуды және окклюзиялардан өту кезінде жеткілікті тірек беріктігін қамтамасыз етуі тиіс. Өзекше түрі: болаттан жасалған біркомпонентті өзекше және оған параллель орналасқан, болат сымдардан бұралған қосымша микросердечник. Дистальды бөлігі: атравматикалық, рентгенконтрастты, гидрофильді жабынмен қапталған. Дистальды рентгенконтрастты аймағының ұзындығы: 3 см. Проксимальды шиыршықты бөлігі PTFE жабынымен қапталған. Өзекшенің қосымша (ішкі) өрімі болуы тиіс. Үйлесімді ұзартқышты пайдалану арқылы өткізгіш сымның жалпы ұзындығын кемінде 300 см-ге дейін ұзарту мүмкіндігі болуы тиіс. Өткізгіш сымның дистальды бөлігінің иілу күші: 0,5–0,7 г. Тот баспайтын болаттан жасалған проксимальды шиыршықты бөлігінің ұзындығы: 15–25 см. Тірек деңгейінің нұсқалары: стандартты және күшейтілген. Дистальды ұшының нұсқалары: түзу және J-тәрізді. Өткізгіш сым бір операция барысында қайта орналастыруды, зақымданған аймақтардан, соның ішінде субтотальды стеноздардан өтуді, сондай-ақ коронарлық баллондар мен стенттерді жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Дистальды бөлігі гидрофильді жабынмен қапталған болуы тиіс. Өткізгіш сымның жалпы ұзындығын кемінде 300 см-ге дейін ұзарту мүмкіндігі болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83173130-ЗЦП1
Наименование лота:	Проводник
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзий
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Проводник коронарный управляемый для острых окклюзий Количество: 1 шт. Проводник коронарный управляемый для острых окклюзий. Диаметр — не более 0,014 дюйма (0,3556 мм). Длина — 180–190 см. Сердечник — из нержавеющей стали, конструкция должна обеспечивать передачу вращения, близкую к 1:1, управляемость и достаточную поддержку при прохождении окклюзий. Тип сердечника: однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Дистальная часть — атравматичная, рентгеноконтрастная, с гидрофильным покрытием. Длина рентгеноконтрастной дистальной зоны — 3 см. Проксимальная спираль - PTFE-покрытие. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Должна быть возможность удлинения проводника до общей длины не менее 300 см с использованием совместимого удлинителя. Усилие изгиба дистальной части проводника — 0,5–0,7 г. Проксимальная спираль из нержавеющей стали длиной 15–25 см. Возможность удлинения до общей длины не менее 300 см. Дистальная часть — с гидрофильным покрытием. Варианты поддержки — стандартная и усиленная; дистального кончика — прямой и J-образный. Проводник должен обеспечивать повторное позиционирование в рамках одной операции, прохождение пораженных участков, включая субтотальные стенозы, и доставку коронарных баллонов и стентов. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.