Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17840323-1
Сатып алудың атауы:	ушной зонд для больницы
Лоттың нөмірі:	№ 81207447-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Зонд
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОАЭ құлақ зонды (артикулы: 8503051) — MAICO Diagnostics GmbH өндірген EasyScreen отоакустикалық эмиссияны (ОАЭ) және қысқа латентті есту шақырылған потенциалдарын (ҚЛЕШП) тіркеуге арналған аудиологиялық жабдыққа арналған. Мақсаты: Құлақ зонды отоакустикалық эмиссияны (TEOAE, DPOAE) диагностикалық зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ қысқа латентті есту шақырылған потенциалдарын (ҚЛЕШП/ABR) скринингтік зерттеу кезінде акустикалық стимулды беруге арналған. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар MAICO Diagnostics GmbH өндірген EasyScreen типті аудиологиялық жабдықпен немесе баламасымен үйлесімді болуы тиіс. Қолдайтын зерттеу түрлері: TEOAE; DPOAE; моноауралды ABR (ҚЛЕШП). Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: ОАЭ құлақ зонды — кемінде 1 дана; ұзындығы кемінде 120 см кабель — кемінде 1 дана; ұзындығы кемінде 50 см кабель — кемінде 1 дана; құлаққа арналған вкладыштар — кемінде 3 жинақ. Зонд ҚЛЕШП (ABR) зерттеулерін жүргізу үшін алдын ала күшейткіш кабеліне қосылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Зонд жадысында мыналар сақталуы тиіс: калибрлеу мәндері; датчик идентификаторы. Зонд ұшы ауыстырмалы болуы тиіс. Салмағы: қысқа кабельмен — 13 г-нан аспауы тиіс; ұзын кабельмен — 19 г-нан аспауы тиіс. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Жеткізілетін елдің қолданыстағы заңнамасына сәйкес тіркеу және рұқсат құжаттарының болуы міндетті. Шығарылған жылы — 2025 жылдан ерте емес. Кепілдік пайдалану мерзімі — пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17840323-1
Наименование закупки:	ауруханаға арналған құлақ түтігі
Номер лота:	№ 81207447-ЗЦП5
Наименование лота:	Зонд
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актюбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	со дня вступления в силу договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ушной зонд ОАЭ (артикул: 8503051) на устройство Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) EasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия. Назначение: Ушной зонд предназначен для проведения диагностических исследований отоакустической эмиссии (TEOAE, DPOAE), а также для передачи акустического стимула при проведении исследований коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП/ABR). Требования к техническим характеристикам 1. Совместимость с аудиологическим оборудованием типа EasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH или эквивалент. 2. Поддерживаемые исследования: o TEOAE; o DPOAE; o монауральная ABR (КСВП). 3. Комплект поставки должен включать: o ушной зонд ОАЭ — не менее 1 шт.; o кабель длиной не менее 120 см — не менее 1 шт.; o кабель длиной не менее 50 см — не менее 1 шт.; o ушные вкладыши — не менее 3 комплектов. 4. Зонд должен обеспечивать возможность подключения к кабелю предусилителя для проведения исследований ABR (КСВП). 5. Память зонда должна обеспечивать хранение: o калибровочных значений; o идентификатора датчика. 6. Кончик зонда должен быть заменяемым. 7. Масса: o с коротким кабелем — не более 13 г; o с длинным кабелем — не более 19 г. 8. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным. 9. Наличие регистрационных и разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством страны поставки — обязательно. 10. Год выпуска — не ранее 2025 года. 11. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.