Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18015910-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!! |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88811614-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Стерилизатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | ультракүлгін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Стерильді құралдарды сақтау камерасы. Техникалық сипаттамалары • Жабдық түрі: Стерильді құралдарға арналған ультракүлгін сәулелену камерасы. • Камера көлемі: кемінде 100 литр. • Сәулелену көзі: TUV 15W LL бактерицидтік шамы. • Шамдар саны: 1. • УК толқын ұзындығы: 254 нм. • Шамның қуаты: 15 Вт. • Қуат тұтынуы: 25 Вт-тан аспайды. • Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. • Өлшемдері: 670 × 632 × 1180 мм (өндірушінің сипаттамаларына сәйкес ауытқулар болуы мүмкін). • Салмағы: шамамен 28 кг. • Ішкі торлар саны: 4. • Үздіксіз жұмыс уақыты: 168 сағатқа дейін. • MTBF: кемінде 2500 сағат. • Микробицидтік шамның орташа қызмет ету мерзімі: 8000 сағат. • Өндірушінің нұсқауларына сәйкес пайдаланылған кезде құралдардың стерильділігін 7 күнге дейін сақтайды. Қолданылуы Камера келесі мақсаттарға арналған: • Алдын ала стерильденген медициналық құралдарды сақтау. • Құралдарды стерильді сақтау жағдайларын сақтау. • Дұрыс пайдаланылған кезде қайталама микробтық ластанудың алдын алу. Дизайн ерекшеліктері: • Металл корпус. • Мөлдір қорғаныс қақпағы. • Алынбалы ішкі торлар. • Оңай қозғалуға арналған дөңгелектер. • Құралдарға қол жеткізу үшін қақпақтың бекітілген дизайны. |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Стерильді құралдарды сақтау камерасы. Техникалық сипаттамалары • Жабдық түрі: Стерильді құралдарға арналған ультракүлгін сәулелену камерасы. • Камера көлемі: кемінде 100 литр. • Сәулелену көзі: TUV 15W LL бактерицидтік шамы. • Шамдар саны: 1. • УК толқын ұзындығы: 254 нм. • Шамның қуаты: 15 Вт. • Қуат тұтынуы: 25 Вт-тан аспайды. • Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. • Өлшемдері: 670 × 632 × 1180 мм (өндірушінің сипаттамаларына сәйкес ауытқулар болуы мүмкін). • Салмағы: шамамен 28 кг. • Ішкі торлар саны: 4. • Үздіксіз жұмыс уақыты: 168 сағатқа дейін. • MTBF: кемінде 2500 сағат. • Микробицидтік шамның орташа қызмет ету мерзімі: 8000 сағат. • Өндірушінің нұсқауларына сәйкес пайдаланылған кезде құралдардың стерильділігін 7 күнге дейін сақтайды. Қолданылуы Камера келесі мақсаттарға арналған: • Алдын ала стерильденген медициналық құралдарды сақтау. • Құралдарды стерильді сақтау жағдайларын сақтау. • Дұрыс пайдаланылған кезде қайталама микробтық ластанудың алдын алу. Дизайн ерекшеліктері: • Металл корпус. • Мөлдір қорғаныс қақпағы. • Алынбалы ішкі торлар. • Оңай қозғалуға арналған дөңгелектер. • Құралдарға қол жеткізу үшін қақпақтың бекітілген дизайны. / ГОСТ 19569-89  Тапсырыс берушімен келісіңіз |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18015910-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!! |
| **Номер лота:** | № 88811614-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Стерилизатор |
| **Описание лота:** | ультрафиолетовый |
| **Дополнительное описание лота:** | Камера для хранения стерильных инструментов. Технические характеристики • Тип оборудования: ультрафиолетовая камера для хранения стерильных инструментов. • Объём камеры: не менее 100 л. • Источник излучения: бактерицидная лампа TUV 15W LL. • Количество ламп: 1 шт. • Длина волны УФ-излучения: 254 нм. • Мощность лампы: 15 Вт. • Потребляемая мощность: не более 25 Вт. • Электропитание: 220 В, 50 Гц. • Габаритные размеры: 670 × 632 × 1180 мм (допускается отклонение согласно паспорту производителя). • Масса: около 28 кг. • Количество внутренних решёток: 4 шт. • Время непрерывной работы: до 168 часов. • Наработка на отказ: не менее 2500 часов. • Средний срок службы бактерицидной лампы: 8000 часов. • Сохранение стерильности инструментов: до 7 суток при соблюдении инструкции производителя. Назначение Камера предназначена для: • Хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов. • Поддержания условий хранения стерильных инструментов. • Предотвращения вторичной микробной контаминации при правильной эксплуатации. Конструктивные особенности: • Металлический корпус. • Прозрачная защитная крышка. • Внутренние съёмные решётки. • Колёсные опоры для перемещения. • Безопасная конструкция крышки для доступа к инструментам. |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн |
| **Срок поставки:** | в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Камера для хранения стерильных инструментов. Технические характеристики • Тип оборудования: ультрафиолетовая камера для хранения стерильных инструментов. • Объём камеры: не менее 100 л. • Источник излучения: бактерицидная лампа TUV 15W LL. • Количество ламп: 1 шт. • Длина волны УФ-излучения: 254 нм. • Мощность лампы: 15 Вт. • Потребляемая мощность: не более 25 Вт. • Электропитание: 220 В, 50 Гц. • Габаритные размеры: 670 × 632 × 1180 мм (допускается отклонение согласно паспорту производителя). • Масса: около 28 кг. • Количество внутренних решёток: 4 шт. • Время непрерывной работы: до 168 часов. • Наработка на отказ: не менее 2500 часов. • Средний срок службы бактерицидной лампы: 8000 часов. • Сохранение стерильности инструментов: до 7 суток при соблюдении инструкции производителя. Назначение Камера предназначена для: • Хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов. • Поддержания условий хранения стерильных инструментов. • Предотвращения вторичной микробной контаминации при правильной эксплуатации. Конструктивные особенности: • Металлический корпус. • Прозрачная защитная крышка. • Внутренние съёмные решётки. • Колёсные опоры для перемещения. • Безопасная конструкция крышки для доступа к инструментам. ГОСТ 19569-89 Согласовать с заказчиком |