Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17593010-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Қазіргі заманғы биотестілеу әдістерін енгізуге арналған тауарлар (251, 252) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 86553759-ЗЦП11 |
| **Лоттың атауы :** | Тест-жолақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | АВК тест-жолақтары капиллярлық қандағы жалпы холестерин деңгейін сандық өлшеуге арналған. Қаптамасы № 25. Тест-жолақ реактивтері бар мембранасы бар пластикалық негізден тұрады. Тест келесі ингредиенттердің реакциясына негізделген: холестерин оксидаза/холестерин эстераза, POD/хромоген. Келісу үшін телефон - 8 700 508 65 50 |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Университетская көшесі, 28 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасасқан күннен бастап 20 күнтізбелік күндер ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | АВК тест-жолақтары капиллярлық қандағы жалпы холестерин деңгейін сандық өлшеуге арналған. Қаптамасы № 25. Тест-жолақ реактивтері бар мембранасы бар пластикалық негізден тұрады. Тест келесі ингредиенттердің реакциясына негізделген: холестерин оксидаза/холестерин эстераза, POD/хромоген. Келісу үшін телефон - 8 700 508 65 50 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17593010-1 |
| **Наименование закупки:** | Товары для внедрение современных методов биотестирования (251, 252) |
| **Номер лота:** | № 86553759-ЗЦП11 |
| **Наименование лота:** | Тест-полоска |
| **Описание лота:** | для определения содержания глюкозы в крови |
| **Дополнительное описание лота:** | Тест-полоски АВК предназначены для количественного измерение уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Телефон для согласования - 8 700 508 65 50 |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Университеская, 28 |
| **Срок поставки:** | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тест-полоски АВК предназначены для количественного измерение уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/ Хромоген. Телефон для согласования - 8 700 508 65 50 |