Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17325622-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | "Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81760359-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Манометр |
| **Лоттың сипаттауы:** | оттегілі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | ҚА арналған 0-2.5Мпа CL 1.5 IP40 Ø100 G1/2 манометрі |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Өлшеу диапазоны: 0 кем емес 2.5 МПа артық емес (25 бардан артық емес) . Дәлдік класы (CL): 1.5-тен кем емес (қателік шегі толық шкаланың ± 1.5% - дан аспайды, яғни ± 0.0375 МПа. ) Қорғау дәрежесі: IP40-тан кем емес (өлшемі 1 мм-ден асатын қатты денелерден қорғау, ылғалдан қорғау жоқ). Корпустың диаметрі кемінде 100 мм. бекіту жіптері: G1 / 2 (Құбыр цилиндрі, жарты дюйм). Өлшенетін орта: мыс қорытпаларына агрессивті емес сұйықтықтар, газдар және булар. Қоршаған ортаның рұқсат етілген температурасы -50-ден кем емес +150 °C. ауаның Жұмыс температурасы -50-ден кем емес +50 °C. Корпус материалы: болат. Механизм/фитинг материалы: мыс қорытпасы (жез). ГОСТ 2405-88. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17325622-1 |
| **Наименование закупки:** | Электроматериалы для АО "Астана-Энергия" |
| **Номер лота:** | № 81760359-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Манометр |
| **Описание лота:** | кислородный |
| **Дополнительное описание лота:** | Манометр 0-2.5Мпа CL 1.5 IP40 Ø100 G1/2 для РК |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2 |
| **Срок поставки:** | В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Диапазон измерения: не менее 0 не более 2.5 МПа (не более 25 бар) . Класс точности (CL): не хуже 1.5 (погрешность составляет не более ± 1.5% от полной шкалы, т.е. ± 0.0375 МПа. )Степень защиты: не менее IP40 (защита от твердых тел размером более 1 мм, влагозащита отсутствует). Диаметр корпуса не менее 100 мм. Присоединительная резьба: G1/2 (трубная цилиндрическая, полдюйма). Измеряемая среда: жидкости, газы и пар, неагрессивные к медным сплавам. Допустимая температура среды не менее -50 не более +150 °C. Рабочая температура воздуха не менее -50 не более +50 °C. Материал корпуса: сталь. Материал механизма/штуцера: Медный сплав (латунь). ГОСТ 2405-88. |