Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984202-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық шыны / құтыны тазалауға арналған құралдар
Лоттың нөмірі:	№ 88748825-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дезинфекциялау құралы
Лоттың сипаттауы:	үш хлоризоцианур қышқылы негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	зертханалық шыны / медициналық құтыға арналған жуғыш зат, 5 л Шелек
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Әл-Фараби Даңғылы 146
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кір жуғыш машиналарда қолдануға арналған жоғары сілтілі жуғыш зат (сұйықтық), фосфатсыз. Мақсаты: зертханалық әйнекті жуу машиналарында жууға арналған. Қасиеттері: жоғары белсенді диспергаторлары бар қарқынды сілтілі жуғыш зат, құрамында фосфаттар ,беттік белсенді заттар, тотықтырғыштар жоқ. Тот баспайтын болат, пластик және керамикалық бұйымдар зақымдалмайды. Алюминий, анодталған алюминий және басқа жеңіл металдарға жарамайды. Концентрацияны анықтау: титрлеу факторы: 0,35 (неодишер әдісіне сәйкес). Техникалық деректер: меншікті салмағы (20°C): 1,4 г / л. РН деңгейі (ионсыздандырылған суда 2-6 мл/л): 12,2 - 12,9. Тұтқырлық (концентрат 20°C): < 50 mPas. Құрамы: 648/2004 жуу және тазалау құралдарына арналған ЕО ұсынымдарына сәйкес құрамдас бөліктер: 5-15% поликарбоксилаттар, НТА. Шығару формасы: сұйықтық. Қолдану саласы: Өнеркәсіптік зертханаларда және тамақ өнеркәсібінде зертханалық әйнекті автоматты жуу, медициналық бөтелкелер және т.б. ГОСТ Р 58151.1-2018 сәйкестігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984202-1
Наименование закупки:	Средства для очистки медицинских стекол/флаконов
Номер лота:	№ 88748825-3ЦП1
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Описание лота:	на основе трихлоризоциануровой кислоты
Дополнительное описание лота:	моющее средство для лабораторного стекла/медицинских флаконов ,ведро 5 л
Количество:	11
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Проспект Аль-Фараби 146
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Высокощелочное моющее средство (жидкость) для использования в моечных машинах, без фосфатов. Назначение: для мойки лабораторного стекла в моечных машинах. Свойства: интенсивное щелочное моющее средство с высоко активными диспергаторами, не содержит фосфатов ,ПАВ, окислителей. Нержавеющая сталь, пластик и изделия из керамики не повреждаются. Не подходит для алюминия, анодированного алюминия и других легких металлов. Определение концентрации: Фактор титрования: 0,35(в соответствии с методикой неодишер). Технические данные: Удельная масса (20°C): 1,4 г/л. Уровень pH (2-6 мл/л в деионизированной воде): 12,2 - 12,9. Вязкость (концентрат 20°C): < 50 mPas. Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 648/2004: 5-15% поликарбоксилаты, НТА. Форма выпуска: Жидкость. Область применения: Автоматическая мойка лабораторного стекла в промышленных лабораториях и в пищевой промышленности, медицинских флаконов и т.д. Соответствие ГОСТ Р 58151.1-2018.