Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17626704-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83379070-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	техникалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысымды өлшеуге арналған МП-100 манометрі. Корпустың диаметрі кемінде 100 мм. МПа өлшем бірлігі. Өлшеу ортасы Сұйықтық. Қосылу М20х1,5мм аспайды. Өлшеу диапазоны 1,6 МПа (0 - 16 bar) аспайды. Өлшеу құралы ҚР МӨЖ тізілімінде тіркелуі және қолданыстағы тексеру туралы сертификаты (сертификат не бастапқы зауыттық тексеру туралы белгісі) болуы тиіс. ҚР СТ 2.735-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17626704-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 83379070-ЗЦП5
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	технический
Дополнительное описание лота:	Манометр МП-100, для измерения давления
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр МП-100, для измерения давления. Диаметр корпуса не менее 100 мм. Единица измерения МПа. Среда измерения Жидкость. Присоединение не более М20х1,5мм. Диапазон измерения не более- 1,6 МПа (0 - 16 bar). Средство измерений должно быть зарегистрировано в Реестре ГСИ РК и иметь действующий сертификат о поверке (сертификат либо отметку о первичной заводской поверке). СТ РК 2.735-2019