Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17900104-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82983317-ОИ6
Лоттың атауы:	Тыныс алу сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	вирусобактериялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылғыны 168 сағат бойы қорғау үшін сүзгісі бар жылу және ылғал алмасу сүзгісі
Саны, көлемі:	1242
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: электростатикалық мембранасы бар вирустық-бактериялық жылу-ылғал алмастырғыш (HMEF) тыныс алу сүзгісі, Луер Лок портымен, проксималды орналасқан HMEF мембранасымен, антиокклюзиялық механизмі бар, 22F/15M - 22M/15F қосылысы. Сүзу тиімділігі кемінде 99,99 %, ағынға кедергі (30 л/мин) 1,0 см H_2O-дан аспайды, ылғалды қайтару кемінде 30,6 мг H_2O/л, көлемі 60 мл-ден аспайды, массасы 30 гнан аспайды, минималды тыныс алу көлемі 200 мл. Материалы: полипропилен, акрил, керамика. 2. функционалдық сипаттамасы: жасанды өкпе вентиляциясы және анестезия жүргізу кезінде пациентті және тыныс алу жабдықтарын бактериялық және вирустық ластанудан қорғауға, сондай-ақ тыныс алу қоспасын ылғалдандыруға және жылытуға арналған. 3. сапалық сипаттамасы: бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Қаптамасы жеке, клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі) — өндірілген күннен бастап 5 жыл. ҚР ДСМ тіркеу куәлігінің болуы міндетті. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жеке қаптамада мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс: медициналық бұйымның атауы, өлшемі, серия (партия) нөмірі, өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, тіркеу куәлігі, құрамы. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы тиіс. Өндіруші ISO 13485 талаптарына сәйкес болуы тиіс. 4. пайдалану сипаттамасы: тиімді жұмыс уақыты кемінде 24 сағат. Бұйым қолдануға дайын. Қаптамада ИВЛ аппаратын қорғауға арналған, ресурсы 168 сағатқа дейінгі сүзгі бар. Жөнелту алдында: тапсырыс берушімен міндетті келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17900104-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82983317-ОИ6
Наименование лота:	Фильтр дыхательный
Описание лота:	вирусобактериальный
Дополнительное описание лота:	Фильтр тепловлагообменный с фильтром для защиты аппарата на 168ч
Количество:	1242
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный (HMEF) с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 1,0 см H_2O, возврат влаги не менее 30,6 мг H_2O/л, объем не более 60 мл, масса не более 30 г, минимальный дыхательный объем 200 мл. Материал: полипропилен, акрил, керамика. 2. функциональная характеристика: предназначен для защиты пациента и дыхательного оборудования от бактериальных и вирусных загрязнений, а также для увлажнения и согревания дыхательной смеси при проведении искусственной вентиляции лёгких и анестезии. 3. качественная характеристика: изделие не должно иметь видимых дефектов. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии) - 5 лет от даты изготовления. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК обязательно. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение, состав. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель должен соответствовать требованиям ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: эффективное время работы не менее 24 часов. Изделие готово к применению. Упаковка снабжена фильтром для защиты аппарата ИВЛ с ресурсом до 168 часов. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"