Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83092388-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гибридті технологиямен жасалған микроөткізгіш, ішкі бөлігі болаттан, дистальды бөлігі нитинолдан жасалған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Гибридті конструкциялы микросым Саны: 1 дана Гибридті конструкциялы нейроваскулярлық микросым. Дистальды бөлігінің диаметрі: 0,012 дюйм. Проксимальды бөлігінің диаметрі: 0,014 дюйм. Ішкі бөлігі тот баспайтын болаттан, дистальды бөлігі нитинолдан жасалған. Микросымның жалпы ұзындығы: 200 см. Иілгіш нитинолды дистальды бөлігінің ұзындығы: 60 см. Пішінін өзгертуге болатын дистальды бөлігінің ұзындығы: 1,4 см. Гидрофильді жабынның ұзындығы: 40 см. Конструкциясы нейроваскулярлық арна бойымен атравматикалық өтуді, басқарылуды және бүгілуге төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83092388-ЗЦП1
Наименование лота:	Проводник
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Микропроводник, гибридная технология, внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Микропроводник гибридной конструкции Количество: 1 шт. Нейроваскулярный микропроводник гибридной конструкции. Диаметр дистальной части — 0,012 дюйма, проксимальной части — 0,014 дюйма. Внутренняя часть из нержавеющей стали, дистальная часть из нитинола. Общая длина микропроводника — 200 см. Длина гибкой нитиноловой дистальной части — 60 см. Формируемая дистальная часть — 1,4 см. Протяженность гидрофильного покрытия — 40 см. Конструкция должна обеспечивать управляемость, устойчивость к перегибу и атравматичное прохождение по нейроваскулярному руслу. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.