Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17627010-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83094070-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Зонд
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Асқазан зондының өлшемі CH 8
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: асқазан стерильді, уытты емес, пирогенді емес, SH 8 өлшемі, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,7 мм, ашық және жабық кіреберіс бөлігі, екі және төрт бүйір тесіктері бар зонд. Медициналық поливинилхлоридтен (non-DEHP) жасалған. Зондтың әр өлшемі коннектордың белгілі бір түсіне сәйкес келеді, бұл өлшемді тез анықтауға мүмкіндік береді (түс үшін көк CN 8). Зонд төрт бүйірлік саңылаулары бар және 45, 55, 65, 75 см бөлімдері бар, жабық дистальды ұшы және әмбебап қосқышы бар серпімді мөлдір түтіктен тұрады. Түтіктің люмені бұралған кезде қабаттаспайды. Зарарсыздандыру әдісірадиациялық әдіс. Кепілдік мерзімі 5 жыл. 2. функционалдық сипаттамасы: асқазанды зерттеу, шаю және гипотермия, асқазан құрамының үлгілерін алу, жоғарғы асқазан-ішек жолдарының мазмұнын сору үшін қолданылады. 3. сапа сипаттамасы: зонд-бұл сұйықтықтың тиімді өтуін қамтамасыз ететін жабық кіреберісі мен бүйір саңылаулары бар серпімді түтік. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек, сериясы мен шығарылған күні көрсетілген өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі керек. Жеке қаптамада: серия (партия) нөмірі, медициналық бұйымның атауы, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі нақты көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесінің стандартына немесе баламасына сәйкес жасайды. 4. пайдалану сипаттамасы: бір рет қолдануға арналған. Жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі өндіруші мәлімдеген сақтау мерзімінің кемінде 50% құрайды. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17627010-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 83094070-ЗЦП5
Наименование лота:	Зонд
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Зонд желудочный размер CH 8
Количество:	13
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: зонд желудочный стерильный, нетоксичный, апирогенный, размер CH 8, длина 85 см, диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями. Изготовлен из медицинского поливинилхлорида (NON-DEHP). Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер (цвет синий для CH 8). Зонд состоит из эластичной прозрачной трубки с четырьмя боковыми отверстиями и делениями 45, 55, 65, 75 см, с закрытым дистальным концом и универсальным коннектором. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Способ стерилизации - радиационный метод. Гарантийный срок хранения 5 лет. 2. функциональная характеристика: используется для исследования, промывания и гипотермии желудка, взятия проб желудочного содержимого, отсасывания содержимого верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 3. качественная характеристика: зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой заходной частью и боковыми отверстиями, которые обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов, должно поставляться в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть чётко указаны: номер серии (партии), наименование медицинского изделия, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485 или эквивалента. 4. эксплуатационная характеристика: предназначен для однократного применения. Срок годности на момент доставки не менее 50 % от заявленного производителем срока хранения. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."