Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17663584-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық шығын материалдарын сатып алу, техникалық сипаттамасына назар аударыңыз
Лоттың нөмірі:	№ 87755308-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық бактериологиялық талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	// Аллерген специфических IgE №96
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Адам сарысуындағы аллергенге тән IgE сандық ферменттік иммуноанализіне арналған реагент жинағы. Бұл жинақ кем дегенде 96 анықтауға арналған. Сенімді клиникалық нәтижелерді қамтамасыз ету үшін ашық типті Alisei Q.S. анализаторына бейімделген. Реагент бөтелкелерінің диаметрі құралдың үстел ұяшықтарына сәйкес келеді. Калибрлеу үлгілерін, бақылау сарысуын және сынақ үлгілерін қосу уақыты кемінде 15 минут. Аллергендерді қосу уақыты кемінде 10 минут. Талдау әдісі - ферменттік иммуноанализдің бір нұсқасы "ұстап алу". 37°C температурада термостатикалық шайқау дәл нәтижелерді қамтамасыз етеді. Концентрация диапазоны 0-100 ХБ/мл-ден тар емес, сезімталдығы 0,15 ХБ/мл-ден аспайды. Барлық реагенттер сұйық және пайдалануға дайын.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17663584-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных лабораторных материалов, обратите внимание на техническую спецификацию
Номер лота:	№ 87755308-ЗЦП2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического бактериологического анализатора
Дополнительное описание лота:	// Аллерген специфических IgE №96
Количество:	4
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека. Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений. Адаптирован под анализатор открытого типа """"Alisei Q.S."""" для обеспечения достоверности клинических результатов. Диаметр флаконов реагентов подходит под гнезда стола прибора. Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин. Время внесения аллергенов не менее 10 мин. Метод анализа - «capture»- вариант иммуноферментного анализа. Термостатируемое шейкирование + 37°С для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций не уже 0-100 МЕ/мл, чувств. не более 0,15 МЕ/мл. Все реагенты жидкие, готовые к применению"