Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17679922-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдар (АҚИ зертхана (Внебюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83641153-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Диагностикум
Лоттың сипаттауы:	эритроцитарлық, листериозды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Антигенді, құрғақ эритроцитарлық листериозды диагностикум (2 фл. 10% ЭҚ 3 мл және 3 фл. ингредиенттер) (жұмыс, ерітілген 2 фл 2,5% 12 мл-ден ЭҚ және 3 фл ингредиенттер)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Антигенді, құрғақ эритроцитарлық листериозды диагностикум (2 фл. 10% ЭҚ 3 мл және 3 фл. ингредиенттер) (ерітілген жұмыс 2 фл 2,5% 12 мл және 3 фл ингредиенттер бойынша ЭҚ) Көрсеткіштердің атауы НҚ бойынша талаптар Сыртқы түрі Қоңыр түсті таблетка түріндегі аморфты масса. Гигроскопиялық Қоңыр түсті таблетка түріндегі аморфты масса. Гигроскопиялық Ерігіштігі, сек: 1 11 Мөлдірлік және түстілік: Еріткеннен кейін бір қалыпты қызылша түсті жүзінді пайда болуы тиіс Еріткеннен кейін бір қалыпты қызылша түсті жүзінді пайда болуы тиіс Кептіру кезіндегі массаның жоғалуы (қалдық ылғалдылық), %: 3 0,51 артық емес Спецификалық белсенділік, кем емес: РНГА-да листериоздық агглютинациялаушы антиденелерді титрде кем емес анықтауы тиіс 1:1600 РНГА - 1:1600 Түпнұсқалық Диагностикум 1:100 титріндегі ішек иерсиниоздық, пастереллездік агглютинациялайтын сарысулармен РНГА теріс нәтиже беруі тиіс Диагностикум ішек иерсиниоздық, пастереллездік сарысулармен РНГА теріс нәтиже беруі тиіс Эритроциттердің концентрациясы 1 мм3 кем емес: 4,0×105 415000 Гомогендігі (2 ± 1) 10 көру аймағында құрамында (2 ± 1) эритроциттер бар шоғырлануға жол беріледі, (1-2) 10 көру аймағында 1-3 эритроциттер шоғырлануы Өздігінен желімдеуге бейімділіктің болмауы Эритроциттер «түйме» немесе тегіс шеттері бар жіңішке сақина түріндегі шұңқырдың түбіне түсуі тиіс. Эритроциттер шұңқырдың түбіне «түйме» түрінде түседі. Буып-түю және таңбалау СТ 990240008244-РМК-34-2015 Сәйкес келеді СТ 990240008244-РМК-34-2015 Ингредиенттер сәйкес келуі тиіс СТ 990240008244-РМК-34-2015 Сәйкес келеді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17679922-1
Наименование закупки:	Медицинские изделия (ООИ лаборатория (Внебюджет))
Номер лота:	№ 83641153-ЗЦП4
Наименование лота:	Диагностикум
Описание лота:	эритроцитарный, листериозный
Дополнительное описание лота:	Диагностикум эритроцитарный листериозный антигенный, сухой (2 фл. 10% ЭД по 3 мл и 3 фл. ингредиентов) (рабочий,растворенный 2 фл 2,5% ЭД по 12 мл и 3 фл ингридиентов)
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диагностикум эритроцитарный листериозный антигенный, сухой (2 фл. 10% ЭД по 3 мл и 3 фл. ингредиентов) (рабочий,растворенный 2 фл 2,5% ЭД по 12 мл и 3 фл ингридиентов) Наименование показателей Требования по НД Результаты контроля ОБТК Внешний вид Аморфная масса в виде таблетки коричневого цвета. Гигроскопична Аморфная масса в виде таблетки коричневого цвета. Гигроскопична Растворимость, сек: 1 11 Прозрачность и цветность: После растворения должна образоваться равномерная взвесь коричного цвета После растворения должна образоваться равномерная взвесь коричного цвета Потеря массы при высушивании (остаточная влажность), % не более: 3 0,51 Специфическая активность, не менее: Должен выявлять в РНГА антитела в сыворотке листериозной агглютинирующей в титре не менее 1:1600 В РНГА - 1:1600 Подлинность Диагностикум должен давать отрицательный результат РНГА с агглютинирующими сыворотками кишечноиерсиниозной, пастереллезной в титре 1:100 Диагностикум дает отрицательный результат в РНГА с сыворотками: кишечноиерсиниозной, пастереллезной Концентрация эритроцитов 1 мм3 не менее: 4,0×105 415000 Гомогенность Допускается (2±1) скоплений содержащих до (2±1) эритроцитов в 10 полях зрения Скопления (1-2) по 1-3 эритроцита в 10 полях зрения Отсутствие склонности к спонтанному склеиванию Эритроциты должны выпасть на дно лунки в виде «пуговки» или узкого колечка с ровными краями. Эритроциты выпадают на дно лунки в виде «пуговки». Упаковка и маркировка Должна соответствовать СТ 990240008244-РГП-34-2015 Соответствует СТ 990240008244-РГП-34-2015 Ингредиенты Должна соответствовать СТ 990240008244-РГП-34-2015 Соответствует