Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17426085-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82912430-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Ұштық |
| **Лоттың сипаттауы:** | мөлшерлеуіш үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Мөлшерлеуіш үшін ұштары 100-1000 мкл |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: көлемі 100-1000 мкл Автоматты тамшуыр диспенсерлеріне арналған кеңестер. Бір реттік. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері. Қаптамадағы саны - 500 дана. ГОСТ ISO 8655 талаптарына сәйкес келеді (пипеткалар мен поршеньді диспенсерлер). 2. функционалдық сипаттамасы: зерттеу жүргізу процесінде биологиялық сұйықтықтар мен реактивтердің микрокөлемді мөлшерлеу кезінде тамшуыр диспенсерлерінде ауыстырылатын элемент ретінде пайдалануға арналған. 3. сапалық сипаттамасы: көк полипропиленнен жасалған, құрамында зерттелетін заттармен әрекеттесетін және талдау нәтижелеріне әсер ететін қоспалар жоқ. Кеңестер сұйықтықтың жиналуын визуалды бақылау үшін жеткілікті мөлдірлікке ие. Көрінетін ақаулар жоқ, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында сериясы мен шығарылған күні көрсетілген. Өнім өндірушіде ISO 13485 сәйкес енгізілген сапа менеджменті жүйесі болуы керек. Таңбалау және қолдану жөніндегі Нұсқаулық - қазақ және орыс тілдерінде. 4. пайдалану сипаттамасы: клиникалық-диагностикалық, микробиологиялық және биохимиялық зерттеулер жүргізу кезінде медициналық мекемелерде қолданылады. Дозалау дәлдігі мен нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз етіңіз. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17426085-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 82912430-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Наконечник |
| **Описание лота:** | для дозатора |
| **Дополнительное описание лота:** | Наконечники для дозаторов 100-1000 мкл |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: наконечники для автоматических пипеточных дозаторов объёмом 100-1000 мкл. Одноразовые. Размер по заявке заказчика. Количество в упаковке - 500 шт. Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 8655 (пипетки и дозаторы поршневые). 2. функциональная характеристика: предназначены для использования в качестве сменного элемента в пипеточных дозаторах при объёмном дозировании микроколичеств биологических жидкостей и реактивов в процессе проведения исследований. 3. качественная характеристика: изготовлены из голубого полипропилена, не содержат примесей, способных вступать в реакцию с исследуемыми веществами и влиять на результаты анализов. Наконечники обладают достаточной прозрачностью для визуального контроля набора жидкости. Без видимых дефектов, в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. Производитель продукции должен иметь внедрённую систему менеджмента качества в соответствии с ISO 13485. Маркировка и инструкция по применению - на казахском и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика: используются в медицинских учреждениях при проведении клинико-диагностических, микробиологических и биохимических исследований. Обеспечивают точность дозирования и надёжность результатов. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком." |