Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18000778-1
Сатып алудың атауы:	Бактерицидтік кварц шамын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88664607-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бактерицидтік шам
Лоттың сипаттауы:	ғимарттағы ауаны және беттерді залалсыздандыруға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа кварцевая бактерицидная
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196855100, Алматы облысы, Іле ауданы, Байкент а. Байкент а, Гагарин к,1А
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ашық, үстел үстіндегі, портативті ультракүлгін бактерицидті сәулелендіргіш. Қуат көзі: 220–230 В. Қуат жиілігі: 50 Гц. 38 ватт. Қамту ауданы/көлемі: 60 м² дейін. Корпус материалы: ақ пластик, диффузор материалы: әйнек. Озонмен, қашықтан басқару пульті арқылы басқарылады. 4 жұмыс режимі: үздіксіз, 15, 30 және 60 минут жұмыс істеуге арналған таймер, кемінде 2 м қуат сымы. ҚР санитарлық-эпидемиологиялық стандарттарына (SanPiN) сәйкестік, Қазақстанда медициналық құрылғыларды тіркеу куәлігінің (MD) болуы; сертификат қажет!!!!!!

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18000778-1
Наименование закупки:	Лампа бактерицидная кварцевая
Номер лота:	№ 88664607-3ЦП1
Наименование лота:	Лампа бактерицидная
Описание лота:	для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
Дополнительное описание лота:	Лампа кварцевая бактерицидная
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196855100, Алматинская область, Илийский район, с.Байкент с.Байкент, ул.Гагарина, 1А
Срок поставки:	до 31 декабря 2026г
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный открытый, настольный переносной).Напряжение питания: 220–230 В. Частота сети: 50 Гц. 38 ватт Площадь/объем обслуживания (охват помещения): до 60 м² .Материал корпуса пластик, белый, материал рассеивателя стекло. С озоном, управляется с пульта дистанционного управления. 4 режима работы: непрерывно, таймер на 15, 30 и 60 минут работы, шнур от сети не менее 2м Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам РК (СанПиН), наличие регистрационного удостоверения изделия медицинского назначения (ИМН) в Казахстане ,сертификат обязательно!!!!!!