Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17365399-1
Сатып алудың атауы:	ТС сәйкес медициналық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87421018-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бойды өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Міндетті тексеру сертификаты бар медициналық кабинетке арналған РОСТОМЕР РП (ересек). Тексеру құжаттарынсыз тауар қабылданбайды. Еден, механикалық. Таразы жоқ. Едендік механикалық Ростомер ересектер мен бір жарым жастан асқан балалардың медициналық, сауықтыру, спорттық және басқа да мекемелерде, сондай-ақ тұрмыста өсуін өлшеуге арналған. Материал: қатты пластик. Техникалық сипаттамалары: тік өсуді өлшеудің ең үлкен шегі (NPI) - 2,2 м. тік өсуді өлшеудің ең төменгі шегі (Nmpi) - 0,8 м. шкаланы бөлу бағасы (d) – 1 мм. Науқастың өсуін өлшеу қателігі: ±4 мм. Жұмыс температурасының диапазоны: (+10) - ден (+40) ºС дейін. Габариттік өлшемдері: 400х400х2500 мм артық емес, салмағы 7,2 кг артық емес, орташа қызмет ету мерзімі-6 жылдан кем емес. Өнімнің түсі Ақ, шкаласы мен мәндерінің түсі қара.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. 71 орам, 5 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шарттың қолданылу сәтінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Міндетті тексеру сертификаты бар медициналық кабинетке арналған РОСТОМЕР РП (ересек). Тексеру құжаттарынсыз тауар қабылданбайды. Еден, механикалық. Таразы жоқ. Едендік механикалық Ростомер ересектер мен бір жарым жастан асқан балалардың медициналық, сауықтыру, спорттық және басқа да мекемелерде, сондай-ақ тұрмыста өсуін өлшеуге арналған. Материал: қатты пластик. Техникалық сипаттамалары: тік өсуді өлшеудің ең үлкен шегі (NPI) - 2,2 м. тік өсуді өлшеудің ең төменгі шегі (Nmpi) - 0,8 м. шкаланы бөлу бағасы (d) – 1 мм. Науқастың өсуін өлшеу қателігі: ±4 мм. Жұмыс температурасының диапазоны: (+10) - ден (+40) ºС дейін. Габариттік өлшемдері: 400х400х2500 мм артық емес, салмағы 7,2 кг артық емес, орташа қызмет ету мерзімі-6 жылдан кем емес. Өнімнің түсі Ақ, шкаласы мен мәндерінің түсі қара.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17365399-1
Наименование закупки:	Медицинские товары согласно ТС
Номер лота:	№ 87421018-ЗЦП1
Наименование лота:	Ростомер
Описание лота:	металлический
Дополнительное описание лота:	Ростомер РП (взрослый) для медицинского кабинета, с обязательным сертификатом поверки. Без документов поверки товар не принимается. Напольный, механический. Без весов. Ростомер напольный механический предназначен для измерения роста взрослых и детей старше полутора лет в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Материал: твердый пластик. Технические характеристики: Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ) - 2,2 м. Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ) - 0,8 м. Цена деления шкалы (d) – 1 мм. Погрешность измерения роста пациента: ±4 мм. Диапазон рабочих температур: от (+10) до (+40) ºС. Габаритные размеры: не более 400х400х2500 мм. Масса не более 7,2 кг. Средний срок службы – не менее 6 лет. Цвет изделия – белый, цвет шкалы и значений – черный.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау 71 квартал, строение 5
Срок поставки:	с момента действия договора 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ростомер РП (взрослый) для медицинского кабинета, с обязательным сертификатом поверки. Без документов поверки товар не принимается. Напольный, механический. Без весов. Ростомер напольный механический предназначен для измерения роста взрослых и детей старше полутора лет в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Материал: твердый пластик. Технические характеристики: Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ) - 2,2 м. Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ) - 0,8 м. Цена деления шкалы (d) – 1 мм. Погрешность измерения роста пациента: ±4 мм. Диапазон рабочих температур: от (+10) до (+40) ºС. Габаритные размеры: не более 400х400х2500 мм. Масса не более 7,2 кг. Средний срок службы – не менее 6 лет. Цвет изделия – белый, цвет шкалы и значений – черный.