Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83092391-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өткізгіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нитинолдан жасалған гидрофильді басқарылатын перифериялық ангиографиялық өткізгіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Гидрофильді жабыны бар басқарылатын перифериялық өткізгіш сым Саны: 2 дана Гидрофильді жабыны бар басқарылатын перифериялық ангиографиялық өткізгіш сым. Өзекшесінің материалы: нитинол немесе баламалы суперэластикалық қорытпа. Диаметрі: 0,035 дюйм. Гидрофильді жабын өткізгіш сымның бүкіл жұмыс ұзындығын қамтуы тиіс. Жабынның қалыңдығы: 0,16 мм ± 0,05 мм. Конустық дистальды бөлігінің ұзындығы: 12 см. Дистальды ұшының ұзындығы: 3 см. Ұшының пішін нұсқалары: Түзу; Бұрыштық; J-тәрізді (J-тәрізді нұсқасы үшін иілу радиусының әртүрлі мәндеріне жол беріледі). Өткізгіш сымның ұзындық нұсқалары: 50 см, 80 см, 150 см, 180 см, 200 см, 220 см, 260 см және 300 см. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83092391-ЗЦП1
Наименование лота:	Проводник
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Проводник гидрофильный управляемый периферический ангиографический проводник из нитинола
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Проводник гидрофильный управляемый периферический Количество: 2 шт. Управляемый периферический ангиографический проводник с гидрофильным покрытием. Материал сердечника — нитинол или эквивалентный суперэластичный сплав. Диаметр — 0,035 дюйма. Гидрофильное покрытие должно распространяться по рабочей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся дистальной части —12 см. Длина дистального кончика — 3 см. Варианты формы кончика: прямой, угловой, J-образный; для J-образного варианта допускаются различные радиусы изгиба. Длины проводника: 50 см, 80 см, 150 см, 180 см, 200 см, 220 см, 260 см и 300 см. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.