Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17660951-1
Тендер атауы:	реагенттер жиынтығын (СЭБ) сатып алу
Лоттың №:	№ 87924912-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

Биологиялық материалдағы кене энцефалиті вирусының РНК анықтау үшін реагенттер жиынтығы кДНК ерекше учаскесі үшін FAM флуорофорына сәйкес келетін арналар бойынша амплификация нәтижелерін бұндастыру-флуоресценттік детекциялау арқылы полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісімен ішкі бақылау үлгісі (ШҚО) үшін - JOE флуорофорына сәйкес арна бойынша жүргізіледі. Жинақта: ішкі бақылау үлгісі (ШҚО), экстракцияның теріс және оң бақылаулары (ОКО және ПКО), ПТР теріс және оң бақылаулары (К- және К+) болуы тиіс. Растайтын құжаттардың болуы.

кемінде 120 анықтама жиынтығы

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17660951-1
Наименование Тендера:	приобретение набора реагентов (СЭБ)
№ лота:	№ 87924912-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубоврачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубоврачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

Набор реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов амплификации по каналам, соответствующему флуорофору FAM для специфического участка кДНК, по каналу, соответствующему флуорофору JOE - для внутреннего контрольного образца (ВКО). Набор должен содержать: внутренний контрольный образец (ВКО), отрицательный и положительный контроли экстракции (ОКО и ПКО), отрицательный и положительный контроли ПЦР (К- и К+). Наличие подтверждающих документов.

набор не менее 120 определений