Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989556-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение хозяйственных товаров
Лоттың нөмірі:	№ 88414898-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Мақта
Лоттың сипаттауы:	зарарсыздандырылған, гигроскоптық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді медициналық мақта, 100 г
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	636267100, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка а. Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Саратовка ауылы, Молодежная көш.
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медицинская стерильная вата весом не менее 100 г (хирургическая гигроскопическая) изготавливается по стандартам ГОСТ 5556-81 (или актуальным техническим регламентам производителей). Основные технические характеристики • Состав: 100% высококачественное хлопковое волокно. • Вид ваты: Хирургическая (гигроскопическая), стерильная. • Стерилизация: Паровая или радиационная (обеспечивает полную стерильность в герметичной упаковке). • Масса нетто: не менее 100 граммов. • Срок годности:не менее 5 лет с момента изготовления в невскрытой заводской упаковке. • Цвет: Белый, равномерный по всей массе (безжелтизны, следов плесени или загрязнений). • pH водной вытяжки: Нейтральный (в пределах 6,0–7,5), что исключает раздражение поврежденных тканей. • Капиллярность: Высокая (впитывание влаги начинается мгновенно, капиллярное поднятие жидкости составляет не менее 70–85 мм за определенное время). • Поглотительная способность: Высокая скорость и объем впитывания крови, экссудата или медицинских растворов. • Засоренность и примеси: o Массовая доля коротких волокон и хлопковой пыли строго ограничена (не более 0,10–0,20% по стандарту). o Посторонние механические включения (щепочки, иголки, следы листьев коробочек хлопчатника) не допускаются. Массовая доля золы — минимальная (не более установленного ГОСТом предела).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989556-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88414898-ЗЦП1
Наименование лота:	Вата
Описание лота:	стерильная, гигроскопическая
Дополнительное описание лота:	Вата стерильная медицинская не менее не более 100 г
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	636267100, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Саратовка ВКО, Уланский район, село Саратовка, ул.Молодежная 4
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинская стерильная вата весом не менее 100 г (хирургическая гигроскопическая) изготавливается по стандартам ГОСТ 5556-81 (или актуальным техническим регламентам производителей). Основные технические характеристики • Состав: 100% высококачественное хлопковое волокно. • Вид ваты: Хирургическая (гигроскопическая), стерильная. • Стерилизация: Паровая или радиационная (обеспечивает полную стерильность в герметичной упаковке). • Масса нетто: не менее 100 граммов. • Срок годности:не менее 5 лет с момента изготовления в невскрытой заводской упаковке. • Цвет: Белый, равномерный по всей массе (безжелтизны, следов плесени или загрязнений). • pH водной вытяжки: Нейтральный (в пределах 6,0–7,5), что исключает раздражение поврежденных тканей. • Капиллярность: Высокая (впитывание влаги начинается мгновенно, капиллярное поднятие жидкости составляет не менее 70–85 мм за определенное время). • Поглотительная способность: Высокая скорость и объем впитывания крови, экссудата или медицинских растворов. • Засоренность и примеси: o Массовая доля коротких волокон и хлопковой пыли строго ограничена (не более 0,10–0,20% по стандарту). o Посторонние механические включения (щепочки, иголки, следы листьев коробочек хлопчатника) не допускаются. Массовая доля золы — минимальная (не более установленного ГОСТом предела).