Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520760-1
Сатып алудың атауы:	Ғылыми-зерттеу зертханасының реактивтері мен шығын материалдары (орын.: Алена Владимировна - 8 705 100 83 75)
Лоттың нөмірі:	№ 82207198-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тест-жүйе
Лоттың сипаттауы:	қоршаған орта объектілерінен/азық-түлік өнімдері/жемдерден ПТР әдіспен нақты уақыт режимінде escherichia coli анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бактериялық колонияларда KPC, OXA, VIM, IMP және NDM карбапенемазаларын анықтауға арналған жедел тест. Медициналық мекемелерде Enterobacteriaceae (соның ішінде Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) және Pseudomonas aeruginosa тұқымдасының карбапенемаза өндіретін бактерияларын сапалы анықтауға арналған. Тест өткізуге қажетті уақыт-15 минут. Бұған дейін 12-24 сағат ішінде себу керек. Әрбір тестілеудің ішкі бақылауының болуы-тестілеудің кез келген нәтижесі кезінде бақылау жолағының болуы. Әр сынақтың жеке қаптамасы бар (герметикалық корпус). ГОСТ Р 51088-2013
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Гоголя, к. 40
Жеткізу мерзімі:	15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей (Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап)

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бактериялық колонияларда KPC, OXA, VIM, IMP және NDM карбапенемазаларын анықтауға арналған жедел тест. Медициналық мекемелерде Enterobacteriaceae (соның ішінде Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) және Pseudomonas aeruginosa тұқымдасының карбапенемаза өндіретін бактерияларын сапалы анықтауға арналған. Тест өткізуге қажетті уақыт-15 минут. Бұған дейін 12-24 сағат ішінде себу керек. Әрбір тестілеудің ішкі бақылауының болуы-тестілеудің кез келген нәтижесі кезінде бақылау жолағының болуы. Әр сынақтың жеке қаптамасы бар (герметикалық корпус). ГОСТ Р 51088-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520760-1
Наименование закупки:	Реактивы и расходные материалы для научно-исследовательской лаборатории (исп.: Алена Владимировна - 8 705 100 83 75)
Номер лота:	№ 82207198-ЗЦП1
Наименование лота:	Тест-система
Описание лота:	для определения escherichia coli из объектов окружающей среды/пищевых продуктов/кормов методом ПЦР в режиме реального времени
Дополнительное описание лота:	Экспресс-тест для определения карбапенемаз KPC, OXA, VIM, IMP и NDM в бактериальных колониях. Предназначен для качественного определения продуцирующих карбапенемазу бактерий семейств Enterobacteriaceae (включая Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) и Pseudomonas aeruginosa в медицинских учреждениях. Время необходимое для проведения теста – 15 минут. Перед этим необходимо произвести посев в течении 12-24 часов. Наличие внутреннего контроля каждого тестирования – наличие контрольной полосы при любом результате тестирования. Каждый тест имеет индивидуальную упаковку (герметичный футляр). ГОСТ Р 51088-2013 (НИЛ)
Количество:	2
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Гоголя, 40
Срок поставки:	не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней (с момента подачи заявки Заказчиком)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Экспресс-тест для определения карбапенемаз KPC, OXA, VIM, IMP и NDM в бактериальных колониях. Предназначен для качественного определения продуцирующих карбапенемазу бактерий семейств Enterobacteriaceae (включая Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) и Pseudomonas aeruginosa в медицинских учреждениях. Время необходимое для проведения теста – 15 минут. Перед этим необходимо произвести посев в течении 12-24 часов. Наличие внутреннего контроля каждого тестирования – наличие контрольной полосы при любом результате тестирования. Каждый тест имеет индивидуальную упаковку (герметичный футляр). ГОСТ Р 51088-2013 (НИЛ)