Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17981120-1
Сатып алудың атауы:	Оттегі баллонын толтыру
Лоттың нөмірі:	№ 87594502-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Оттек
Лоттың сипаттауы:	газ құрылған, медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі баллондарын толтыру
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Бір баллон
Жеткізу орны:	115230100, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы а.,Тәуелсіздік 29
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Медициналық оттегі айқындалынған тәртіпте (ГОСТ 5583 -78 и ГОСТ 26460-85) бекітілген технологиялық регламенттер бойынша осы стандарттарға сәйкес дайындалуы керек. Медициналық оттегі физико-химиялық көрсеткіштері бойынша келесі мөлшерлерге сәйкес болуы керек: 1. Оттегінің көлемдік бөлігі - 99,5% кем емес; 2. 200С және 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) г/м3 болар болса су буларының салмақтық концентрациясы 0,07 артық емес; . Көміртегі тотығының көлемдік бөлшегі 0,01% артық бемес; 4. Ацетилен құрамы –жоқ; 5. Майлар құрамы – жоқ; 6. Иіс – жоқ. Медициналық оттегі 40 дм.3 көлемінде, оттегінің 200С 150+/-5кгс/м2 номиналдық қысымда баллондарда жеткізілуі керек. Медициналық оттегі бар баллон болуы керек: 1. Көк түсті бояуға боялынған, баллонға қара бояумен «МЕД:ОТТЕГІ» деген жазуы бар; 2. Баллон нөмірі, куәландырылған мерзімі(5 жылдан сирек болмауы керек), жұмыс қысымы 150 атм., тексерілген 225 атм. деп көрсетілген төлқұжаты болуы керек. Медициналық оттегі бар баллондарды жеткізуші алдын ала тексеріс және баллондарға жөндеу жүргізуге тиісті . Жеткізуші тапсырыс берушіге оттек баллондардың жеткізуін жүзеге асырады. Тасымалдау және төлемі жеткізушімен жүзеге асырылады, осымен байланысты шығындар тауар бағасына қоса беріледі. Өлшем бірлігі - бір баллон

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17981120-1
Наименование закупки:	Заправка кислородных баллонов
Номер лота:	№ 87594502-ЗЦП1
Наименование лота:	Кислород
Описание лота:	газообразный, медицинский
Дополнительное описание лота:	Заправка баллонов кислородом
Количество:	60
Единица измерения:	Один баллон
Места поставки:	115230100, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, Тәуелсіздік 29
Срок поставки:	По заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинский кислород должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ 5583 -78 и ГОСТ 26460-85). По физико-химическим показателям медицинский кислород должен соответствовать следующим нормам: 1. Объемная доля кислорода, не менее -99,5% 2. Массовая концентрация водяных паров при 200С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) г/м3, более 0,07; 3. Объемная доля двуокиси углерода, не более 0,01%; 4. Содержание ацетилена – отсутствие; 5. Содержание масла – отсутствие; 6. Запах – отсутствие. Медицинский кислород должен быть доставлен в баллонах объемом 40 дм.3 с номинальным давлением кислорода при 200С 150+/-5кгс/м. Баллон с медицинским кислородом должен быть: 1. Окрашен в синий цвет с нанесением на баллон черной краской надписи « МЕД.КИСЛОРОД»; 2. Иметь паспорт с номером баллона, датой освидетельствования (не реже одного раза в 5 лет), рабочим давлением 150 атм., проверочным 225 атм.. Поставщик баллонов с медицинским кислородом должен производить профилактический осмотр и ремонт баллонов. Поставщик осуществляет доставку кислородных баллонов до Заказчика. Транспортировка осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену товара. Ед. изм - один баллон.