Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17895363-1
Сатып алудың атауы:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Лоттың нөмірі:	№ 84402805-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	медициналық, жарық жылулық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Облучатель медицинский кварц
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615530200, Түркістан облысы, Сауран ауданы, Қосмезгіл а. Кентогай 7Б
Жеткізу мерзімі:	60 күн ішінде отандық өндірушілер үшін, 20 күн басқа өнім берушілер үшін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медицинский передвижной бактерицидный облучатель («Кварц») / Медициналық жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш («Кварц») 1. Общие положения / Жалпы ережелер: • Настоящая спецификация распространяется на передвижной бактерицидный облучатель открытого типа, предназначенный для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских учреждениях (операционные, перевязочные, палаты, процедурные кабинеты) путем прямого ультрафиолетового излучения. / Бұл спецификация тікелей ультракүлгін сәулелену арқылы медициналық мекемелердегі (ота жасау бөлмелері, таңу бөлмелері, палаталар, емшара кабинеттері) ауа мен беттерді жылдам зарарсыздандыруға арналған ашық типтегі жылжымалы бактерицидті сәулелендіргішке қолданылады. 2. Основные характеристики / Негізгі сипаттамалары: • Тип исполнения / Орындалу түрі: передвижной (на напольных колесных опорах) / жылжымалы (дөңгелекті тіректерде). • Источник излучения / Сәулелену көзі: бактерицидные УФ-лампы (безозоновые) / бактерицидті УК-шамдар (озонсыз). • Количество ламп х Мощность / Шамдар саны х Қуаты: 4 х 30 Вт или 2 х 55 Вт (в зависимости от модификации) / 4 х 30 Вт немесе 2 х 55 Вт (модификациясына байланысты). • Длина волны излучения / Сәулелену толқынының ұзындығы: в пределах 253.7 нм (пик бактерицидного действия) / 253.7 нм (бактерицидті әсердің шыңы). • Бактерицидная эффективность / Бактерицидті тиімділігі: не менее 99.9% (по золотистому стафилококку) / 99.9% (алтын түстес стафилококк бойынша). • Производительность облучения / Сәулелендіру өнімділігі: от 240 до 360 м³/час (для 4 ламп) / 240-тан 360 м³/сағ-қа дейін (4 шам үшін). • Угол облучения (круговой) / Сәулелену бұрышы (дөңгелек): 360° градусов / 360° градус. • Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының ауқымы: в пределах от +10 °C до +45 °C / +10 °C-тан +45 °C-қа дейін. • Материал корпуса / Корпус материалы: сталь с полимерно-порошковым покрытием / полимерлі-ұнтақты бояуы бар болат. • Срок службы ламп / Шамдардың қызмет ету мерзімі: не менее 9000 часов / 9000 сағаттан кем емес. 3. Электропитание и Безопасность / Электрмен қоректендіру және Қауіпсіздік: • Параметры сети / Желі параметрлері: напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц / қорек кернеуі 220 В ± 10%, жиілігі 50 Гц. • Потребляемая мощность / Тұтынылатын қуаты: не более 150-260 ВА в зависимости от комплектации ламп / шамдардың жиынтықталуына байланысты 150-260 ВА аспайды. • Электробезопасность / Электр қауіпсіздігі: класс защиты I, тип B; кабель питания длиной не менее 5 метров / I қорғаныс класы, B типі; желілік кабельдің ұзындығы 5 метрден кем емес. • Пульт управления / Басқару пульті: наличие дистанционного пульта управления или таймера задержки включения на 60–90 секунд для безопасного выхода персонала из помещения / персоналдың бөлмеден қауіпсіз шығуы үшін қашықтан басқару пультінің немесе қосылуды 60–90 секундқа шегеретін таймердің болуы. 4. Дополнительные опции / Қосымша опциялар: • Цифровой счетчик наработки ламп / Шамдардың жұмыс уақытын есептегіш: автоматический учет отработанных часов УФ-элементов для своевременной замены / уақытында ауыстыру үшін УК-элементтердің жұмыс істеген сағаттарын автоматты түрде есепке алу.

	• Датчик движения / Қозғалыс датчигі: автоматическое отключение открытого излучения при случайном входе человека в помещение во избежание ожогов глаз и кожи / көз бен терінің күйіп қалуын болдырмау үшін бөлмеге кездейсоқ адам кірген кезде ашық сәулелендіруді автоматты түрде өшіру. • Защитный чехол / Қорғаныш қаптама: плотный светонепроницаемый чехол для безопасной транспортировки и хранения прибора / құрылғыны қауіпсіз тасымалдау және сақтау үшін тығыз жарық өткізбейтін қаптама. ГОСТ IEC 61549-2012

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17895363-1
Наименование закупки:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 84402805-ЗЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	медицинский, светотепловой
Дополнительное описание лота:	Облучатель медицинский кварц
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615530200, Туркестанская область, район Сауран, с. Космезгил Кентогай 7Б
Срок поставки:	В течение 60 дней для отечественных товаропроизводителей, для остальных поставщиков в течение 20 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Медицинский передвижной бактерицидный облучатель («Кварц») / Медициналық жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш («Кварц») 1. Общие положения / Жалпы ережелер: • Настоящая спецификация распространяется на передвижной бактерицидный облучатель открытого типа, предназначенный для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей в медицинских учреждениях (операционные, перевязочные, палаты, процедурные кабинеты) путем прямого ультрафиолетового излучения. / Бұл спецификация тікелей ультракүлгін сәулелену арқылы медициналық мекемелердегі (ота жасау бөлмелері, таңу бөлмелері, палаталар, емшара кабинеттері) ауа мен беттерді жылдам зарарсыздандыруға арналған ашық типтегі жылжымалы бактерицидті сәулелендіргішке қолданылады. 2. Основные характеристики / Негізгі сипаттамалары: • Тип исполнения / Орындалу түрі: передвижной (на напольных колесных опорах) / жылжымалы (дөңгелекті тіректерде). • Источник излучения / Сәулелену көзі: бактерицидные УФ-лампы (безозоновые) / бактерицидті УК-шамдар (озонсыз). • Количество ламп х Мощность / Шамдар саны х Қуаты: 4 х 30 Вт или 2 х 55 Вт (в зависимости от модификации) / 4 х 30 Вт немесе 2 х 55 Вт (модификациясына байланысты). • Длина волны излучения / Сәулелену толқынының ұзындығы: в пределах 253.7 нм (пик бактерицидного действия) / 253.7 нм (бактерицидті әсердің шыңы). • Бактерицидная эффективность / Бактерицидті тиімділігі: не менее 99.9% (по золотистому стафилококку) / 99.9% (алтын түстес стафилококк бойынша). • Производительность облучения / Сәулелендіру өнімділігі: от 240 до 360 м³/час (для 4 ламп) / 240-тан 360 м³/сағ-қа дейін (4 шам үшін). • Угол облучения (круговой) / Сәулелену бұрышы (дөңгелек): 360° градусов / 360° градус. • Диапазон рабочих температур / Жұмыс температурасының ауқымы: в пределах от +10 °C до +45 °C / +10 °C-тан +45 °C-қа дейін. • Материал корпуса / Корпус материалы: сталь с полимерно-порошковым покрытием / полимерлі-ұнтақты бояуы бар болат. • Срок службы ламп / Шамдардың қызмет ету мерзімі: не менее 9000 часов / 9000 сағаттан кем емес. 3. Электропитание и Безопасность / Электрмен қоректендіру және Қауіпсіздік: • Параметры сети / Желі параметрлері: напряжение питания 220 В ± 10%, частота 50 Гц / қорек кернеуі 220 В ± 10%, жиілігі 50 Гц. • Потребляемая мощность / Тұтынылатын қуаты: не более 150-260 ВА в зависимости от комплектации ламп / шамдардың жиынтықталуына байланысты 150-260 ВА аспайды. • Электробезопасность / Электр қауіпсіздігі: класс защиты I, тип B; кабель питания длиной не менее 5 метров / I қорғаныс класы, B типі; желілік кабельдің ұзындығы 5 метрден кем емес. • Пульт управления / Басқару пульті: наличие дистанционного пульта управления или таймера задержки включения на 60–90 секунд для безопасного выхода персонала из помещения / персоналдың бөлмеден қауіпсіз шығуы үшін қашықтан басқару пультінің немесе қосылуды 60–90 секундқа шегеретін таймердің болуы. 4. Дополнительные опции / Қосымша опциялар: • Цифровой счетчик наработки ламп / Шамдардың жұмыс уақытын есептегіш: автоматический учет отработанных часов УФ-элементов для своевременной

	замены / уақытында ауыстыру үшін УК-элементтердің жұмыс істеген сағаттарын автоматты түрде есепке алу. • Датчик движения / Қозғалыс датчигі: автоматическое отключение открытого излучения при случайном входе человека в помещение во избежание ожогов глаз и кожи / көз бен терінің күйіп қалуын болдырмау үшін бөлмеге кездейсоқ адам кірген кезде ашық сәулелену автоматты түрде өшіру. • Защитный чехол / Қорғаныш қаптама: плотный светонепроницаемый чехол для безопасной транспортировки и хранения прибора / құрылғыны қауіпсіз тасымалдау және сақтау үшін тығыз жарық өткізбейтін қаптама. ГОСТ IEC 61549-2012