Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық онкология диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17987901-1
Конкурстың атауы:	"Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының "Атырау облыстық онкология диспансері" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87679397-ОКЗ
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291059.999.000094
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	64000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	128000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау облысы, Атырау қаласы, Владимирский көшесі 2
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31286-2005
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	А санатты медициналық жабдықтармен және керек-жарақтармен жабдықталған, дәрігерлік/фельдшерлік бригаданың жедел медициналық көмек көрсетуіне, пациенттерді тасымалдауға және ауруханаға дейінгі кезеңде олардың жағдайын бақылауға арналған жаңа санитариялық автокөлікті жеткізу. Жеткізу орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Адмирал Лев Владимирский көшесі, 2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ А санатты санитариялық автокөлік мынадай жиынтықта жеткізілуі тиіс: А санатты санитариялық автокөлік — 1 бірлік. Медициналық салон және арнайы жабдық — 1 жиынтық. Зембіл-арба — 1 бірлік. Өкпені жасанды желдету аппараты — 1 бірлік. Дефибриллятор — 1 бірлік. Электрлік тасымал аспираторы — 1 бірлік. Алюминий кейстегі реанимациялық жиынтық — 1 жиынтық. Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық жай-күйін бағалауға арналған автоматтандырылған кешен / телемедициналық ЭКГ-жүйесі — 1 жиынтық. Дербес тауарлар мен жинақтаушы бұйымдардың саны, атауы және жиынтықтылығы осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс. А САНАТТЫ САНИТАРИЯЛЫҚ АВТОКӨЛІК Санитариялық автокөліктің сыныбы — А. Көлік құралы жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жүрісі жоқ болуы тиіс; шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес. Автокөліктің, медициналық жабдықтың, жинақтаушы бұйымдар мен керек-жарақтардың техникалық сипаттамалары, құрамы және жиынтықтылығы көлік құралының функционалдық мақсатын ескере отырып, Қазақстан Республикасының А санатты санитариялық автокөлікке қойылатын заңнама талаптарына сәйкес болуы тиіс. Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымшаның конкурстық құжаттамасының 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес әрбір жинақтаушы тауар бойынша жеке техникалық ұсыныс ұсынуы қажет. Жеткізілетін әрбір тауар, жабдық, жинақтаушы бұйым және керек-жарақ бойынша техникалық ұсыныста атауы, техникалық және функционалдық сипаттамалары, параметрлері, жиынтықтылығы және осы техникалық ерекшелікте көзделген өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс. Бірнеше дербес тауардан тұратын кешен жеткізілген жағдайда, әрбір осындай тауардың техникалық сипаттамалары жеке көрсетіледі. Негізгі автокөлік санитариялық автокөлік ретінде пайдалануға арналған минивэн шанағында болуы тиіс. Шанақтың түсі — сары. Автокөліктің ұзындығы кемінде 5253 мм, ені кемінде 1997 мм, биіктігі кемінде 1990 мм, доңғалақ базасы кемінде 3273 мм болуы тиіс. Қозғалтқышы — бензинді, жұмыс көлемі кемінде 3470 см³. Беріліс қорабы — автоматты, кемінде 8 сатылы. Жетегі — алдыңғы. Жанармай бағының көлемі кемінде 75 л. МЕДИЦИНАЛЫҚ САЛОН ЖӘНЕ АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ Медициналық салонда жылу, дыбыс және діріл оқшаулағышы, сондай-ақ медициналық жабдық бекітілетін орындарда шанақтың күшейтілген элементтері болуы тиіс. Ішкі әрлеу шыныталшықтан немесе дәрілік заттар мен дезинфекциялау ерітінділерінің әсеріне төзімді баламалы материалдардан орындалуы тиіс; беті тегіс, ылғалды және иістерді сіңірмейтін болуы керек. Еденде тігістері герметизацияланған, ылғалға төзімді, антистатикалық және тозуға төзімді жабын болуы тиіс. Жүргізуші кабинасы мен медициналық салонның

	арасында жылжымалы терезесі бар қалқа орнатылуы тиіс. Медициналық салонның бүйір және артқы есіктері әйнектелген болуы тиіс. Оттегі беру жүйесіне қол жеткізуге арналған технологиялық тесік, релелік қорғанысы бар электр тарату қалқаны, кемінде 12/220 В инвертор, төбелік жарықдиодты шамдар, пациент орналасатын орынның үстіндегі бағытталған жарық, есік ойықтарының жарықтандырылуы және сыртқы жарықтандыру, ажыратқыштар мен басқару органдары көзделуі тиіс. Медициналық салонда кемінде 3 дана 220 В розетка, кемінде 2 дана 12 В розетка және кемінде 1 USB ағытпасы болуы тиіс. Индикаторы, оттегі коллекторы, редукторы және тиісті қосқыштары бар жалғау шлангісі қамтылған оттегі беру жүйесі, сенімді бекіткіші бар оттегі баллоны, жарық және дыбыс сигнализациясы, қол тірегіштері бар стационарлық орындық, медициналық персоналға арналған жиналмалы орындық, қозғалтқыштың іске қосар алдындағы жылытқышы, өрт сөндіргіштер, инфузиялық ерітінділерге арналған ұстағыш, медициналық салонның сүзгілеу және желдету жүйесі, сыртқы 220 В розеткасы, зарядты бақылау жүйесі және қажетті электр сымдары бар қосымша аккумулятор батареясы, сондай-ақ ұзындығы кемінде 15 м сыртқы электр кабелі көзделуі тиіс. Пациенттің жеке кеңістігін қамтамасыз ету үшін медициналық салон әйнегінің ауданының кемінде 2/3 бөлігі күңгірттелуі немесе тонировкалануы тиіс. Сондай-ақ санитариялық автокөліктің мақсатына сәйкес шанақта қорғаныш үлдір/қаптама болуы тиіс. ЗЕМБІЛ-АРБА Зембіл-арба пациентті тасымалдауға арналған болуы және арқалық пен аяқ бөліктері реттелетін секциялармен, қорғаныш бүйірлік қоршаулармен, диаметрі 200 мм-ден аспайтын дөңгелектермен жабдықталуы әрі бір оператордың санитариялық автокөлікке тиеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Ұзындығы — 1950 мм. Ені — кемінде 550 мм. Арбаны тиеу биіктігі — 90 см. Жүк көтергіштігі — кемінде 170 кг. Жиынтыққа омыртқаны иммобилизациялауға арналған тақтай, басты бекіткіш және пациентті бекіту белдіктері кіруі тиіс. Құрылымы тасымалдау кезінде пациентті орнықты әрі қауіпсіз орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Зембілдің массасы өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және санитариялық автокөлікке қауіпсіз тиеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. ӨКПЕНІ ЖАСАНДЫ ЖЕЛДЕТУ АППАРАТЫ Өкпені жасанды желдету аппараты басқарылатын және көмекші желдетуді қамтамасыз етуі, сондай-ақ ересектер мен балаларға арналған режимдері болуы тиіс. Аппарат пациентті тасымалдау кезінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Ағытпаларды қоса алғандағы ӨЖЖ аппаратының өлшемдері (Ұ × Е × Б) — 190 × 110 × 90 мм. Тасымал платформасының өлшемдері (Е × Б × Т) — 465 × 295 × 145 мм. Жұмыс қысымы — 2,7–6,0 бар. Газ шығыны — кемінде 70 л/мин O_2. Тыныс алу жиілігі — минутына кемінде 5–40. Минуттық желдету көлемі — кемінде 3–20 л/мин. Тыныс алу көлемі — кемінде 75–4000 мл. Қысым диапазоны — кемінде 20–60 мбар. Қорғаныс дәрежесі — IP24-тен төмен емес. Габариттік өлшемдері — шамамен 465 × 295 × 145 мм. Салмағы — 11 кг-нан аспайды. Аппаратта кемінде 2 газ кірісі, оттегі көзіне қосылу

	мүмкіндігі, оттегімен ингаляция жасауға арналған жиынтық, сүзгі, көлемі кемінде 2 л оттегі баллоны, редуктор, жалғағыш элементтер, бетперделер, қорғаныш тасымалдау сөмкесі немесе қап, аккумулятор батареясы және санитариялық автокөлікке арналған бекіткіш болуы тиіс. ДЕФИБРИЛЛЯТОР Дефибриллятор дефибрилляция жүргізуді және пациенттің өмірлік маңызды көрсеткіштерін бақылауды қамтамасыз етуі, ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге арналған дефибрилляция режимдері, автоматты AED режимі және қолмен басқару режимі болуы тиіс. ЭКГ тіркеу — кемінде 6 арна. Дефибрилляция энергиясының диапазоны — кемінде 1–200 Дж. Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны — кемінде 18–300 соққы/мин. Дисплей диагоналі — кемінде 5,7 дюйм. Қорғаныс дәрежесі — IP55-тен төмен емес. Аккумулятор батареясы — сыйымдылығы кемінде 5,7 А·сағ литий-ионды. Керек-жарақтарға арналған сөмкелерсіз және алдыңғы қақпақсыз аппарат өлшемдері (Б × Е × Т) — 17 × 26 × 7 см. Керек-жарақтарға арналған сөмкелерімен және алдыңғы қақпағымен аппарат өлшемдері (Б × Е × Т) — 17 × 40 × 13 см. Жиынтыққа бір рет қолданылатын балалар электродтары, ересектерге арналған көп рет қолданылатын электродтар және ЭКГ кабелі кіруі тиіс. Дефибрилляторды санитариялық автокөлікте сенімді бекіту және қажет болғанда жедел шешіп алу мүмкіндігі көзделуі тиіс. ЭЛЕКТРЛІК ТАСЫМАЛ АСПИРАТОРЫ Резервуар жүйесімен бірге аспиратордың габариттік өлшемдері (Е × Б × Т) — 370 × 277 × 146 мм, салмағы — 4,7 кг-нан аспайды, жинақтау ыдысының көлемі — кемінде 1000 мл, ең жоғары вакуум — кемінде −0,8 бар, тұтынатын қуаты — 45 Вт-тан аспайды, қоректендіруі — 12 В тұрақты ток. Қорғаныс дәрежесі — IP34D-тен төмен емес. Аспираторда сыйымдылығы кемінде 4,3 А·сағ литий-ионды аккумулятор батареясы, автокөліктің борттық желісінен зарядтау мүмкіндігі, 80 %-ға дейін зарядтау уақыты 2 сағат 40 минуттан аспауы және автономды үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 60 минут болуы тиіс. Шу деңгейі — 70 дБ-ден төмен. АЛЮМИНИЙ КЕЙСТЕГІ РЕАНИМАЦИЯЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ Реанимациялық жиынтық медициналық салонда сенімді бекіту мүмкіндігі бар берік алюминий кейсте жеткізілуі тиіс. Кейстің өлшемдері (Ұ × Б × Е) — 526 × 400 × 200 мм. Бос кейстің салмағы — 6,7 кг-нан аспайды. Кейстің ішінде бөлімдер, тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету құралдарына арналған ұстағыштар және ампулаларға арналған тіректер болуы тиіс. Жиынтыққа көлемі 2 л оттегі баллоны, беру диапазоны 3–15 л/мин редуктор, оттегі беру түтігі, жалғағыш штуцер, бекіту белдіктері, қол аспираторы, ересектерге, балаларға және жаңа туған нәрестелерге арналған бетперделер, сондай-ақ ингаляцияға арналған бетперде кіруі тиіс. Өлшемдерге чемоданның бұрыштары, аяқтары, тұтқасы және басқа да шығыңқы бөліктері қоса есептеледі. ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР ЖҮЙЕСІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖАЙ-КҮЙІН БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН КЕШЕН / ТЕЛЕМЕДИЦИНАЛЫҚ ЭКГ-ЖҮЙЕСІ Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық жай-күйін бағалауға арналған автоматтандырылған кешен/телемедициналық ЭКГ-жүйесі кемінде 12 тіркемеде ЭКГ тіркеуді, негізгі

	параметрлерді автоматты түрде өлшеуді, нәтижелерді автоматты түрде түсіндіруді, зерттеулерді электрондық түрде сақтауды және қашықтан кеңес беру үшін нәтижелерді беруді қамтамасыз етуі тиіс. Пациентті жеке сәйкестендіргіш немесе штрихкод арқылы сәйкестендіру, бұлтты технологияларды пайдалану, медицина қызметкерлері үшін бірнеше есептік жазба жасау, Bluetooth және Интернет желісі арқылы қосылу, сондай-ақ зерттеу нәтижелерін басып шығару мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс. Корпус өлшемдері — 72 × 135 × 24 мм ±10 %. Салмағы — шамамен 0,3 кг ±10 %. Дисплей — кемінде 4 дюйм. Ажыратымдылығы — кемінде 800 × 480 пиксель. Басып шығару жылдамдығы — кемінде 25 мм/с. Қағаз ені — кемінде 57 мм. Дефибриллятор разрядынан қорғау — 400 Дж-ға дейін. Bluetooth байланысының қашықтығы — кемінде 10 м. Аккумулятор батареясынан жұмыс істеу мүмкіндігі көзделуі тиіс. ЖЕТКІЗУГЕ, ОРНАТУҒА ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Барлық медициналық жабдық, арнайы жабдық және жинақтаушы бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс. Автокөлік қозғалысы кезінде олардың өздігінен жылжуы, құлауы немесе пациент пен медициналық персоналдың қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін болмайтындай етіп, жабдық медициналық салонда сенімді бекітілуі тиіс. Өнім беруші жеткізілетін медициналық жабдықты және санитариялық автокөліктің арнайы жабдығын орнатуға, қосуға, баптауға және жұмысқа қабілеттілігін тексеруге міндетті. Электр жүйелері электр қауіпсіздігі талаптары мен автокөліктің борттық электр желісінің параметрлері ескеріле отырып қосылуы тиіс. Оттегі жүйесі герметикалық, сенімді бекітілген және оттегіні қауіпсіз беруді қамтамасыз ететін болуы тиіс. Тапсырыс берушіге берер алдында автокөліктің, медициналық жабдықтың, электрмен қоректендіру жүйелерінің, жарықтандырудың, желдетудің, оттегі жүйесінің, бекіткіштердің және осы техникалық ерекшелікте көзделген өзге де элементтердің техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігі тексеріледі. Санитариялық автокөлікпен бірге автокөлік пен медициналық жабдыққа арналған техникалық және пайдалану құжаттамасы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, кепілдік құжаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар, егер олардың болуы заңнамада көзделсе, ұсынылады. Санитариялық автокөлікке кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннен бастап кемінде 36 айды құрайды. Медициналық техникаға, арнайы жабдыққа және орнатылған медициналық жүйелерге кепілдік сервистік қызмет көрсету орнатылып, пайдалануға берілгеннен кейін кемінде 37 ай мерзімге ұсынылады. Жинақтаушы бұйымдарға кепілдік міндеттемелер шарт талаптарына және өндірушінің құжаттамасына сәйкес беріледі. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші жеткізілген тауардың, оның жинақтаушы бөліктерінің сапасына немесе орындалған орнату жұмыстарына байланысты туындаған кемшіліктерді жоюды қамтамасыз етеді. Санитариялық автокөлік осы техникалық ерекшелікте көзделген толық

	жиынтықта, пайдалануға дайын күйде, орнатылған, қосылған және тексерілген медициналық әрі арнайы жабдықпен жеткізіледі. Барлық дербес тауарлар мен жинақтаушы бұйымдар ұсынылған техникалық ұсынысқа және осы техникалық ерекшелікке сәйкес атауы мен техникалық сипаттамалары бойынша сәйкестендірілуі тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Пайдалануға беру, оны толық іске қосу үшін қозғалтқыштың барлық агрегаттарын іске қосу.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізілетін автокөлік құралымен құжаттардың толық топтамасын ұсыну: КТП тізілімі(электрондық көшірмесі); көлік құралының паспорты; Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасының талаптары мен мерзімдеріне сәйкес жазылған тауарларды сипаттай отырып, тауардың бағасын көрсете отырып, сатушының электрондық шот-фактурасы-түпнұсқа; қорларды бүйірге босатуға арналған жүккұжат-түпнұсқа; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; ОТС/ немесе СБКТС көлік құралының түрін мақұлдаусатушының мөрімен расталған көшірме. Медициналық жабдыққа қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастырғаны үшін төлемақының толықтығы туралы құжат өнім беруші тауардың әрбір атауына мынадай құжаттарды: • Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органы берген тіркеу куәлігін не оның Қазақстан Республикасының аумағында танылғанын растайтын құжатты ұсынуға міндетті; * өнімнің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (сәйкестік сертификаты және/немесе сәйкестік туралы декларация — Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда); * өлшеу құралдарына жататын жабдық үшінбелгіленген тәртіппен тексеруден/калибрлеуден өткенін растайтын құжаттар; • бұйымның паспорты және/немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс және/немесе қазақ тілінде; * өнімнің техникалық сипаттамалары мен жиынтықталуын растайтын өндірушінің құжаттары (бар болса); Мұндай құжаттаманың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе нормативтік-техникалық құжаттамасында көзделген жағдайларда өзге де құжаттар.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"
№ конкурса:	№ 17987901-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области"
Номер лота:	№ 87679397-ОКЗ
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291059.999.000094
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	64000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	128000000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	В течение 60 календарных дней с момента подписания договора

Место поставки товара*:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирский 2
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31286-2005
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Поставка нового санитарного автомобиля класса А с медицинским оборудованием и принадлежностями, предназначенного для оказания скорой медицинской помощи врачебной/фельдшерской бригадой, транспортировки пациентов и проведения мониторинга их состояния на догоспитальном этапе. Место поставки: Атырауская область, г. Атырау, ул. Адмирала Льва Владимирского, 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ Санитарный автомобиль класса А должен поставляться в следующей комплектации: Санитарный автомобиль класса А — 1 единица. Медицинский салон и специальное оборудование — 1 комплект. Носилки-каталка — 1 единица. Аппарат искусственной вентиляции легких — 1 единица. Дефибриллятор — 1 единица. Электрический транспортный аспиратор — 1 единица. Реанимационный комплект в алюминиевом кейсе — 1 комплект. Автоматизированный комплекс оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы / телемедицинская ЭКГсистема — 1 комплект. Количество, наименование и комплектность самостоятельных товаров и комплектующих изделий должны соответствовать настоящей технической спецификации. САНИТАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ КЛАССА А Класс санитарного автотранспорта — А. Транспортное средство должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, без пробега, год выпуска — не ранее 2026 года. Технические характеристики, состав и комплектность автомобиля, медицинского оборудования, комплектующих изделий и принадлежностей должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к санитарному автотранспорту класса А, с учетом функционального назначения транспортного средства. Потенциальному поставщику необходимо представить техническое предложение по каждому комплектующему товару отдельно в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 конкурсной документации приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок. В техническом предложении по каждому поставляемому товару, оборудованию, комплектующему изделию и принадлежности должны быть указаны наименование, технические и функциональные характеристики, параметры, комплектность и иные сведения, предусмотренные настоящей технической спецификацией. В случае поставки комплекса, состоящего из нескольких самостоятельных товаров, технические характеристики каждого такого товара указываются отдельно. Базовый автомобиль должен быть выполнен в кузове типа минивэн, предназначенном для использования в качестве санитарного автомобиля. Цвет кузова — желтый. Длина автомобиля должна составлять не менее 5253 мм, ширина — не менее 1997 мм, высота — не менее 1990 мм, колесная база — не менее 3273 мм. Двигатель — бензиновый, рабочий объем — не менее 3470 см³. Коробка передач — автоматическая, не менее 8 ступенчатая. Привод — передний. Объем топливного бака — не менее 75 л. МЕДИЦИНСКИЙ САЛОН И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Медицинский салон должен иметь тепловую, звуковую и вибрационную изоляцию, а также усиленные элементы кузова в местах крепления медицинского оборудования. Внутренняя отделка должна выполняться из стеклопластиковых либо эквивалентных материалов,

	устойчивых к воздействию лекарственных средств и дезинфицирующих растворов, с гладкой поверхностью, не впитывающей влагу и запахи. Пол должен иметь влагостойкое, антистатическое и износостойкое покрытие с герметизацией швов. Между кабиной водителя и медицинским салоном должна быть установлена перегородка со сдвижным окном. Боковые и задние двери медицинского салона должны иметь остекление. Должно быть предусмотрено технологическое отверстие для доступа к системе подачи кислорода, электрический распределительный щит с релейной защитой, инвертор не менее 12/220 В, потолочные светодиодные светильники, направленный свет над местом размещения пациента, освещение дверных проемов и наружное освещение, выключатели и органы управления. Медицинский салон должен быть оборудован не менее чем 3 розетками не менее 220 В, не менее 2 розетками 12 В и не менее 1 USB-разъемом. Должна быть предусмотрена система подачи кислорода с индикатором, кислородным коллектором, редуктором и соединительным шлангом с соответствующими соединениями, кислородный баллон с надежным креплением, световая и звуковая сигнализация, стационарное кресло с подлокотниками, складное сиденье для медицинского персонала, предпусковой подогреватель двигателя, огнетушители, держатель для инфузионных растворов, систему фильтрации и вентиляции медицинского салона, наружную розетку 220 В, дополнительную аккумуляторную батарею с системой контроля заряда и необходимой электропроводкой, а также внешний электрический кабель длиной не менее 15 м. Должно быть предусмотрено матирование или тонирование не менее 2/3 площади остекления медицинского салона для обеспечения необходимой приватности пациента, а также защитная пленка/облицовка кузова в соответствии с назначением санитарного автомобиля. НОСИЛКИ-КАТАЛКА Носилки-каталка должны быть предназначены для транспортировки пациента и иметь регулируемые спинную и ножную секции, защитные боковые ограждения, колеса диаметром не более 200 мм и возможность загрузки в санитарный автомобиль одним оператором. Длина должна составлять 1950 мм. Ширина должна составлять не менее 550 мм. Высота погрузки каталки должна составлять 90 см. Грузоподъемность — не менее 170 кг. В комплект должны входить спинальная доска, фиксатор головы и ремни фиксации пациента. Конструкция должна обеспечивать устойчивое и безопасное размещение пациента при транспортировке. Масса носилок должна соответствовать технической документации производителя и обеспечивать возможность безопасной загрузки в санитарный автомобиль. АППАРАТ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ Аппарат искусственной вентиляции легких должен обеспечивать контролируемую и вспомогательную вентиляцию и иметь режимы для взрослых и детей. Аппарат должен быть пригоден для транспортировки пациента. Размеры аппарата ИВЛ, включая разъёмы (Д × Ш × В) —190 × 110 × 90 мм. Размеры переносной платформы (Ш × В × Г) — 465 × 295 × 145 мм. Рабочее давление — 2,7–6,0 бар. Расход газа — не менее 70 л/мин O_2. Частота дыхания — не менее 5–40 в минуту.

	Минутная вентиляция — не менее 3–20 л/мин. Дыхательный объем — не менее 75–4000 мл. Диапазон давления — не менее 20–60 мбар. Степень защиты — не ниже IP24. Габаритные размеры — около 465 × 295 × 145 мм. Масса — не более 11 кг. Аппарат должен иметь не менее 2 газовых входов, возможность подключения к источнику кислорода, комплект для кислородной ингаляции, фильтр, кислородный баллон объемом не менее 2 л, редуктор, соединительные элементы, лицевые маски, защитную транспортировочную сумку или чехол, аккумуляторную батарею и крепление в санитарном автомобиле. ДЕФИБРИЛЛЯТОР Дефибриллятор должен обеспечивать проведение дефибрилляции и мониторинг жизненно важных показателей пациента, иметь режимы дефибрилляции для взрослых, детей и новорожденных, автоматический режим AED и ручной режим. Регистрация ЭКГ — не менее 6 каналов. Диапазон энергии дефибрилляции — не менее 1–200 Дж. Диапазон измерения частоты сердечных сокращений — не менее 18–300 уд/мин. Диагональ дисплея — не менее 5,7 дюйма. Степень защиты — не ниже IP55. Аккумуляторная батарея — литий-ионная, емкостью не менее 5,7 А•ч. Аппарат без сумок для принадлежностей и передней крышки (В × Ш × Г) — 17 × 26 × 7 см. Аппарат с сумками для принадлежностей и передней крышкой (В × Ш × Г) — 17 × 40 × 13 см. В комплект должны входить одноразовые педиатрические электроды, многоразовые электроды для взрослых и кабель ЭКГ. Должно быть предусмотрено надежное крепление дефибриллятора в санитарном автомобиле с возможностью его оперативного снятия. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ АСПИРАТОР Электрический транспортный аспиратор должен иметь габаритные размеры (Ш × В × Г) с резервуарной системой — 370 × 277 × 146 мм, массу не более 4,7 кг, сборную емкость объемом не менее 1000 мл, максимальное разрежение не менее –0,8 бар, потребляемую мощность не более 45 Вт и питание 12 В постоянного тока. Степень защиты — не ниже IP34D. Аспиратор должен иметь литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью не менее 4,3 А•ч, возможность зарядки от бортовой сети автомобиля, время зарядки до 80 % не более 2 часов 40 минут и время непрерывной автономной работы не менее 60 минут. Уровень шума — менее 70 дБ. РЕАНИМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ В АЛЮМИНИЕВОМ КЕЙСЕ Реанимационный комплект должен поставляться в прочном алюминиевом кейсе с возможностью надежного крепления в медицинском салоне. Размеры кейса (Д × В × Ш) — 526 × 400 × 200 мм. Масса пустого кейса — не более 6,7 кг. Кейс должен иметь внутренние перегородки, держатели для средств обеспечения проходимости дыхательных путей и подставки для ампул. В комплект должны входить кислородный баллон объемом 2 л, редуктор с диапазоном подачи 3–15 л/мин, трубка для подачи кислорода, соединительный штуцер, ремни фиксации, ручной аспиратор, лицевые маски для взрослых, детей и новорожденных, а также маска для ингаляции. Габаритные размеры, включая выступы, например, уголки чемодана, ножки, ручку и т.п. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ / ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ

	ЭКГ-СИСТЕМА Автоматизированный комплекс оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы/телемедицинская ЭКГ-система должен обеспечивать регистрацию ЭКГ не менее чем в 12 отведениях, автоматическое измерение основных параметров, автоматическую интерпретацию результатов, электронное хранение исследований и удаленную передачу результатов для дистанционного консультирования. Должна обеспечиваться идентификация пациента с использованием индивидуального идентификатора или штрихкода, возможность применения облачных технологий, создания нескольких учетных записей медицинских работников, подключения посредством Bluetooth и сети Интернет, а также печати результатов исследования. Габаритные размеры корпуса — 72 × 135 × 24 мм ±10 %. Масса — около 0,3 кг ±10 %. Дисплей — не менее 4 дюймов. Разрешение — не менее 800 × 480 пикселей. Скорость печати — не менее 25 мм/с. Ширина бумаги — не менее 57 мм. Защита от разряда дефибриллятора — до 400 Дж. Дальность Bluetooth — не менее 10 м. Должна быть предусмотрена работа от аккумуляторной батареи ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ, УСТАНОВКЕ И КОМПЛЕКТНОСТИ Все медицинское оборудование, специальное оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, полностью укомплектованными и пригодными для использования по назначению. Оборудование должно быть надежно закреплено в медицинском салоне таким образом, чтобы при движении автомобиля исключалась возможность его самопроизвольного перемещения, падения либо создания угрозы безопасности пациента и медицинского персонала. Поставщик обязан выполнить установку, подключение, настройку и проверку работоспособности поставляемого медицинского оборудования и специального оборудования санитарного автомобиля. Электрические системы должны быть подключены с учетом требований электробезопасности и параметров бортовой электрической сети автомобиля. Кислородная система должна быть герметичной, надежно закрепленной и обеспечивать безопасную подачу кислорода. Перед передачей Заказчику проводится проверка технического состояния и работоспособности автомобиля, медицинского оборудования, систем электропитания, освещения, вентиляции, кислородной системы, креплений и иных предусмотренных настоящей технической спецификацией элементов. Вместе с санитарным автомобилем предоставляются техническая и эксплуатационная документация на автомобиль и медицинское оборудование, инструкции по эксплуатации, гарантийные документы, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, если их наличие предусмотрено законодательством. Гарантийный срок на санитарный автомобиль составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники, специального оборудования и установленных медицинских систем предоставляется сроком не менее 37 месяцев после установки и введения в эксплуатацию. Гарантийные обязательства на комплектующие изделия предоставляются в

	соответствии с условиями договора и документацией производителя. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает устранение недостатков, возникших по причинам, относящимся к качеству поставленного товара, его комплектующих либо выполненной установки. Санитарный автомобиль поставляется в полной комплектации, предусмотренной настоящей технической спецификацией, в готовом к эксплуатации состоянии, с установленным, подключенным и проверенным медицинским и специальным оборудованием. Все самостоятельные товары и комплектующие изделия должны быть идентифицируемы по наименованию и техническим характеристикам в соответствии с представленным техническим предложением и настоящей технической спецификацией.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Ввод в эксплуатацию, запуск всех агрегатов двигателя для полного его запуска.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	С поставляемым автотранспортным средством предоставление полного пакета документов: Реестр КТП (электронная копия); Паспорт транспортного средства; Электронную счет-фактуру Продавца с описанием товаров, указанием цены Товара, выписанный в соответствии с требованиями и сроками действующего налогового законодательства Республики Казахстан – оригинал; Накладную на отпуск запасов на сторону – оригинал; Руководство по эксплуатации; Одобрение типа транспортного средства ОТТС/ или СБКТС – копия, заверенная печатью Продавца. Документ о полноте платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов На медицинское оборудование Поставщик обязан предоставить на каждое наименование товара следующие документы: • регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в сфере здравоохранения Республики Казахстан, либо документ, подтверждающий его признание на территории Республики Казахстан; • документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности (сертификат соответствия и/или декларация о соответствии — в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан); • для оборудования, относящегося к средствам измерений — документы, подтверждающие прохождение поверки/калибровки в установленном порядке; • паспорт изделия и/или руководство по эксплуатации на русском и/или казахском языке; • документы производителя (при наличии), подтверждающие технические характеристики и комплектацию изделия; Иные документы в случаях, когда наличие такой документации предусмотрено законодательством и/или нормативно-технической документацией Республики Казахстан.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).