Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17719404-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83197903-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	эндоскопия үшін, гинекологиялық / урологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	24 Fr өлшемді тері арқылы эндоскопиялық гастростомия жинағы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Техникалық сипаттамасы: өлшемі 24 Fr, ұзындығы кемінде 81±2,54 см болатын, асқазанішілік бампер түріндегі бекіткіші бар гастростомиялық қоректендіру түтігі. Түтік материалы — мөлдір медициналық силикон. Бүкіл ұзындығы бойынша рентгенконтрастты жолақ рентгеноскопиялық визуализация жүргізуге мүмкіндік береді. 1 см қадаммен сантиметрлік таңбалануы алдыңғы құрсақ қабырғасының қалыңдығын анықтауға және түтіктің ықтимал жылжуын бақылауға мүмкіндік береді. Ішкі бекіткіш бампер рентгенконтрастты, саңырауқұлақ тәрізді, сыртқы диаметрі 2,61 см және қалыңдығы 0,99 см. Бампер жиналмалы, бұл түтікті тарту әдісімен алып тастауға мүмкіндік береді. SECUR-LOK типті сыртқы бекіткіш — диаметрі 3,89 см және қалыңдығы 1,35 см диск, түтіктің сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді, стома айналасындағы теріге ауаның өтуіне кедергі келтірмейді және оңтайлы жазылуға ықпал етеді. Дискіде кемінде 6 радиалды орналасқан тікбұрышты шығыңқы бөлік және әрқайсысының диаметрі 0,38 см кемінде 6 симметриялы орналасқан тесік бар. Диск жұмсақ, түтік бойымен жылжиды. 2. Функционалдық сипаттамасы: түтік энтеральды қоректендіруді енгізу, асқазанды декомпрессиялау және дәрілік препараттарды енгізу мақсатында асқазанға тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етуге арналған. Қоректендіру және дәрілік препараттарды енгізу қоректендіру түтігіне жалғанатын арнайы адаптерлер арқылы жүзеге асырылады. 3. Сапалық сипаттамасы: материал — латекс пен диэтилгексилфталат құрамайтын медициналық силикон. Бұйым этилен оксидімен стерильденген. Жинақ құрамына мыналар кіреді: 1. ілмегі бар конус тәрізді ұшты, өлшемі 24 Fr PULL PEG гастростомиялық қоректендіру түтігі — 1 дана; 2. Люэр ұштығы және қақпағы бар қоректендіру енгізуге арналған адаптер — 1 дана; 3. болюстік қоректендіру адаптері — 1 дана; 4. SECUR-LOK типті бекіткіш — 1 дана; 5. №11 жүзі бар скальпель — 1 дана; 6. өткізгіш ине — 1 дана; 7. орнатуға арналған ілмекті өткізгіш — 1 дана; 8. түтікке арналған қысқыш — 1 дана; 9. қолдану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана. 4. Пайдалану сипаттамасы: бұйым стерильді, қолдануға дайын. Қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысу қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17719404-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 83197903-ЗЦП2
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для эндоскопии, гинекологический/урологический
Дополнительное описание лота:	Набор чрескожный эндоскопический гастростомический размером 24 Fr
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Техническая характеристика: гастростомическая питательная трубка размером 24 Fr, длиной не менее 81±2,54 см, с внутрижелудочным фиксатором в виде бампера. Материал трубки — прозрачный медицинский силикон. Рентгеноконтрастная полоса по всей длине обеспечивает возможность проведения рентгеноскопической визуализации. Сантиметровая разметка с шагом 1 см позволяет определять толщину передней брюшной стенки и контролировать возможное смещение трубки. Внутренний фиксирующий бампер рентгеноконтрастный, грибовидной формы, с внешним диаметром 2,61 см и толщиной 0,99 см. Бампер складывающийся, что позволяет удалять трубку методом вытягивания. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK — диск диаметром 3,89 см и толщиной 1,35 см, обеспечивающий надежную фиксацию трубки, не препятствующий доступу воздуха к коже вокруг стомы и способствующий оптимальному заживлению. Диск имеет не менее 6 прямоугольных радиально расположенных выступов и не менее 6 симметрично расположенных отверстий диаметром 0,38 см каждое. Диск мягкий, перемещается вдоль трубки. 2. Функциональная характеристика: трубка предназначена для постоянного доступа к желудку с целью введения энтерального питания, декомпрессии желудка и введения лекарственных препаратов. Кормление и введение лекарственных препаратов осуществляется через специальные адаптеры, подсоединяемые к питательной трубке. 3. Качественная характеристика: материал — медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Изделие стерилизовано этиленоксидом. В набор входит: 1. гастростомическая питательная трубка PULL PEG размером 24 Fr с конусообразным наконечником с петлей — 1 шт.; 2. адаптер для введения питания с насадкой Люэра и колпачком — 1 шт.; 3. болюсный питательный адаптер — 1 шт.; 4. фиксатор типа SECUR-LOK — 1 шт.; 5. скальпель с лезвием №11 — 1 шт.; 6. игла проводника — 1 шт.; 7. петлевой проводник для установки — 1 шт.; 8. зажим для трубки — 1 шт.; 9. инструкция по применению — 1 шт. 4. Эксплуатационная характеристика: изделие стерильное, готово к применению. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.