Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17967629-1
Конкурстың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83311362-ОК1
Лоттың атауы	Ота жасайтын жиынтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325050.900.000056
Тауардың атауы*:	Ота жасайтын жиынтық
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1143
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	24999
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	28573857
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы E495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	1. Өлшемі кемінде 180х240 см Парақ екі жағынан бүкіл беті бойынша сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар үш қабаттан кем емес жасалған — кемінде 1 дана. 2. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 180х180 см Парақ кем дегенде үш қабатты, екі жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және құрғақ енуіне максималды кедергісі бар. ылғалды күйде-кемінде 1 дана. 3. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 70х80 см Парақ бір жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және екінші жағынан ылғал өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 56 г/м2 гипоаллергенді емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйінде енуіне барынша төзімділігі бар — кемінде 2 дана. 4. Кем дегенде 137×180 см Парақ-бұл үстелге арналған қорғаныс жабыны. Жабын кемінде 3 бөлікке бөлінеді-су өткізбейтін полиэтиленнен кемінде 2 бөлік және су сіңіретін материалдан кемінде 1 бөлік. Су сіңіретін материал-су сіңіретін бөлігі ұзындығы кемінде 180 см және ені кемінде 61 см, су өткізбейтін болып табылатын полиэтилен жақтарына термиялық дәнекерленген — кемінде 1 дана. 5. Көлемі кемінде 80×140 см болатын аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ-аралас тоқыма емес матадан жасалған. Майо үстелінің қақпағы — ені кемінде 80 см, ені кемінде 60 см және 80 см-ден аспайтын термиялық дәнекерленген күшейтілген сіңіргіш кірістіруі бар жең түріндегі су өткізбейтін материал. жабын "қаз" аспаптық хирургиялық үстеліне арналған-кемінде 1 дана. 6. Өлшемі кемінде 13×250 см картон ұстағышы бар камера корпусы-эндоскопиялық камера мен сым үшін картон ұстағышы бар жеңдер түріндегі полиэтиленнен жасалған, телескопиялық бүктелген, соңында жабынды жабдыққа бекітуге қызмет ететін жабысқақ таспа бар. Картон ұстағыш картоннан жасалған, ол ашық күйде қуысты құрайды, бұл болашақта жабынның өзін құрылғыға қою процедурасын жеңілдетеді. Картон бөлігінде жабынды тартуға арналған тесік бар. Бүктелген қабаттар жабынның жеңінің ұзындығын қысқартады және оңай және қарапайым киюді қамтамасыз етеді. Жеңнің ұшы үшбұрышты пішінде кесіліп, дәнекерленген. Мұқабаның түсі мөлдір және ашық түрінде өлшемі кемінде 13×250 см. жарамдылық мерзімі көрсетілген біріктірілген қаптамасы бар — кемінде 1 дана. 7. Көлемі кемінде 7,5×7,5 см, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кемінде 8 немесе кемінде 12 қабат — кемінде 20 дана бүктейді. 8. Көлемі кемінде 10×10 см, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің

	ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кем дегенде 12 қабат — кем дегенде 20 дана.9. Диаметрі 3 см-ден кем емес және 4 см-ден аспайтын рентгендік контрастты жіпсіз М дәке тампондары, ақ түсті сіңіргіш шарлар. Құрамы мақта кемінде 100% (немесе мақта 100%) — кемінде 10 дана. 10. Алдыңғы және жеңдері күшейтілген, тоқылған манжеті бар хирургиялық XL Халат. Материалдардың бірнеше түрінен жасалған: 1) тығыздығы кемінде 40 г/м2 және 55 г/м2 аспайтын үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес мата; 2) көп қабатты, бір жағынан бүкіл беті бойынша жақсы сіңіргіштігі бар және екінші жағынан ылғалға төзімді, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 40 г/м2 болатын, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар талшықсыз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған күшейтілген бөліктер (жеңдер және алдыңғы); 3) манжеттер трикотаждан. Мойын негізінің нүктесінен түбіне дейінгі ұзындығы 140 см-ден кем емес, ашылмаған түрдегі ені (түбі бойынша) 166 см-ден кем емес, жеңнің мойын негізінің нүктесінен жеңнің түбіне дейінгі ұзындығы 82,1 см-ден кем емес, жеңнің арматураланған бөлігі Ұзындығы 40 см-ден кем емес, күшейтілген кеуденің Ені 50 см-ден кем емес, ұзындығы 80 см-ден кем емес ыңғайлы, "дем алатын", су өткізбейтін, байланыстарды қараңыз. Манипуляциялар кезінде қозғалыстарды шектемейтін арнайы кесу арқылы стандартты және ұзақ операцияларды жүргізу кезінде максималды жайлылықты қамтамасыз етеді. Халат қосымша көмексіз асептикалық киюге қиын, зарарсыздандыруды болдырмайтын және байлауды жеңілдететін галстук бекіткіштері бар. Кем дегенде төрт галстук пен артқы жағындағы қосымша иістен тұратын арнайы жүйе қызметкерлердің артқы жағындағы стерильділікті қамтамасыз етеді. Қақпа бекіткіші "Velcro"таспасымен реттеледі. Тігіс жеңнің жоғарғы жиегінде орналасқан-кемінде 3 дана. 11. Клип-хирургиялық бір реттік, гофрленген, екі қысқышпен, бойымен алады. 12. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 6,5 , бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 13. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 7,0, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 14. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 7,5, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Жеке орамға кемінде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) оралған. Текстуралы беті және гидрофобты жабыны бар. Қолғаптар жоғары сезімталдық деңгейіне ие-кем дегенде 1 жұп. 15. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 8,0, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың

	анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 1. Скальпель № 10-ұзындығы кемінде 10 см тұтқадан, алынбалы пышақтан және пышақты қорғауға арналған алынбалы қақпақтан тұрады. Скальпель тұтқасы жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал. Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған көміртекті болаттан жасалған. Пластикалық скальпель қақпағы төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған. Кесу жиегі тегіс, кедір-бұдырсыз және бөгде қоспасыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 1 дана. 2. Скальпель № 15-ұзындығы кемінде 10 см тұтқадан, алынбалы пышақтан және пышақты қорғауға арналған алынбалы қақпақтан тұрады. Скальпель тұтқасы жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал. Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған көміртекті болаттан жасалған. Пластикалық скальпель қақпағы төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған. Кесу жиегі тегіс, кедір-бұдырсыз және бөгде қоспасыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 1 дана. 3. Бір рет қолданылатын қысқыш-ұзындығы кемінде 6,5 см сүлгі қысқышы, ақ түсті операциялық зығыр, ішкі жағында қосымша ілінісу үшін тістері бар қырлы беті және сүлгіні, кірді бір қалыпта мықтап бекітуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ ашылуына жол бермейтін ысырмасы бар арнайы бекітетін құлыптау құлпы бар. Қысқыштың ұзындығы кемінде 6,5 см-кемінде 1 дана. Көлемі кемінде 2 мл инемен инъекциялық Шприц, өлшемі кемінде 23G — mL ұшы бар шприцтің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) — кемінде 1 дана. 20. Көлемі кемінде 5 мл инемен инъекциялық Шприц, өлшемі кемінде 22G-mL ұшы бар полипропилен шприцінің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) — кемінде 1 дана. 21. Көлемі 20 мл — ден кем емес инемен инъекциялық Шприц — mL ұшы бар полипропиленнен жасалған шприцтің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) - 1 данадан кем емес. 22. Аспирациялық түтік хирургиялық араласу кезінде сұйықтықтарды вакуумдық аспирациялауға арналған. Катетер түтігінің ішкі диаметрі: тығыз, қырлы поливинилхлоридтен жасалған кемінде 19 CH, бұралу және иілу қаупі жоқ, ұзындығы кемінде 300 см. түтік түтіктің екі ұшында конус тәрізді шұңқырлармен F/F таспаларының қосылу түрі бар) — кемінде 1 дана. 23. Көлемі кемінде 500 мл, жалпы биіктігі кемінде 6 см, диаметрі кемінде 12,6 см болатын тостағанның тостағанның ішкі жағында шкаласы болады. Полипропиленнен жасалған. Аяқталған, тегіс. Түсі: көк, мөлдір, қызыл немесе сары. Биологиялық сұйықтықтарды жинау, ерітінділерді дайындау, құралдарды, таңғыш материалдарды және басқа заттарды сақтау үшін қолданылады — кемінде 1 дана.көлемі кемінде 750 мл тостаған, қалдық қақпағы бар, абсорбенті бар тостаған полистиролдан және көбіктенген полиуретаннан жасалған, құрамында латекс пен ПВХ жоқ. Медициналық манипуляциялар кезінде сұйықтықтарды қауіпсіз жоюға арналған-кемінде 1 дана.

	стерильді. Бірыңғай зарарсыздандыру қаптамасында. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Өлшемі кемінде 180х240 см Парақ екі жағынан бүкіл беті бойынша сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар үш қабаттан кем емес жасалған — кемінде 1 дана. 2. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 180х180 см Парақ кем дегенде үш қабатты, екі жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және ортаңғы қабаттағы сұйықтықтар үшін өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 74 г/м2 гипоаллергенді емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және құрғақ енуіне максималды кедергісі бар. ылғалды күйде-кемінде 1 дана. 3. Жабысқақ жиегі бар кем дегенде 70х80 см Парақ бір жағынан бүкіл бетіне сіңіретін және екінші жағынан ылғал өткізбейтін, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 56 г/м2 гипоаллергенді емес матадан жасалған, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйінде енуіне барынша төзімділігі бар — кемінде 2 дана. 4. Кем дегенде 137×180 см Парақ-бұл үстелге арналған қорғаныс жабыны. Жабын кемінде 3 бөлікке бөлінеді-су өткізбейтін полиэтиленнен кемінде 2 бөлік және су сіңіретін материалдан кемінде 1 бөлік. Су сіңіретін материал-су сіңіретін бөлігі ұзындығы кемінде 180 см және ені кемінде 61 см, су өткізбейтін болып табылатын полиэтилен жақтарына термиялық дәнекерленген — кемінде 1 дана. 5. Көлемі кемінде 80×140 см болатын аспаптық үстелге арналған хирургиялық қақпақ-аралас тоқыма емес матадан жасалған. Майо үстелінің қақпағы — ені кемінде 80 см, ені кемінде 60 см және 80 см-ден аспайтын термиялық дәнекерленген күшейтілген сіңіргіш кірістіруі бар жең түріндегі су өткізбейтін материал. жабын "қаз" аспаптық хирургиялық үстеліне арналған-кемінде 1 дана. 6. Өлшемі кемінде 13×250 см картон ұстағышы бар камера корпусы-эндоскопиялық камера мен сым үшін картон ұстағышы бар жеңдер түріндегі полиэтиленнен жасалған, телескопиялық бүктелген, соңында жабынды жабдыққа бекітуге қызмет ететін жабысқақ таспа бар. Картон ұстағыш картоннан жасалған, ол ашық күйде қуысты құрайды, бұл болашақта жабынның өзін құрылғыға қою процедурасын жеңілдетеді. Картон бөлігінде жабынды тартуға арналған тесік бар. Бүктелген қабаттар жабынның жеңінің ұзындығын қысқартады және оңай және қарапайым киюді қамтамасыз етеді. Жеңнің ұшы үшбұрышты пішінде кесіліп, дәнекерленген. Мұқабаның түсі мөлдір және ашық түрінде өлшемі кемінде 13×250 см. жарамдылық мерзімі көрсетілген біріктірілген қаптамасы бар — кемінде 1 дана. 7. Көлемі кемінде 7,5×7,5 см, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кемінде 8 немесе кемінде 12 қабат — кемінде 20 дана бүктейді. 8. Көлемі кемінде 10×10 см, сіңіргіш, көп қабатты, шеттері бұралған дәке майлықтар. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін майлықтардың шеттері ішке қарай бүктелген, бұл жіптердің

	ұштарының жараға түсуін болдырмайды, кем дегенде 12 қабат — кем дегенде 20 дана.9. Диаметрі 3 см-ден кем емес және 4 см-ден аспайтын рентгендік контрастты жіпсіз М дәке тампондары, ақ түсті сіңіргіш шарлар. Құрамы мақта кемінде 100% (немесе мақта 100%) — кемінде 10 дана. 10. Алдыңғы және жеңдері күшейтілген, тоқылған манжеті бар хирургиялық XL Халат. Материалдардың бірнеше түрінен жасалған: 1) тығыздығы кемінде 40 г/м2 және 55 г/м2 аспайтын үш қабатты су өткізбейтін, дем алатын, түксіз, гипоаллергенді тоқыма емес мата; 2) көп қабатты, бір жағынан бүкіл беті бойынша жақсы сіңіргіштігі бар және екінші жағынан ылғалға төзімді, антистатикалық өңделген, қабыршақтануға төзімді, тығыздығы кемінде 40 г/м2 болатын, микроорганизмдердің құрғақ және ылғалды күйде енуіне барынша төзімділігі бар талшықсыз, гипоаллергенді тоқыма емес матадан жасалған күшейтілген бөліктер (жеңдер және алдыңғы); 3) манжеттер трикотаждан. Мойын негізінің нүктесінен түбіне дейінгі ұзындығы 140 см-ден кем емес, ашылмаған түрдегі ені (түбі бойынша) 166 см-ден кем емес, жеңнің мойын негізінің нүктесінен жеңнің түбіне дейінгі ұзындығы 82,1 см-ден кем емес, жеңнің арматураланған бөлігі Ұзындығы 40 см-ден кем емес, күшейтілген кеуденің Ені 50 см-ден кем емес, ұзындығы 80 см-ден кем емес ыңғайлы, "дем алатын", су өткізбейтін, байланыстарды қараңыз. Манипуляциялар кезінде қозғалыстарды шектемейтін арнайы кесу арқылы стандартты және ұзақ операцияларды жүргізу кезінде максималды жайлылықты қамтамасыз етеді. Халат қосымша көмексіз асептикалық киюге қиын, зарарсыздандыруды болдырмайтын және байлауды жеңілдететін галстук бекіткіштері бар. Кем дегенде төрт галстук пен артқы жағындағы қосымша иістен тұратын арнайы жүйе қызметкерлердің артқы жағындағы стерильділікті қамтамасыз етеді. Қақпа бекіткіші "Velcro"таспасымен реттеледі. Тігіс жеңнің жоғарғы жиегінде орналасқан-кемінде 3 дана. 11. Клип-хирургиялық бір реттік, гофрленген, екі қысқышпен, бойымен алады. 12. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 6,5 , бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 13. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 7,0, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 14. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 7,5, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Жеке орамға кемінде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) оралған. Текстуралы беті және гидрофобты жабыны бар. Қолғаптар жоғары сезімталдық деңгейіне ие-кем дегенде 1 жұп. 15. Латексті хирургиялық қолғаптар ұнтақсыз, мөлшері кемінде 8,0, бір реттік-табиғи жоғары сапалы латекстен жасалған. Олардың

	анатомиялық пішіні, қисық саусақтары, текстуралы беті, ролигі бар. Кем дегенде 1 жұп қолғап (1 сол және 1 оң қолғап) жеке орамға оралған — кемінде 1 жұп. 1. Скальпель № 10-ұзындығы кемінде 10 см тұтқадан, алынбалы пышақтан және пышақты қорғауға арналған алынбалы қақпақтан тұрады. Скальпель тұтқасы жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал. Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған көміртекті болаттан жасалған. Пластикалық скальпель қақпағы төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған. Кесу жиегі тегіс, кедір-бұдырсыз және бөгде қоспасыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 1 дана. 2. Скальпель № 15-ұзындығы кемінде 10 см тұтқадан, алынбалы пышақтан және пышақты қорғауға арналған алынбалы қақпақтан тұрады. Скальпель тұтқасы жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал. Пышақ тот баспайтын болаттан жасалған көміртекті болаттан жасалған. Пластикалық скальпель қақпағы төмен тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған. Кесу жиегі тегіс, кедір-бұдырсыз және бөгде қоспасыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген аралас қаптамасы бар-кемінде 1 дана. 3. Бір рет қолданылатын қысқыш-ұзындығы кемінде 6,5 см сүлгі қысқышы, ақ түсті операциялық зығыр, ішкі жағында қосымша ілінісу үшін тістері бар қырлы беті және сүлгіні, кірді бір қалыпта мықтап бекітуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ ашылуына жол бермейтін ысырмасы бар арнайы бекітетін құлыптау құлпы бар. Қысқыштың ұзындығы кемінде 6,5 см-кемінде 1 дана. Көлемі кемінде 2 мл инемен инъекциялық Шприц, өлшемі кемінде 23G — mL ұшы бар шприцтің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) — кемінде 1 дана. 20. Көлемі кемінде 5 мл инемен инъекциялық Шприц, өлшемі кемінде 22G-mL ұшы бар полипропилен шприцінің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) — кемінде 1 дана. 21. Көлемі 20 мл — ден кем емес инемен инъекциялық Шприц — mL ұшы бар полипропиленнен жасалған шприцтің калибрленген цилиндрі (ине шприцке салынатын шприц цилиндріне инені бекіту түрі) - 1 данадан кем емес. 22. Аспирациялық түтік хирургиялық араласу кезінде сұйықтықтарды вакуумдық аспирациялауға арналған. Катетер түтігінің ішкі диаметрі: тығыз, қырлы поливинилхлоридтен жасалған кемінде 19 CH, бұралу және иілу қаупі жоқ, ұзындығы кемінде 300 см. түтік түтіктің екі ұшында конус тәрізді шұңқырлармен F/F таспаларының қосылу түрі бар) — кемінде 1 дана. 23. Көлемі кемінде 500 мл, жалпы биіктігі кемінде 6 см, диаметрі кемінде 12,6 см болатын тостағанның тостағанның ішкі жағында шкаласы болады. Полипропиленнен жасалған. Аяқталған, тегіс. Түсі: көк, мөлдір, қызыл немесе сары. Биологиялық сұйықтықтарды жинау, ерітінділерді дайындау, құралдарды, таңғыш материалдарды және басқа заттарды сақтау үшін қолданылады — кемінде 1 дана.көлемі кемінде 750 мл тостаған, қалдық қақпағы бар, абсорбенті бар тостаған полистиролдан және көбіктенген полиуретаннан жасалған, құрамында латекс пен ПВХ жоқ. Медициналық манипуляциялар кезінде сұйықтықтарды қауіпсіз жоюға арналған-кемінде 1 дана.

	стерильді. Бірыңғай зарарсыздандыру қаптамасында. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнімнің ҚР заңнамасына сәйкес ҚР тіркеу куәлігі, өнімге сәйкестік сертификаты және таңбалануы болады. Өндіруші, құрамы,жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары көрсетілген жапсырма. Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не бір жолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17967629-1
Наименование конкурса:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83311362-ОК1
Наименование лота:	Комплект операционный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325050.900.000056
Наименование товара*:	Комплект операционный
Единица измерения*:	Комплект
Количество (объем)*:	1143
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	24999
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	28573857
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	1. Простыня размером не менее 180х240 см изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 1 шт. 2. Простыня размером не менее 180х180 см с липким краем изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 1 шт. 3. Простыня размером не менее 70х80 см с липким краем, изготовлена из не менее чем двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 56 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 2 шт. 4. Простыня размером не менее 137×180 см — представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на не менее чем 3 части — не менее 2 частей из водоотталкивающего полиэтилена и не менее 1 части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал — водопоглощающая часть представлена длиной не менее 180 см и не менее 61 см в ширину, термоприпаяна к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими — не менее 1 шт.5. Чехол хирургический на инструментальный столик размером не менее 80×140 см — изготовлен из комбинированного нетканого полотна. Чехол для столика Майо, представляет собой водоотталкивающий материал в виде рукава, шириной не менее 80 см, с термоприпаянной усиленной впитывающей вставкой шириной не менее 60 см и не более 80 см. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь» — не менее 1 шт. 6. Чехол для камеры размером не менее 13×250 см с картонным держателем — для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании. Картонный держатель изготовлен из картона, который в раскрытом состоянии образует полость, что в дальнейшем облегчает процедуру надевания самого покрытия на устройство. На картонной части имеется отверстие для вытягивания покрытия. Сложенные слои укорачивают длину рукава покрытия и обеспечивают легкое и простое надевание. Конец рукава обрезан в треугольной форме и спаян. Чехол имеет прозрачный цвет и в раскрытом виде имеет размер не менее 13×250 см. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 7.

	Салфетки марлевые размером не менее 7,5×7,5 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 8 или не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 8. Салфетки марлевые размером не менее 10×10 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 9. Тампоны марлевые М без рентгенконтрастной нити, диаметром не менее 3 см и не более 4 см, впитывающие шарики белого цвета. Состав хлопок не менее 100% (или хлопок 100%) — не менее 10 шт. 10. Халат хирургический XL с усиленным передом и рукавами, с трикотажным манжетом. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) не менее чем трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью не менее 40 г/м^2 и не более 55 г/м^2; 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м^2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из трикотажа. Длина от точки основания шеи до низа не менее 140 см, ширина в развернутом виде (по низу) не менее 166 см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава не менее 82,1 см, армированная часть рукава длиной не менее 40 см, ширина армированной груди не менее 50 см, длина не менее 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система из не менее четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава — не менее 3 шт. 11. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль. 12. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 6,5 , одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 13. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 7,0, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и

	1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 14. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 7,5, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку. Имеют текстурированную поверхность и гидрофобное покрытие. Перчатки обладают высоким уровнем тактильной чувствительности — не менее 1 пары. 15. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 8,0, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 1. Скальпель № 10 — состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Пластиковый колпачок скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 2. Скальпель № 15 — состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Пластиковый колпачок скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 3. Зажим одноразовый — зажим для полотенца длиной не менее 6,5 см, операционного белья белого цвета, имеет с внутренней стороны ребристую поверхность с зубчиками для дополнительного сцепления и специальный фиксирующий запирающий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию полотенца, белья в одном положении и предотвращает случайное раскрытие зажима. Длина зажима не менее 6,5 см — не менее 1 шт. 19. Шприц инъекционный объемом не менее 2 мл с иглой размером не менее 23G — калиброванный цилиндр шприца с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 20. Шприц инъекционный объемом не менее 5 мл с иглой размером не менее 22G — калиброванный цилиндр шприца из полипропилена с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 21. Шприц инъекционный объемом не менее 20 мл с иглой размером не менее 20G — калиброванный цилиндр шприца из полипропилена с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 22. Аспирационная трубка предназначена для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных

	вмешательствах. Внутренний диаметр трубки катетера: не менее 19 CH, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной не менее 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F лент) — не менее 1 шт. 23. Чаша объемом не менее 500 мл, общей высотой не менее 6 см, диаметром не менее 12,6 см, имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Сделана из полипропилена. Градуированная, гладкая. Цвет: синий, прозрачный, красный или желтый. Используется для сбора биологических жидкостей, приготовления растворов, хранения инструментов, перевязочных материалов и других предметов — не менее 1 шт. Чаша объемом не менее 750 мл, чаша с крышкой для отходов, с абсорбентом, изготовлена из полистирола и вспененного полиуретана, не содержит латекс и ПВХ. Предназначена для безопасной утилизации жидкостей во время медицинских манипуляций — не менее 1 шт. Стерильно. В единой стерилизационной упаковке. Метод стерилизации: этиленоксидом.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Простыня размером не менее 180х240 см изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 1 шт. 2. Простыня размером не менее 180х180 см с липким краем изготовлена из не менее чем трехслойного, впитывающего по всей поверхности с двух сторон и остающегося непроницаемым для жидкостей в среднем слое, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 74 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 1 шт. 3. Простыня размером не менее 70х80 см с липким краем, изготовлена из не менее чем двухслойного, впитывающего по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 56 г/м², обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии — не менее 2 шт. 4. Простыня размером не менее 137×180 см — представляет собой защитное покрытие на стол. Покрытие разделено на не менее чем 3 части — не менее 2 частей из водоотталкивающего полиэтилена и не менее 1 части из водопоглощающего материала. Водопоглощающий материал — водопоглощающая часть представлена длиной не менее 180 см и не менее 61 см в ширину, термоприпаяна к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающими — не менее 1 шт.5. Чехол хирургический на инструментальный столик размером не менее 80×140 см — изготовлен из комбинированного нетканого полотна. Чехол для столика Майо, представляет собой водоотталкивающий материал в виде рукава, шириной не менее 80 см, с термоприпаянной усиленной впитывающей вставкой шириной не менее 60 см и не более 80 см. Покрытие предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь» — не менее 1 шт. 6. Чехол для камеры размером не менее 13×250 см с картонным держателем — для эндоскопической камеры и шнура выполнен из полиэтилена в форме рукава с картонным держателем, телескопически сложенный, на конце имеется липкая лента, которая служит для фиксации покрытия на оборудовании. Картонный держатель изготовлен из картона, который в раскрытом состоянии образует полость, что в дальнейшем облегчает процедуру надевания самого покрытия на устройство. На картонной части имеется отверстие для вытягивания покрытия. Сложенные слои укорачивают длину рукава покрытия и обеспечивают легкое и простое надевание. Конец рукава обрезан в треугольной форме и спаян. Чехол имеет прозрачный цвет и в раскрытом виде имеет размер не менее 13×250 см. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 7.

	Салфетки марлевые размером не менее 7,5×7,5 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 8 или не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 8. Салфетки марлевые размером не менее 10×10 см, впитывающие, многослойные, с подвернутыми краями. Для обеспечения безопасности края салфеток сложены внутрь, что исключает попадание концов нитей в рану, сложением не менее 12 слоев — не менее 20 шт. 9. Тампоны марлевые М без рентгенконтрастной нити, диаметром не менее 3 см и не более 4 см, впитывающие шарики белого цвета. Состав хлопок не менее 100% (или хлопок 100%) — не менее 10 шт. 10. Халат хирургический XL с усиленным передом и рукавами, с трикотажным манжетом. Изготовлен из нескольких типов материалов: 1) не менее чем трехслойного водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна плотностью не менее 40 г/м^2 и не более 55 г/м^2; 2) усиленные части (рукава и перед) из многослойного, с хорошей впитываемостью по всей поверхности с одной стороны и влагонепроницаемого с другой, антистатически обработанного, устойчивого к отслаиванию, безворсового, гипоаллергенного нетканого материала плотностью не менее 40 г/м^2, обладающего максимальным сопротивлением проникновению микроорганизмов в сухом и влажном состоянии; 3) манжеты из трикотажа. Длина от точки основания шеи до низа не менее 140 см, ширина в развернутом виде (по низу) не менее 166 см, длина рукава от точки основания шеи до низа рукава не менее 82,1 см, армированная часть рукава длиной не менее 40 см, ширина армированной груди не менее 50 см, длина не менее 80 см. Удобный, «дышащий», водоотталкивающий, на завязках. Обеспечивает максимальный комфорт при проведении стандартных и длительных операций за счет специального раскроя, не стесняющего движений во время проведения манипуляций. Халат сложен для асептического надевания без дополнительной помощи, с наличием фиксаторов завязок, предотвращающих расстерилизацию и упрощающих завязывание. Специальная система из не менее четырех завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины персонала. Застежка ворота регулируется лентой «липучкой». Шов располагается по верхнему краю рукава — не менее 3 шт. 11. Клип-берет хирургический одноразовый, гофрированный, с двумя защипами, вдоль. 12. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 6,5 , одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 13. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 7,0, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и

	1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 14. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 7,5, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку. Имеют текстурированную поверхность и гидрофобное покрытие. Перчатки обладают высоким уровнем тактильной чувствительности — не менее 1 пары. 15. Перчатки латексные хирургические неопудренные, размер не менее 8,0, одноразовые — изготовлены из натурального высококачественного латекса. Имеют анатомическую форму, изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, с валиком. Не менее 1 пары перчаток (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку — не менее 1 пары. 1. Скальпель № 10 — состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Пластиковый колпачок скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 2. Скальпель № 15 — состоит из ручки длиной не менее 10 см, съемного лезвия и съемного колпачка для защиты лезвия. Ручка скальпеля изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала. Лезвие изготовлено из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Пластиковый колпачок скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Режущая кромка гладкая, без шероховатостей и посторонних включений. Имеет комбинированную упаковку с указанием срока годности — не менее 1 шт. 3. Зажим одноразовый — зажим для полотенца длиной не менее 6,5 см, операционного белья белого цвета, имеет с внутренней стороны ребристую поверхность с зубчиками для дополнительного сцепления и специальный фиксирующий запирающий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию полотенца, белья в одном положении и предотвращает случайное раскрытие зажима. Длина зажима не менее 6,5 см — не менее 1 шт. 19. Шприц инъекционный объемом не менее 2 мл с иглой размером не менее 23G — калиброванный цилиндр шприца с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 20. Шприц инъекционный объемом не менее 5 мл с иглой размером не менее 22G — калиброванный цилиндр шприца из полипропилена с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 21. Шприц инъекционный объемом не менее 20 мл с иглой размером не менее 20G — калиброванный цилиндр шприца из полипропилена с наконечником ML (тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц) — не менее 1 шт. 22. Аспирационная трубка предназначена для вакуумной аспирации жидкостей при оперативных

	вмешательствах. Внутренний диаметр трубки катетера: не менее 19 CH, изготовленной из плотного, ребристого поливинилхлорида, без риска скручивания и перегибания, длиной не менее 300 см. Трубка идет с конусовидными на обоих концах трубки воронками с типом соединения F/F лент) — не менее 1 шт. 23. Чаша объемом не менее 500 мл, общей высотой не менее 6 см, диаметром не менее 12,6 см, имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Сделана из полипропилена. Градуированная, гладкая. Цвет: синий, прозрачный, красный или желтый. Используется для сбора биологических жидкостей, приготовления растворов, хранения инструментов, перевязочных материалов и других предметов — не менее 1 шт. Чаша объемом не менее 750 мл, чаша с крышкой для отходов, с абсорбентом, изготовлена из полистирола и вспененного полиуретана, не содержит латекс и ПВХ. Предназначена для безопасной утилизации жидкостей во время медицинских манипуляций — не менее 1 шт. Стерильно. В единой стерилизационной упаковке. Метод стерилизации: этиленоксидом.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Продукция имеет регистрационное удостоверение РК, сертификат соответствия на продукцию и маркировку в соответствии с законодательством РК. Вложенная этикетка с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).