Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17605614-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | медициналық тауарларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 82122393-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы :** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық бактериологиялық талдауыш үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Flow Cell Wash Kit(CDC ) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жиынтық |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Техникалық ерекшелікке сәйкес |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Жиынтық ағынды ұяшықтарды жаңа кітапханалармен қайта пайдалану мақсатында жууға арналған. Жиынтықтың белсенді компоненті — алдыңғы кітапхананың ДНҚ фрагменттері мен адаптерлерін ыдыратын ДНҚаза. Жиынтық үш компоненттен тұрады: Жуу қоспасы (WMX) — құрамында ДНҚза I бар; Сұйылтқыш (DIL) — ДНҚза I белсенділігін барынша арттыруға арналған буфер; Сақтау буфері (S) — жуудан кейін ағынды ұяшықты сақтау үшін арналған буфер. Жуу процедурасы 5 минуттық үзіліспен әрқайсысы 200 мкл-ден екі кезеңде жүргізіледі. Кітапхананы жою тиімділігі 99,9%-ға дейін жетеді. MinION және GridION құрылғыларымен үйлесімді. Сақтау буфері ағынды ұяшықтарды келесі пайдалануға дейін сақтауға мүмкіндік береді. 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17605614-1 |
| **Наименование закупки:** | приобретение медицинских товаров |
| **Номер лота:** | № 82122393-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для автоматического бактериологического анализатора |
| **Дополнительное описание лота:** | Flow Cell Wash Kit (CDC) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Набор |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84 |
| **Срок поставки:** | Согласно технической спецификации |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Набор предназначен для промывки проточных ячеек с целью их повторного использования с новыми библиотеками. Активным компонентом набора является ДНКаза , которая расщепляет фрагменты ДНК предыдущей библиотеки и адаптеры. Набор включает три компонента: промывочная смесь (WMX), содержащий ДНКазу I ; Разбавитель (DIL) — буфер для максимизации активности ДНКазы I; и Буфер для хранения (S) — буфер для хранения ячейки после промывки. Процедура промывки выполняется в два шага по 200 мкл с паузой 5 минут. Эффективность удаления библиотеки составляет до 99,9%. Совместим с устройствами MinION и GridION. Буфер для хранения позволяет хранить проточные ячейки до следующего использования. Поставка в течении 20 календарных дней |