Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763222-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинетті жабдықтауға арналған жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 86411822-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	гигрометр психрометрический типа ВИТ-2 или эквивалент для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396830100, Қостанай облысы, Федоров ауданы, Федоров а. Абая 47 к.
Жеткізу мерзімі:	октябрь-декабрь 2026ж.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики приобретаемых товаров, которым должны соответствовать поставляемые товары, срок гарантии, место происхождение Психрометриялық; екі сұйықтық термометр - құрғақ және ылғалданған; психрометриялық кесте бойынша ылғалдылықты анықтау. Ауа температурасын өлшеу диапазоны +15-тен +40 °С-ге дейін. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеудің температуралық диапазоны +20-дан +40 °С дейін. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны +20...+23 °С - 54-90%; +23-тен +26 °С дейін - 40-90%; +26-дан +40 °С дейін - 20-90%. Термометр шкаласын бөлу бағасы 0,2 °С аспайды. Термометрлердің абсолюттік қателік шегі Аспаптың паспортында көрсетілген түзетулерді енгізгеннен кейін ± 0,2 °С аспайды. Өлшемдері мен салмағы Габариттері 325 × 120 × 50 мм-ден аспайды; массасы 350 г аспайтын Жеткізу жиынтығы Гигрометр - 1 дана; суға арналған қоректендіргіш - 1 дана; фитиль - 1 дана; аспаптағы психрометриялық кесте; термометрлердің жеке түзетулері бар дайындаушының паспорты; пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Жинақтылық қоректендіргішті сумен толтырғаннан кейін аспаптың пайдалануға дайындығын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуге қойылатын талаптар Тауар жаңа, жарамды, корпусы, шәкілі және термометрлері зақымдалмаған; таңбалау және шкалалар оқылатын болады. Тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізу. Егер тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тапсырыс берушінің оны қолдануы үшін талап етілсе, аспапқа жеткізу күніндегі қолданыстағы тексеруді растайтын құжат қоса беріледі. Дайындаушының кепілдігі - тауар берілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763222-1
Наименование закупки:	Оборудование для оснащения медицинского кабинета
Номер лота:	№ 86411822-ЗЦП1
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	гигрометр психрометрический типа ВИТ-2 или эквивалент для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396830100, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка ул. Абая 47
Срок поставки:	қазан-желтоқсан 2026ж.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Психрометрический; два жидкостных термометра — сухой и увлажнённый; определение влажности по психрометрической таблице. Диапазон измерения температуры воздухаОт +15 до +40 °С. Температурный диапазон измерения относительной влажности От +20 до +40 °С. Диапазон измерения относительной влажности При +20…+23 °С — 54–90 %; свыше +23 до +26 °С — 40–90 %; свыше +26 до +40 °С — 20–90 %. Цена деления шкалы термометров Не более 0,2 °С. Предел абсолютной погрешности термометров Не более ±0,2 °С после внесения поправок, указанных в паспорте прибора. Габариты и масса Габариты не более 325 × 120 × 50 мм; масса не более 350 г. Комплект поставки Гигрометр — 1 шт.; питатель для воды — 1 шт.; фитиль — 1 шт.; психрометрическая таблица на приборе; паспорт изготовителя с индивидуальными поправками термометров; инструкция по эксплуатации. Комплектность должна обеспечивать готовность прибора к использованию после заполнения питателя водой. Требования к поставке Товар новый, исправный, без повреждений корпуса, шкал и термометров; маркировка и шкалы читаемы. Поставка в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. Прибор сопровождается документом, подтверждающим действующую поверку на дату поставки, если поверка требуется для его применения заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантия изготовителя — не менее 12 месяцев с даты передачи товара