Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979757-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83194081-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тері арқылы транслюминалды ангиопластикаға арналған баллонды катетер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Панфилов көшесі, 139
Жеткізу мерзімі:	шарт талаптарына сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Тері арқылы транслюминальды ангиопластикаға арналған баллонды катетер (ЧТА) Саны: 1 дана Ми артерияларының тері арқылы транслюминальды ангиопластикасын жүргізуге арналған баллонды катетер. Катетер түрі: OTW типті, екі саңылаулы. Катетердің жұмыс ұзындығы: 150 см. Дистальды бөлігінің сыртқы диаметрі: 2,7 Fr-ден аспауы тиіс. Проксимальды бөлігінің сыртқы диаметрі: 3,7 Fr-ден аспауы тиіс. Диаметрі 0,014 дюймнен аспайтын өткізгіш сыммен үйлесімді болуы тиіс. Номиналды жұмыс қысымы: 6 атм. Номиналды жарылу қысымы: кемінде 14 атм. Баллон диаметрлері: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 мм. Баллонның жұмыс ұзындығы: 8 мм. Иілгіш дистальды ұшының ұзындығы: 10 мм. Дистальды ұшы мен баллон шекараларын визуализациялауға мүмкіндік беретін рентгенконтрастты маркерлері болуы тиіс. Үш рентгенконтрастты маркері болуы тиіс: Бір маркер – дистальды ұшының орналасуын бақылауға арналған. Екі маркер – баллон шекараларын анықтауға арналған. Диаметрі 0,014 дюймнен аспайтын өткізгіш сыммен үйлесімді болуы тиіс. Гидрофильді жабыны болуы тиіс. Баллонды катетер арқылы стентті жеткізу мүмкіндігі болуы тиіс. Бұйым СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009 стандартына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979757-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 83194081-ЗЦП1
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Катетер баллоный для ЧТА
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Панфилова, 139
Срок поставки:	согласно условиям договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Баллонный катетер для ЧТА Количество: 1 шт. Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики церебральных артерий. Двухпросветный катетер типа OTW. Рабочая длина катетера — 150 см. Внешний диаметр дистальной части — не более 2,7 Fr, проксимальной части — не более 3,7 Fr. Совместимость с проводником диаметром не более 0,014 дюйма. Номинальное рабочее давление — 6 атм; номинальное давление разрыва — не менее 14 атм. Диаметры баллона — 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 мм. Рабочая длина баллона — 8 мм. Длина гибкого дистального кончика — 10 мм. Наличие рентгеноконтрастных маркеров, позволяющих визуализировать дистальный кончик и границы баллона. Три рентгеноконтрастных маркера: один — для контроля положения дистального кончика, два — для определения границ баллона. Совместимость с проводником диаметром не более 0,014". Гидрофильное покрытие. Возможность доставки стента через баллонный катетер. Изделие должно соответствовать СТ РК ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2009.