Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17763222-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинетті жабдықтауға арналған жабдық
Лоттың нөмірі:	№ 85361772-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, автоматтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тонометр инвазиялық емес, автоматтық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	396830100, Қостанай облысы, Федоров ауданы, Федоров а. Абая 47 к.
Жеткізу мерзімі:	октябрь-декабрь 2026ж.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу түрі: автоматты, осциллометриялық. Қысымды өлшеу диапазоны: кемінде 20-280 мм сынап. ± 3 мм сынап бағанасынан аспайтын Тамыр соғуын өлшеу диапазоны: кемінде 40-180 дана/мин, қателігі ± 5% -дан аспайды. Әмбебап манжет: 22-42 см. Ауаны автоматты түрде айдау. Аритмияны анықтау функциясы. Жады: кемінде 30 өлшем. Дисплей: ірі ТК. Қуат: 220 В желіден адаптер арқылы және батареядан. Жинақтау: өлшеу блогы - 1 дана; манжет 22-42 см - 1 дана; желілік адаптер - 1 дана; батареялар жиынтығы - 1 жиынтық; қаптама - 1 дана; пайдалану жөніндегі басшылық - 1 дана. Талаптар: жаңа тауар, зауыттық орамада, бұйымның осы түрі үшін ҚР заңнамасында көзделген тіркеу және рұқсат құжаттарымен. Аспаптың белгіленген тәртіппен кейіннен тексеру жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17763222-1
Наименование закупки:	Оборудование для оснащения медицинского кабинета
Номер лота:	№ 85361772-ЗЦП1
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	неинвазивный, автоматический
Дополнительное описание лота:	Тонометр неинвазивный, автоматический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	396830100, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка ул. Абая 47
Срок поставки:	қазан-желтоқсан 2026ж.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип измерения: автоматический, осциллометрический. Диапазон измерения давления: не менее 20–280 мм рт. ст., погрешность не более ±3 мм рт. ст. Диапазон измерения пульса: не менее 40–180 уд./мин, погрешность не более ±5%. Манжета универсальная: 22–42 см. Автоматическое нагнетание воздуха. Функция определения аритмии. Память: не менее 30 измерений. Дисплей: крупный ЖК. Питание: от сети 220 В через адаптер и от батареек. Комплектация: измерительный блок — 1 шт.; манжета 22–42 см — 1 шт.; сетевой адаптер — 1 шт.; комплект батареек — 1 комплект; чехол — 1 шт.; руководство по эксплуатации — 1 шт. Требования: товар новый, в заводской упаковке, с регистрационными и разрешительными документами, предусмотренными законодательством РК для данного вида изделия. Прибор должен иметь возможность проведения последующей поверки в установленном порядке.