Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17919532-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82900169-ЗЦП5
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан коагуляциясының талдауышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коагулятордың ұшы тазалағышы бар коагулятор тұтқасы
Саны, көлемі:	70
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттама: коагулятор тұтқасы, коагулятор ұшын тазартқышпен бірге. Cut-Coag ұшты коагуляторы, саусақ тіреуін бақылау жүйесі бар. стандартты бір реттік пышақпен жабдықталған. жоғары сапалы берік пластиктен жасалған, латекссіз. қарындаш ұзындығы - 145 мм, жұмыс бетінің ұзындығы - 15 мм. үшполюсті жоғары икемділік. электр қорек сымының ұзындығы - 320 см. блок электроды қолдану кезінде айналуды болдырмайтын алты қырлы бекіту жүйесін қамтиды. құрылғы электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін сұйықтықтың өтуіне жол бермейтін екі сақинасы бар арнайы пластикалық бекіткішпен жабдықталған. Valleylab типті қосқыш электрохирургиялық операциялардың барлық түрлерінде карандаштарды қолдануға мүмкіндік береді. 2. функционалдық сипаттама: тапсырыс берушінің сұранысы бойынша коагуляторлар әртүрлі ұш түрлерімен жинақталуы мүмкін, соның ішінде пышақтың жабысып қалуын болдырмауға және тазалауды жеңілдетуге арналған тефлон жабыны бар модельдер. 3. сапалық сипаттама: коагулятор ұшын тазартқыш - электрохирургиялық процедуралар кезінде коагулятор ұшындағы қалдық материалды жоюға арналған абразивті, рентгенконтрастты губка. Рентгенконтрасттылық операция кезінде рентгенологиялық бақылауда визуализацияны қамтамасыз етеді. Тазартқыштың артқы бетінде операциялық жаймаға бекітуге арналған желімделетін беті бар. Желімделетін беті антиадгезиялық қағазбен қорғалған, оны оңай алып тастау үшін кемінде 5 мм шығару бөлігі бар. Бұйымда көрінетін ақаулар болмауы тиіс, стерильді түрде жеке қаптамада жеткізіледі. ҚР ДСМ тіркеу куәлігінің болуы міндетті. Қаптамада келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс: бұйымның атауы, өлшемі, партия нөмірі, өндіріс күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндіруші, тіркеу куәлігі. Таңбалау және нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. эксплуатациялық сипаттама: тазартқыш өлшемі кемінде 50 × 50 мм, қалыңдығы 6 мм. коагулятор электрохирургиялық процедураларда қолдануға арналған. жөнелту алдында - тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17919532-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82900169-ЗЦП5
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для анализатора коагуляции крови
Дополнительное описание лота:	Ручка коагулятора с очистителем наконечника коагулятора
Количество:	70
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: ручка коагулятора с очистителем наконечника коагулятора. Коагулятор с наконечником Cut-Coag, контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145 мм, длина рабочей плоскости - 15 мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Длина провода электропитания - 320 см. Блок включает гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает специальное пластиковое крепление с двумя кольцами, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем типа Valleylab позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 2. функциональная характеристика: по запросу заказчика коагуляторы могут быть укомплектованы различными типами наконечников, включая модели с тефлоновым покрытием для предотвращения залипания лезвия и облегчения очистки. 3. качественная характеристика: очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка, используемая во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность обеспечивает визуализацию при рентгенологическом контроле во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, обеспечивающую фиксацию на операционной простыне. Клейкая поверхность защищена антиадгезионной бумагой с выпуском не менее 5 мм для удобства удаления. Изделие не должно иметь видимых дефектов, поставляется стерильным в индивидуальной упаковке. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК обязательно. На упаковке указываются: наименование изделия, размер, номер партии, дата производства, срок годности, условия хранения, производитель, регистрационное удостоверение. Маркировка и инструкция на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 1348. 4. эксплуатационная характеристика: очиститель размером не менее 50 × 50 мм, толщиной 6 мм. Коагулятор предназначен для использования в электрохирургических процедурах. Перед отправкой - обязательное согласование с заказчиком."