Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17691732-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025697-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	Яффе реакциясы әдісімен қан сарысуында және несепте креатинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra Креатинин 700
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra Креатинин 700 кассета Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения креатинина в моче на анализаторах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5 SR Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 15-25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту при 10-15 °C 8 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17691732-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025697-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения креатинина в сыворотке крови и моче методом реакции Яффе
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra Креатинин 700
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra Креатинин 700 кассета Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения креатинина в моче на анализаторах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5 SR Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 15-25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту при 10-15 °C 8 недель.