Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17339270-1
Сатып алудың атауы:	медициналық бұйымдар 2026 жыл
Лоттың нөмірі:	№ 85466229-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Жіп
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық, нейлон, зарарсыздандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Церклаж сымы 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм /10м – церклаж сымы сынықтарды қысу үшін қолданылады. Сымның диаметрі 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, ұзындығы 10м. сым дөңгелек пішінді орамға бұралған. Диаметрі жатыр 75-85 ММ. сымның икемділігі жоғарылайды. Имплантанттар қауіпсіздік және процедуралармен үйлесімділік критерийлері бойынша бағалануы керек магнитті-резонансты бейнелеу. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: c-0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P -0,025% max., S - 0,01% max., N-0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 -3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe-қалғаны."
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұрар Рысқұлов көшесі, 6-үй, 8-үй
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күннен кешіктірмей. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Церклаж сымы 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм /10м – церклаж сымы сынықтарды қысу үшін қолданылады. Сымның диаметрі 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, ұзындығы 10м. сым дөңгелек пішінді орамға бұралған. Диаметрі жатыр 75-85 ММ. сымның икемділігі жоғарылайды. Имплантанттар қауіпсіздік және процедуралармен үйлесімділік критерийлері бойынша бағалануы керек магнитті-резонансты бейнелеу. Өндіріс материалы-адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: c-0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P -0,025% max., S - 0,01% max., N-0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 -3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe-қалғаны.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17339270-1
Наименование закупки:	медицинские изделия 2026 год
Номер лота:	№ 85466229-ЗЦП5
Наименование лота:	Нить
Описание лота:	хирургическая, нейлоновая, стерильная
Дополнительное описание лота:	"Проволока серкляжная 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм /10м – Проволока серкляжная служит для компрессии переломов. Диаметр проволоки 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, длина 10м. Проволока скручена в моток круглой формы. Диаметр матка 75-85 мм. Проволока имеет повышенную эластичность. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P -0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 -3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное."
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль город Астана, район Есиль, ул. Турара Рыскулова дом 6, 8
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика не позднее 16 календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки не менее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заявки Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Проволока серкляжная 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм /10м – Проволока серкляжная служит для компрессии переломов. Диаметр проволоки 0,2мм, 0,3мм, 0,4мм, 0,5мм, 0,6мм, 0,7мм, 0,8мм, 0,9мм, 1,0мм, длина 10м. Проволока скручена в моток круглой формы. Диаметр матка 75-85 мм. Проволока имеет повышенную эластичность. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P -0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 -3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное."