Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029764-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88803483-ОИ2
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маңдайға арналған контактісіз инфрақызыл термометр. Негізгі ерекшеліктері • Түрі: инфрақызыл, электронды. • Мақсаты: маңдай, контактісіз. • Өлшеу уақыты: 1 секунд. • Өлшеу қателігі: ±0,3°C. • Балаларға жарамды: иә. • Өлшеу жады: иә. • Жадтағы өлшеулер саны: 9. • Дыбыстық дабыл: иә. • Ерекшеліктері: автоматты түрде өшіру, дисплейдің артқы жарығы. • Өлшемдері: 88,5 × 26 × 26 мм. • Салмағы: 45 г. Қосымша ақпарат • Автоматты түрде өшіру функциясы. • Дисплейдің артқы жарығы. • Температура бірліктерін °C және °F аралығында ауыстыруға болады. • Қысқышы бар бау. • USB-C кабелі кіреді. • Клиникалық дәрежедегі дәлдік. • ASTM E1965-98 стандартына сәйкес келеді. • Ресурс – қызмет көрсету мерзімі ішінде кемінде 300 000 өлшеу.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Маңдайға арналған контактісіз инфрақызыл термометр. Негізгі ерекшеліктері • Түрі: инфрақызыл, электронды. • Мақсаты: маңдай, контактісіз. • Өлшеу уақыты: 1 секунд. • Өлшеу қателігі: ±0,3°C. • Балаларға жарамды: иә. • Өлшеу жады: иә. • Жадтағы өлшеулер саны: 9. • Дыбыстық дабыл: иә. • Ерекшеліктері: автоматты түрде өшіру, дисплейдің артқы жарығы. • Өлшемдері: 88,5 × 26 × 26 мм. • Салмағы: 45 г. Қосымша ақпарат • Автоматты түрде өшіру функциясы. • Дисплейдің артқы жарығы. • Температура бірліктерін °C және °F аралығында ауыстыруға болады. • Қысқышы бар бау. • USB-C кабелі кіреді. • Клиникалық дәрежедегі дәлдік. • ASTM E1965-98 стандартына сәйкес келеді. • Ресурс – қызмет көрсету мерзімі ішінде кемінде 300 000 өлшеу. / ГОСТ 16920-93 Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029764-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88803483-ОИ2
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Термометр бесконтактный инфракрасный налобный. Основные характеристики • Тип: инфракрасный, электронный. • Назначение: налобный, бесконтактный. • Время измерения: 1 секунда. • Погрешность измерения: ±0,3 °C. • Для детей: да. • Память измерений: да. • Количество измерений в памяти: 9. • Звуковой сигнал: да. • Особенности: автоматическое отключение, подсветка дисплея. • Размеры: 88,5 × 26 × 26 мм. • Вес: 45 г. Дополнительная информация • Функция автоматического отключения. • Подсветка дисплея. • Переключение единиц измерения температуры °C/°F. • Ланьярд с клипсой в комплекте. • Кабель USB-C в комплекте. • Клинический класс точности. • Соответствие стандарту ASTM E1965-98. • Ресурс — не менее 300 000 измерений за срок службы.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр бесконтактный инфракрасный налобный. Основные характеристики • Тип: инфракрасный, электронный. • Назначение: налобный, бесконтактный. • Время измерения: 1 секунда. • Погрешность измерения: ±0,3 °C. • Для детей: да. • Память измерений: да. • Количество измерений в памяти: 9. • Звуковой сигнал: да. • Особенности: автоматическое отключение, подсветка дисплея. • Размеры: 88,5 × 26 × 26 мм. • Вес: 45 г. Дополнительная информация • Функция автоматического отключения. • Подсветка дисплея. • Переключение единиц измерения температуры °C/°F. • Ланьярд с клипсой в комплекте. • Кабель USB-C в комплекте. • Клинический класс точности. • Соответствие стандарту ASTM E1965-98. • Ресурс — не менее 300 000 измерений за срок службы. ГОСТ 16920-93 Согласовать с заказчиком