Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17719386-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82984832-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Хирургиялық құрылғы
Лоттың сипаттауы:	бекіту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Полипропиленді хирургиялық тор 30х30
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: макропористік, іші жартылай еритін, монофиламенттік хирургиялық тор, жарықтарды пластика жасау үшін. Тор 50% полиглекапрон-25 жіптен (шартты өлшем 5/0) және 50% полипропилен жіптен (шартты өлшем 6/0) тұрады, ұялар өлшемі 3,2 мм, бұл тордың алдыңғы іш қабырғасына жақсы енуін және икемді жаралы құрылым қалыптастыруын қамтамасыз етеді. Жыртылуға төзімділігі 730–810 Н. Шаршы пішінді. Өлшемі 30×30 см. Еріту алдында полиглекапрон құрамының салмақ өлшемі 58 г/м², еритін емес полипропилен құрамының салмақ өлшемі 34 г/м². 2. функционалдық сипаттамасы: тор жарықтарды пластика жасау үшін арналған, алдыңғы іш қабырғасында беріктік, серпімділік және сенімді бекітуді қамтамасыз етеді. Ұялар өлшемі 3,2 мм жақсы енуге және икемді жаралы құрылым қалыптастыруға ықпал етеді. Торда іш қуысына орналастыруды жеңілдететін, максималды серпімділік бағытында бағытталған боялған жолақтар бар. 3. сапалық сипаттамасы: тор жоғары сапалы материалдардан жасалған: полиглекапрон-25 және полипропилен, бұл оның ұзақ мерзімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді. Тордың әр түрлі құрамының салмақ өлшемдері мен жыртылуға төзімділігі оның эксплуатацияда сенімді екенін растайды. Фольгалық қаптама стерильділікті сақтайды және торға қол жеткізуді жеңілдетеді. Медициналық бұйымда көзге көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Жеке қаптамада көрсетілуі қажет: бұйымның атауы, өлшемі, серия (партия) нөмірі, өндіріс күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, тіркеу куәлігі. Таңбалау және медициналық қолдану нұсқаулығы мемлекеттік және орыс тілдерінде болуы қажет. Өндіруші ISO 13485 сапаны басқару стандартының талаптарына сәйкес бұйым шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді ішкі кірістірме жеке фольгалық қаптамада, қосымша полимерлі-қағаз қаптамасыз оралған. Қаптама тормен манипуляция уақытын азайту үшін ішкі кірістірмеге бір қозғалыспен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әр қаптама пациенттің медициналық картасына деректерді тіркеу үшін арнайы стикермен жабдықталған. Қаптаманың және ішкі кірістірменің таңбалауында өндіруші туралы ақпарат, жарамдылық мерзімі, партия нөмірі, стерилизация әдісі және бір реттік қолдану туралы көрсетілім бар. Жөнелту алдында: тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17719386-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82984832-ЗЦП4
Наименование лота:	Устройство хирургическое
Описание лота:	для фиксации
Дополнительное описание лота:	Сетка хирургическая полипропиленовая 30х30
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из 50% нити полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и 50% нити полипропилена (условный размер 6/0), с размером пор 3,2 мм для обеспечения лучшего врастания сетки в переднюю брюшную стенку и формирования гибкой рубцовой структуры. Прочность на разрыв 730–810 Н. Квадратной формы. Размер 30×30 см. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей составляет 58 г/м², удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 34 г/м². 2. функциональная характеристика: сетка предназначена для пластики грыж, обеспечивая прочность, эластичность и надёжную фиксацию в передней брюшной стенке. Размер пор 3,2 мм способствует лучшему врастанию и формированию гибкой рубцовой структуры. На сетке присутствуют окрашенные полоски, облегчающие ориентирование в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. 3. качественная характеристика: сетка изготовлена из высококачественных материалов: полиглекапрона-25 и полипропилена, что обеспечивает её долговечность и надёжность. Удельный вес различных составляющих сетки и прочность на разрыв подтверждают её надёжность в эксплуатации. Упаковка из фольги сохраняет стерильность и упрощает доступ к сетке. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, регистрационное удостоверение. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги без дополнительного полимерно-бумажного пакета. Упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу одним движением для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Маркировка упаковки и внутреннего вкладыша содержит информацию о производителе, сроке годности, номере партии, методе стерилизации и указание об однократном применении. Перед отправкой: Обязательное согласование с заказчиком."