Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17691732-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение реагентов для платный
Лоттың нөмірі:	№ 88025680-ОИ2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	Ендрассик-Гроф сәйкестендірілген әдісімен жалпы және тікелей билирубин концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas-Integra общий билирубин 250
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Cobas-Integra общий билирубин 250 кассета Назначение: In vitro тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; pH 1.0 SR 3,5-дихлорфенил диазониевая соль: ≥ 1.35 ммоль/л. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17691732-1
Наименование закупки:	Приобретение реагентов для платный
Номер лота:	№ 88025680-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для определения концентрации общего и прямого билирубина унифицированным методом Ендрассика-Грофа
Дополнительное описание лота:	Cobas-Integra общий билирубин 250
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	до 31 декабря по заявке
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Cobas-Integra общий билирубин 250 кассета Назначение: In vitro тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты - рабочие растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; pH 1.0 SR 3,5-дихлорфенил диазониевая соль: ≥ 1.35 ммоль/л. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты cobas c. При использовании на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель.