Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17328974-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | КВБ ҒЗИ үшін реагенттер |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87303189-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Реагенттер жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | LYSERCELL WDF (Lysercell WDF лизингтік реагенті) уп 1х2 л |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "Реагент 1:60 үлгісін алдын ала сұйылту арқылы қызыл қан жасушаларын гемолиздейді және лейкоциттердің мембраналары өткізгіш болады, бұл Fluorocell WDF жасушаларға одан әрі бояу үшін енуіне мүмкіндік береді. Реагенттермен реакциялардан және флуоресцентті ағын цитометриясын қолдана отырып жасушаларды талдаудан кейін әр түрлі жасуша популяциялары WDF арнасының шашырау бағдарламасына олардың бүйірлік шашырау жарығы (SSC) және бүйірлік флуоресцентті жарық (SFL) негізінде орналастырылады. Құрамы: төрттік органикалық аммоний тұздары 0,07%, иондық емес беттік белсенді зат 0,17%. Сақтау шарттары: жабық реагент жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-35°C температурада сақталады; ашылғаннан кейін реагент 90 күн бойы тұрақты болады. Буып-түю: 1х2 л. Тапсырыс берушіде бар медициналық жабдықтың бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімділігін анықтау және өндіруші бекіткен стандартты үлгілерде калибрлеуді кейіннен валидациялау үшін Жеткізуші жеткізу кезінде жиынтықты спектрлік калибрлеуді жүргізеді. Жеткізілген жиынтық орнатылған бағдарламалық жасақтаманың нұсқасымен үйлесімді болуы керек." |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17328974-1 |
| **Наименование закупки:** | Реагенты для НИИ КВБ |
| **Номер лота:** | № 87303189-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Набор реагентов |
| **Описание лота:** | для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора |
| **Дополнительное описание лота:** | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF)уп 1х2 л |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25 |
| **Срок поставки:** | по заявке заказчика в течении 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "Реагент гемолизирует эритроциты, предварительно разбавляя образец 1:60, а мембраны лейкоцитов становятся проницаемыми, что позволяет Fluorocell WDF проникать в клетки для дальнейшего окрашивания. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Состав: четвертичные органические аммониевые соли 0,07%, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,17%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°C до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 1х2 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения." |