Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17868145-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық жабдықтар мен медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88400819-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тест-жолақ
Лоттың сипаттауы:	қандағы глюкоза мөлшерін анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ABK Care Multi үшін Холестеринге арналған тест-жолақтар, қаптамада кемінде 50 дана.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы ықшам ауданы Алтын Орда, 19Е учаскесі
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойғаннан бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы холестерин деңгейін анықтауға арналған тест-жолақтар - Атауы: Капиллярлық тұтас қандағы жалпы холестерин деңгейін сандық өлшеуге арналған тест-жолақтар. - Үйлесімділігі: ABK Care Multi экспресс-анализаторымен міндетті түрде үйлесімді болуы тиіс. - Өлшеу әдісі: Фотометриялық (рефлектометрия). Тест холестеринэстераза, холестериноксидаза, пероксидаза (POD) және хромоген ингредиенттерінің реакциясына негізделген. - Өлшеу диапазоны: 3,3-тен 10,2 ммоль/л-ге дейін (130–400 мг/дл). - Талдау уақыты: 30–60 секундтан аспайды. - Кодтау түрі: Кодтық кілт (код-чип) арқылы автоматты кодтау. - Шығарылу түрі / қаптамасы: Герметикалық құты. Қаптамадағы саны: кемінде 25 дана. - Жиынтықталуы: Тест-жолақтары бар құты — кемінде 1 дана; кодтық белсендіру чипі — кемінде 1 дана; қолдану жөніндегі нұсқаулық.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17868145-1
Наименование закупки:	Приобретение медецинского оборудования и медицинских изделий
Номер лота:	№ 88400819-ЗЦП1
Наименование лота:	Тест-полоска
Описание лота:	для определения содержания глюкозы в крови
Дополнительное описание лота:	Тест полоски для ABK care Multi Холестерин, в упаковке не менее 50 шт
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана мкр. Алтын орда, уч.19Е
Срок поставки:	в течение 20-и календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тест-полоски для определения уровня общего холестерина * Наименование: Тест-полоски для количественного измерения уровня общего холестерина в цельной капиллярной крови. * Совместимость: Обязательная совместимость с экспресс-анализатором ABK Care Multi. * Метод измерения: Фотометрический (рефлектометрия). Тест основан на реакции ингредиентов: холестерингэстераза, холестеринoксидаза, пероксидаза (POD) и хромоген. * Диапазон измерений: От 3,3 до 10,2 ммоль/л (130–400 мг/дл). * Время анализа: Не более 30–60 секунд. * Тип кодирования: Автоматическое кодирование с помощью кодового ключа (код-чипа). * Форма выпуска / Упаковка: Герметичная туба, количество в упаковке: не менее 25 штук. * Комплектация: Тубус с тест-полосками — не менее 1 шт., кодовый чип-активатор — не менее 1 шт., инструкция по применению.