Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17676703-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Приобретение реагентов для платный |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88025654-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Стандартты ерітінді |
| **Лоттың сипаттауы:** | концентрациясы нақты белгілі темір |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Cobas-Integra Железо 200-кассета |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бума |
| **Жеткізу орны:** | 431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72 |
| **Жеткізу мерзімі:** | 31 желтоқсанға дейін тапсырыс бойынша |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Cobas-Integra Железо 200-кассета Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; нереактивное ПАВ SR Аскорбат натрия: 150 ммоль/л; FerroZine: 6 ммоль/л; консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17676703-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение реагентов для платный |
| **Номер лота:** | № 88025654-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Стандартный раствор |
| **Описание лота:** | железо с точно известной концентрацией |
| **Дополнительное описание лота:** | Cobas-Integra Железо 200-кассета |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Упаковка |
| **Места поставки:** | 431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72 |
| **Срок поставки:** | до 31 декабря по заявке |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Cobas-Integra Железо 200-кассета Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA, Cobas c. Реагенты — рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; нереактивное ПАВ SR Аскорбат натрия: 150 ммоль/л; FerroZine: 6 ммоль/л; консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2-8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке cobas c. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 6 недель. |