Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014239-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88781346-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Гематологиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамалары • Ағынды цитометрия технологиясын, жартылай өткізгіш лазерді (лазерлік шашырауды) және базофилдер үшін бөлек арнаны қоса алғанда, химиялық бояуды біріктіреді • Санау әдісі: лейкоциттер, эритроциттер және PLT үшін кедергі және HGB үшін цианидсіз реагент • Талдау уақыты: автотиегішпен сағатына 60 сынама (онсыз 50-ге дейін) • Үлгі көлемі: 20 л (тұтас қан немесе алдын ала сұйылтылған) • Нәтижені сақтау: 40 000 жазбаға дейін (сандық деректер + гистограммалар) • Интерфейстер: LAN (HL7), жабық және ашық үлгі опциялары, 30 позициялы автотиегіш ГОСТ 8.627-2013
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары • Ағынды цитометрия технологиясын, жартылай өткізгіш лазерді (лазерлік шашырауды) және базофилдер үшін бөлек арнаны қоса алғанда, химиялық бояуды біріктіреді • Санау әдісі: лейкоциттер, эритроциттер және PLT үшін кедергі және HGB үшін цианидсіз реагент • Талдау уақыты: автотиегішпен сағатына 60 сынама (онсыз 50-ге дейін) • Үлгі көлемі: 20 л (тұтас қан немесе алдын ала сұйылтылған) • Нәтижені сақтау: 40 000 жазбаға дейін (сандық деректер + гистограммалар) • Интерфейстер: LAN (HL7), жабық және ашық үлгі опциялары, 30 позициялы автотиегіш ГОСТ 8.627-2013 / Тапсырыс берушімен келісіңіз

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014239-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88781346-ЗЦП1
Наименование лота:	Анализатор гематологический
Описание лота:	автоматический
Дополнительное описание лота:	Технические характеристики • Комбинирует технологию Flow Cytometry, полупроводниковый лазер (Laser scatter) и химическое окрашивание, включая отдельный канал для базофилов • Метод подсчёта: импеданс для WBC, RBC и PLT и безцианидный реагент для HGB • Время анализа: 60 образцов/час с автозагрузчиком (до 50 без него) • Объём образца: 20 L (whole blood или prediluted) • Хранение результатов: до 40 000 записей (числовые данные + гистограммы) • Интерфейсы: LAN (HL7), опция закрытого и открытого образца, 30 позиционный автозагрузчик ГОСТ 8.627-2013
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики • Комбинирует технологию Flow Cytometry, полупроводниковый лазер (Laser scatter) и химическое окрашивание, включая отдельный канал для базофилов • Метод подсчёта: импеданс для WBC, RBC и PLT и безцианидный реагент для HGB • Время анализа: 60 образцов/час с автозагрузчиком (до 50 без него) • Объём образца: 20 L (whole blood или prediluted) • Хранение результатов: до 40 000 записей (числовые данные + гистограммы) • Интерфейсы: LAN (HL7), опция закрытого и открытого образца, 30 позиционный автозагрузчик ГОСТ 8.627-2013 Согласовать с заказчиком