

Номер созданного документа	955
Утверждает	Баскарма Төрағасы
	Киясов Ерлан Ансаганович
Наименование технической спецификации	Салыстырып тексеру/калибрлеу нәтижелерінің зертханааралық салыстыруларын жүргізу: 02 - масса өлшемдері. Проведение межлабораторных сличений результатов поверки/калибровки: 02-измерения массы

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. (заполняется при наличии)
МЕМСТ ISO/IEC 17043-2025 «Сәйкестікті бағалау. Біліктілікті тексеруді жүргізуге қойылатын негізгі талаптар». МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар». ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 «Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации». ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Текст технической спецификации на государственном языке
1. Жалпы талаптар 1.1. Осы техникалық ерекшелік «Салмақ өлшемдері» өлшеу саласында өлшем құралдарын салыстырып тексеру/калибрлеу нәтижелерін зертханааралық салыстыруларды ұйымдастыруға және жүргізуге, оның ішінде қатысушының нәтижелерін бағалауға және зертханааралық салыстырулар нәтижелері бойынша қорытынды есепті ұсынуға қойылатын талаптарды белгілейді. 2. Қызметке қойылатын талаптар Жеткізуші «Салмақ өлшемдері» бағыты бойынша зертханааралық салыстыруларды ұйымдастыру мен жүргізудің толық циклін қамтамасыз етеді, оның ішінде зертханааралық салыстыруларды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеуді және қатысушыға ұсынуды, біліктілікті тексеруге арналған үлгіні ұсынуды, қатысушылардың нәтижелерін жинауды және өңдеуді, статистикалық талдау жүргізуді, нәтижелерді бағалауды, сондай-ақ зертханааралық салыстырулар нәтижелері туралы қорытынды есепті дайындауды және қатысушыға ұсынуды қамтамасыз етеді. Біліктілікті тексеруге арналған үлгі: біліктілікті тексеру бағдарламасына сәйкес. 3. Зертханааралық салыстыруларды ұйымдастырушыға қойылатын талаптар ұйымдастырушысына қойылатын талаптар: - салыстырып тексеру зертханасының жұмыс сапасын бақылау нәтижелерін статистикалық өңдеу бойынша ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету; - зертханааралық салыстыруларға қатысушылардың нәтижелерінің бейтараптығын, құпиялылығын және бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету; - салыстыру құралының және пайдаланылатын эталондардың/өлшем құралдарының метрологиялық қадағаланушылығын қамтамасыз ету;

- бекітілген зертханааралық салыстырулар бағдарламасы/жоспары және нәтижелерді бағалаудың құжатталған әдістемесі болуы тиіс.

4. Жұмыстарды жүргізу орны мен мерзімдері

Біліктілікті тексеру провайдері әзірлеген зертханааралық салыстырулар бағдарламасына сәйкес.

5. Аяқтау нысаны

Біліктілікті тексерудің аккредиттелген провайдерінің құжатталған рәсімдеріне сәйкес зертханааралық салыстыруларды жүргізу туралы есепті ұсыну.

Текст технической спецификации на русском языке

1. Общие требования

1.1. Настоящая техническая спецификация устанавливает требования к оказанию услуг по организации и проведению межлабораторных сличений результатов поверки/калибровки средств измерений в области измерений массы, включая оценивание результатов участника и предоставление итогового отчёта по результатам проведения МЛС.

2. Требования к услуге

Поставщик обеспечивает полный цикл организации и проведения межлабораторных сличений по направлению «Измерения массы», включая разработку и предоставление участнику инструкции по проведению межлабораторных сличений, предоставление образца для проверки квалификации, сбор и обработку результатов участников, проведение статистического анализа, оценивание результатов и подготовку и предоставление участнику итогового отчёта о результатах межлабораторных сличений.

Образец для проверки квалификации: в соответствии с программой проверки квалификации

3. Требования к организатору межлабораторных сличений:

- обеспечить конфиденциальность информации по статистической обработке результатов контроля качества работы поверочной лабораторий;
- обеспечить беспристрастность, конфиденциальность результатов участников межлабораторных сличений и объективность оценивания;
- обеспечить метрологическую прослеживаемость средства сличений и используемых эталонов/средств измерений;
- иметь утвержденную программу/план межлабораторных сличений и документированную методику оценивания результатов.

4. Место и сроки проведения работ

В соответствии с программой межлабораторных сличений, разработанной провайдером проверки квалификации.

5. Форма завершения

Предоставление отчёта о проведении межлабораторных сличений в соответствии с документированными процедурами аккредитованного провайдера проверки квалификации.

Наименование разрешения и/или уведомления (заполняется при необходимости)
--

-

Материальные ресурсы (заполняется при необходимости)

-

Трудовые ресурсы (заполняется при необходимости)

-

Исполнитель Жуманкулов Берик Кыдырбекович
Согласование

Аты-жөні	Лауазымы	Күні	Іс-әрекет	Іс-әрекет нәтижесі	Түсініктем е	Қолтаңба түрі