Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17607731-1
Сатып алудың атауы:	Кәсіпорын үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81569348-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ауаны ылғалдаушы
Лоттың сипаттауы:	көпіршік, оттегі терапиясы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі концентраторы үшін қайта пайдалануға болатын ылғалдандырғыш
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	** Өнім атауы:* * оттегі концентраторы үшін қайта пайдалануға болатын Ылғалдандырғыш. ** Техникалық сипаттамалары мен талаптары:** 1. Ылғалдатқыш пациентке берілетін оттегін ылғалдандыру үшін оттегі концентраторымен бірге пайдалануға арналған. 2. Түрі — **қайта пайдалануға болатын**, өндірушінің нұсқауларына сәйкес тазалау және қайта пайдалану мүмкіндігі бар. 3. Ылғалдандыратын ыдыстың көлемі - * * 350 мл**. 4. Колба материалы-мақсатына сай пайдалануға жарамды медициналық пластик. 5. Өлшемдері-шамамен * * 175 × 65 мм**. 6. Салмағы — шамамен **0,2 кг**. 7. Максималды жұмыс қысымы - * * кем дегенде 406 мбар**. 8. Артық қысымды түсіруге арналған **сақтандырғыш (авариялық) клапанның болуы * * - міндетті. 9. Ылғалдатқыш оттегі концентраторымен сенімді қосылуды және штаттық жұмыс кезінде ағып кетпестен оттегінің герметикалық берілуін қамтамасыз етуі керек. 10. Дизайн ыдысты сумен толтыру, оны тазарту және өндірушінің талаптарына сәйкес қайта пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 11. Жеткізілетін оттегімен / сумен жанасатын барлық материалдар өндіруші көздеген медициналық қолдануға жарамды болуы тиіс. 12. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, жарықтар, деформациялар, зақымданулар және басқа да ақауларсыз болуы керек. 13. Ылғалдатқыш осы түрдегі медициналық бұйымдарға қойылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тиіс. 14. Жеткізу кезінде қамтамасыз ету: * төлқұжат / формуляр немесе өндірушінің құжаты; * пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; * медициналық бұйымның Қазақстан Республикасында сәйкестігін және тіркелуін растайтын құжаттар, егер олардың болуы заңнамада көзделген болса; * өндірушінің немесе Жеткізушінің кепілдік құжаты. 15. Ылғалдатқыш тұтынушы қолданатын оттегі концентраторымен бекіту өлшемдері мен жұмыс параметрлері бойынша үйлесімді болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17607731-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для предприятия
Номер лота:	№ 81569348-ЗЦП1
Наименование лота:	Увлажнитель воздуха
Описание лота:	пузырьковый, для кислородотерапии
Дополнительное описание лота:	Увлажнитель многоразовый для кислородного концентратора
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Алматы, Керей-Жанибек хандар, 470
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара:** Увлажнитель многоразовый для кислородного концентратора. **Технические характеристики и требования:** 1. Увлажнитель предназначен для использования совместно с кислородным концентратором для увлажнения подаваемого пациенту кислорода. 2. Тип — **многоразовый**, с возможностью очистки и повторного использования в соответствии с инструкцией производителя. 3. Объем увлажняющей емкости — **350 мл**. 4. Материал колбы — медицинский пластик, пригодный для эксплуатации по назначению. 5. Размеры — ориентировочно **175 × 65 мм**. 6. Вес — ориентировочно **0,2 кг**. 7. Максимальное рабочее давление — **не менее 406 мбар**. 8. Наличие **предохранительного (аварийного) клапана для сброса избыточного давления** — обязательно. 9. Увлажнитель должен обеспечивать надежное соединение с кислородным концентратором и герметичную подачу кислорода без утечек при штатной эксплуатации. 10. Конструкция должна обеспечивать возможность наполнения емкости водой, ее очистки и повторного использования в соответствии с требованиями производителя. 11. Все материалы, контактирующие с подаваемым кислородом/водой, должны быть пригодны для предусмотренного производителем медицинского применения. 12. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций, повреждений и иных дефектов. 13. Увлажнитель должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к медицинским изделиям данного вида. 14. При поставке предоставить: * паспорт/формуляр или документ производителя; * инструкцию по эксплуатации; * документы, подтверждающие соответствие и регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан, если их наличие предусмотрено законодательством; * гарантийный документ производителя или поставщика. 15. Увлажнитель должен быть совместим с используемым Заказчиком кислородным концентратором по присоединительным размерам и рабочим параметрам.