Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17953025-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Лоттың нөмірі:	№ 88630116-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	ПТР әдісімен аденовирус, парагрипп,РС, риновирус, метопневмовирус, коронавирус, риновирусты диагностикалау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Camomile-a/B-ПТР тұмауы ҚР-МИ (in vitro) - № 020947 (анықтамалар саны -96). 96 анықтамаға (бақылау үлгілерін қоса алғанда).Қойылым форматы: реакциялық қоспаның көлемі 25 мкл болғанда 8 анықтама бойынша 12 тәуелсіз қойылымды орындауға болады.""I "" "" iq5 iCycler"," "Cfx96" (өндірілген "Bio-Rad", АҚШ) Амплификаторлары.""Rotor-Gene "сериялы амплификаторлар ("QIAGEN" шығарған, Германия).Ұсынылатын нуклеин қышқылын оқшаулау жинақтары (NK):CAMOMILE-NK-PCRCAMOMILE-Nkmag-PCRCAMOMILE-автоЭкстракт-ПТР жарамдылық мерзімі кемінде 18 ай
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Жеткізу мерзімі:	2027 жылғы 30 наурыз
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Camomile-a/B-ПТР тұмауы ҚР-МИ (in vitro) - № 020947 (анықтамалар саны -96). 96 анықтамаға (бақылау үлгілерін қоса алғанда).Қойылым форматы: реакциялық қоспаның көлемі 25 мкл болғанда 8 анықтама бойынша 12 тәуелсіз қойылымды орындауға болады.""I "" "" iq5 iCycler"," "Cfx96" (өндірілген "Bio-Rad", АҚШ) Амплификаторлары.""Rotor-Gene "сериялы амплификаторлар ("QIAGEN" шығарған, Германия).Ұсынылатын нуклеин қышқылын оқшаулау жинақтары (NK):CAMOMILE-NK-PCRCAMOMILE-Nkmag-PCRCAMOMILE-автоЭкстракт-ПТР жарамдылық мерзімі кемінде 18 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17953025-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения
Номер лота:	№ 88630116-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для диагностики аденовирусов, парагриппа,РС, риновируса, метопневмовируса, коронавируса, риновируса методом ПЦР
Дополнительное описание лота:	Camomile-A/B-PCR Influenza — Министерство здравоохранения Республики Казахстан (in vitro) — № 020947 (количество тестов — 96). на 96 определений (включая контрольные образцы).Формат постановки: Возможно выполнение 12 независимых постановок по 8 определений при объеме реакционной смеси 25 мкл.Каналы детекции (флуоресценция):FAM/GreenR6G/JOE/HEX/VIC/YellowROX/OrangeСовместимое оборудование:Амплификаторы «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (производства «Bio-Rad», США).Амплификаторы серии «Rotor-Gene» (производства «QIAGEN», Германия).Рекомендуемые наборы для выделения нуклеиновых кислот (НК):CAMOMILE-НК-ПЦРCAMOMILE-НКMar-ПЦРCAMOMILE-автоЭкстракт-ПЦРсрок годности не менее 18 месяцев
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район Суюнбая 497 А, телефон 87787615650, 87272903818
Срок поставки:	30 март 2027 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Camomile-A/B-PCR Influenza — Министерство здравоохранения Республики Казахстан (in vitro) — № 020947 (количество тестов — 96). на 96 определений (включая контрольные образцы).Формат постановки: Возможно выполнение 12 независимых постановок по 8 определений при объеме реакционной смеси 25 мкл.Каналы детекции (флуоресценция):FAM/GreenR6G/JOE/HEX/VIC/YellowROX/OrangeСовместимое оборудование:Амплификаторы «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» (производства «Bio-Rad», США).Амплификаторы серии «Rotor-Gene» (производства «QIAGEN», Германия).Рекомендуемые наборы для выделения нуклеиновых кислот (НК):CAMOMILE-НК-ПЦРCAMOMILE-НКMar-ПЦРCAMOMILE-автоЭкстракт-ПЦРсрок годности не менее 18 месяцев