Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940797-1
Сатып алудың атауы:	аурухана қажеттіліктері үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88506708-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Оттегі концентрациясының сездіргісі
Лоттың сипаттауы:	наркоз-тыныс алу аппаратына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	оттегі сенсоры COVIDE PURITAN BTNNETT oxygen sensor ref 10097559
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ЕскелдІ би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Puritan Bennett өкпені жасанды желдету аппаратына арналған оттегі датчигі (Oxygen Sensor), REF 10097559 1. Тауардың атауы: өкпені жасанды желдету аппаратына арналған оттегі датчигі. 2. Мақсаты: оттегі датчигі өкпені жасанды желдету аппараты арқылы пациентке берілетін газ қоспасындағы оттегінің пайыздық мөлшерін өлшеуге және бақылауға арналған. 3. Өндірушісі: Covidien / Puritan Bennett немесе баламасы. 4. Каталогтық нөмірі (REF): 10097559. 5. Бұйымның түрі: оттегінің электрохимиялық датчигі (O2 Sensor). 6. Үйлесімділігі: Puritan Bennett NPB-840 өкпені жасанды желдету аппаратымен үйлесімді болуы тиіс. 7. Өлшеу диапазоны: оттегінің 0–100% аралығы. 8. Шығыс сигналы: 10–15 мВ. 9. Құрылымы: пластик корпустан, кіріктірілген қосу кабелінен және электрлік қосқыштан тұруы тиіс. 10. Орнату түрі: аппараттың штаттық орнына орнатуға арналған, бұрандалы бекіту бөлігі болуы тиіс. 11. Қосылу түрі: аппараттың штаттық кабелі мен қосқышына сәйкес келуі тиіс. 12. Жұмыс жағдайы: медициналық жабдықтың қалыпты жұмыс режимінде тұрақты өлшеуді қамтамасыз етуі тиіс. 13. Жай-күйі: жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген. 14. Жеткізілім жиынтығы: 1 дана оттегі датчигі. 15. Қаптамасы: зауыттық қаптамада, механикалық зақымданусыз жеткізілуі тиіс. 16. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 17. Жеткізуші тауарды жеткізер алдында ұсынылатын оттегі датчигінің аппаратпен үйлесімділігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. 18. Жеткізілетін тауар медициналық жабдықтың техникалық талаптарына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940797-1
Наименование закупки:	закупка товаров для нужд больницы
Номер лота:	№ 88506708-ЗЦП2
Наименование лота:	Датчик концентрации кислорода
Описание лота:	для наркозно-дыхательного аппарата
Дополнительное описание лота:	кислородный датчик COVIDE PURITAN BTNNETT oxygen sensor ref 10097559
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ЕскелдI би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Кислородный датчик (Oxygen Sensor) для аппарата ИВЛ Puritan Bennett, REF 10097559 1. Наименование товара: кислородный датчик для аппарата искусственной вентиляции лёгких. 2. Назначение: датчик предназначен для измерения и контроля процентного содержания кислорода в газовой смеси, подаваемой пациенту через аппарат ИВЛ. 3. Производитель: Covidien / Puritan Bennett или эквивалент. 4. Каталожный номер (REF): 10097559. 5. Тип изделия: электрохимический датчик кислорода (O2 Sensor). 6. Совместимость: аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett NPB-840. 7. Диапазон измерения: 0–100% кислорода. 8. Выходной сигнал: должен соответствовать техническим требованиям аппарата. 9. Конструкция: корпус из пластика, соединительный кабель и электрический разъём. 10. Тип установки: предназначен для установки в штатное посадочное место аппарата. 11. Тип подключения: должен соответствовать штатному кабелю и разъёму аппарата. 12. Условия эксплуатации: должен обеспечивать стабильное измерение в штатном режиме работы медицинского оборудования. 13. Состояние товара: новый, ранее не использованный, не восстановленный. 14. Комплектность: 1 кислородный датчик. 15. Упаковка: заводская, без механических повреждений. 16. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 17. Перед поставкой товара поставщик обязан согласовать с заказчиком совместимость предлагаемого кислородного датчика с имеющимся аппаратом ИВЛ. 18. Поставляемый товар должен соответствовать техническим требованиям и требованиям безопасности для медицинского оборудования. Примечание: Предлагаемый датчик должен быть полностью совместим с аппаратом ИВЛ Puritan Bennett NPB-840 и обеспечивать корректную работу системы контроля концентрации кислорода.