Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17634129-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмек заттарын сатып алу техникалық ерекшелікпен сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 87884320-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	полимераздық тізбектік реакция әдісімен боррелий ДНҚ/кене энцефалитінің РНҚ вирусын анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	// Borrelia miyamotoi-fl-ПТР-РВ әдісімен адамдар мен кенелерден биологиялық материалда Borrelia MIYAMOTOI ДНҚ-ны анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Рибо-преп ҰК бөлуге арналған жиынтығымен толық жиынтықта
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. улица Айтеке би, 13
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Техникалық сипаттамасы: Ерекшелігі: 100% Borrelia miyamotoi ДНҚ Сезімталдығы: 1х103 көшірме/мл Бақылаулар: НҚ экстракциясының тиімділігін бақылау, ПТР өтуін бақылау Зерттелетін материал: Қан, ликвор, патологиялық өзгерген тіндер мен ағзалардың учаскелері, кенелер НҚ бөліп алуға арналған жиынтықтар: РИБО-преп немесе МАГНО-сорб Амплификаторлар: Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Австралия; Rotor-Gene Q QIAGEN GmbH, Германия; CFX96 Bio-Rad laboratories Inc., АҚШ; ДТ-96 «НПО ДНК-Технология» ЖШҚ, Ресей"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17634129-1
Наименование закупки:	Приобретение медикаментов согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87884320-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для выявления ДНК боррелий/РНК вируса клещевого энцефалита методом полимеразной цепной реакции
Дополнительное описание лота:	// Borrelia miyamotoi-FL — набор реагентов для выявления ДНК Borrelia miyamotoi в биологическом материале от людей и клещах методом ПЦР-РВ. В полной комплектации с набором на выделение НК Рибо-преп
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Айтеке би көшесі, 13
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Технические характеристики Специфичность 100% ДНК Borrelia miyamotoi Чувствительность 1х103 копий/мл Контроли Контроль эффективности экстракции НК, контроль прохождения ПЦР Исследуемый материал Кровь, ликвор, участки патологически измененных тканей и органов, клещи Наборы для выделения НК РИБО-преп или МАГНО-сорб Амплификаторы Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Австралия Rotor-Gene Q QIAGEN GmbH, Германия CFX96 Bio-Rad laboratories Inc., США ДТ-96 ООО «НПО ДНК-Технология», Россия"