Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18015910-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес негізгі құралдарды сатып алу!!!
Лоттың нөмірі:	№ 88810482-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Физиотерапиялық аппарат
Лоттың сипаттауы:	лазерлік терапия арқылы әртүрлі аурулардың алдын алу және емдеуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық терапиясы құрылғысы. Мақсаты: Медициналық мекемелерде, физиотерапия бөлмелерінде, дерматология бөлмелерінде және медициналық оңалту бөлмелерінде поляризацияланған полихроматикалық жарықты пайдалана отырып, физиотерапиялық процедуралар жүргізуге арналған. Сипаттамалары: • Әсер түрі: поляризацияланған полихроматикалық жарық. • Толқын ұзындығының диапазоны: 350-ден 3400 нм-ге дейін. • Поляризация дәрежесі: 95%-дан жоғары. • Жарық сүзгісінің диаметрі: шамамен 5 см. • Меншікті сәулелену қуаты: шамамен 40 мВт/см². • Минутына жарық энергиясы: шамамен 2,4 Дж/см². • Жарықтандыру: кемінде 10 000 люкс. • Жарық көзі: галоген шамы. • Шамның номиналды қуаты: 20 Вт. • Қуат тұтынуы: 28 Вт. • Қуат кернеуі: 100–240 В. • Қуат жиілігі: 50–60 Гц. • Қауіпсіздік класы: IIa. • Қорғаныс рейтингі: IP20. • Қызып кетуден қорғау. • Сандық дисплей. • Өңдеу уақыты реттеледі. • Алынбалы қуат сымының ұзындығы: 3 м. • Тұғырсыз құрылғының салмағы: шамамен 0,5 кг. • Өлшемдері: шамамен 29,8 × 24,2 × 9,7 см. Қаптаманың құрамы: 1. Құрылғы — 1 дана. 2. Негізгі жарық сүзгісі — 1 дана. 3. Тасымалдау қаптамасы — 1 дана. 4. Алынбалы қуат сымы — 1 дана. 5. Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. 4 мкрн
Жеткізу мерзімі:	шарттың заңды күшіне енген күнінен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарық терапиясы құрылғысы. Мақсаты: Медициналық мекемелерде, физиотерапия бөлмелерінде, дерматология бөлмелерінде және медициналық оңалту бөлмелерінде поляризацияланған полихроматикалық жарықты пайдалана отырып, физиотерапиялық процедуралар жүргізуге арналған. Сипаттамалары: • Әсер түрі: поляризацияланған полихроматикалық жарық. • Толқын ұзындығының диапазоны: 350-ден 3400 нм-ге дейін. • Поляризация дәрежесі: 95%-дан жоғары. • Жарық сүзгісінің диаметрі: шамамен 5 см. • Меншікті сәулелену қуаты: шамамен 40 мВт/см². • Минутына жарық энергиясы: шамамен 2,4 Дж/см². • Жарықтандыру: кемінде 10 000 люкс. • Жарық көзі: галоген шамы. • Шамның номиналды қуаты: 20 Вт. • Қуат тұтынуы: 28 Вт. • Қуат кернеуі: 100–240 В. • Қуат жиілігі: 50–60 Гц. • Қауіпсіздік класы: IIa. • Қорғаныс рейтингі: IP20. • Қызып кетуден қорғау. • Сандық дисплей. • Өңдеу уақыты реттеледі. • Алынбалы қуат сымының ұзындығы: 3 м. • Тұғырсыз құрылғының салмағы: шамамен 0,5 кг. • Өлшемдері: шамамен 29,8 × 24,2 × 9,7 см. Қаптаманың құрамы: 1. Құрылғы — 1 дана. 2. Негізгі жарық сүзгісі — 1 дана. 3. Тасымалдау қаптамасы — 1 дана. 4. Алынбалы қуат сымы — 1 дана. 5. Пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана. / ГОСТ 20790-93 (ГОСТ Р 50444-92) тұтынушымен келісу

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18015910-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств согласно тех.спецификации!!!
Номер лота:	№ 88810482-ЗЦП1
Наименование лота:	Аппарат физиотерапевтический
Описание лота:	для профилактики и лечения различных заболеваний с помощью лазерной терапии
Дополнительное описание лота:	Аппарат для светотерапии. Назначение: Предназначен для проведения физиотерапевтических процедур с использованием поляризованного полихроматического света в медицинских учреждениях, кабинетах физиотерапии, дерматологии и медицинской реабилитации. Технические характеристики: • Тип воздействия: поляризованный полихроматический свет. • Диапазон длины волн: от 350 до 3400 нм. • Степень поляризации: более 95%. • Диаметр светового фильтра: около 5 см. • Удельная мощность излучения: около 40 мВт/см². • Световая энергия за минуту: около 2,4 Дж/см². • Освещённость: не менее 10 000 люкс. • Источник света: галогенная лампа. • Номинальная мощность лампы: 20 Вт. • Потребляемая мощность: 28 Вт. • Напряжение питания: 100–240 В. • Частота питающей сети: 50–60 Гц. • Класс безопасности: IIa. • Степень защиты: IP20. • Наличие защиты от перегрева. • Наличие цифрового дисплея. • Возможность настройки времени процедуры. • Длина съёмного кабеля питания: 3 м. • Вес аппарата без стойки: около 0,5 кг. • Габариты: приблизительно 29,8 × 24,2 × 9,7 см. Комплектность: 1. Аппарат — 1 шт. 2. Базовый световой фильтр — 1 шт. 3. Транспортировочный футляр — 1 шт. 4. Съёмный кабель питания — 1 шт. 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев 4 мкрн
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента вступления договора в юридическую силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аппарат для светотерапии. Назначение: Предназначен для проведения физиотерапевтических процедур с использованием поляризованного полихроматического света в медицинских учреждениях, кабинетах физиотерапии, дерматологии и медицинской реабилитации. Технические характеристики: • Тип воздействия: поляризованный полихроматический свет. • Диапазон длины волн: от 350 до 3400 нм. • Степень поляризации: более 95%. • Диаметр светового фильтра: около 5 см. • Удельная мощность излучения: около 40 мВт/см². • Световая энергия за минуту: около 2,4 Дж/см². • Освещённость: не менее 10 000 люкс. • Источник света: галогенная лампа. • Номинальная мощность лампы: 20 Вт. • Потребляемая мощность: 28 Вт. • Напряжение питания: 100–240 В. • Частота питающей сети: 50–60 Гц. • Класс безопасности: IIa. • Степень защиты: IP20. • Наличие защиты от перегрева. • Наличие цифрового дисплея. • Возможность настройки времени процедуры. • Длина съёмного кабеля питания: 3 м. • Вес аппарата без стойки: около 0,5 кг. • Габариты: приблизительно 29,8 × 24,2 × 9,7 см. Комплектность: 1. Аппарат — 1 шт. 2. Базовый световой фильтр — 1 шт. 3. Транспортировочный футляр — 1 шт. 4. Съёмный кабель питания — 1 шт. 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт. ГОСТ 20790-93 (ГОСТ Р 50444-92) согласовать с заказчиком