Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17472364-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87545921-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Шұғыл Шунт орнатуға арналған жиынтық |
| **Лоттың сипаттауы:** | кардиохирургиялық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Жалпы хирургияға арналған стерильді, бір рет қолданылатын жинақ. |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Комплект |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде. |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | "1. техникалық сипаттамасы: жалпы хирургия жинағы стерильді, бір реттік. 1 дана. - бір реттік Парақ, тоқыма емес матаның екі түрінен жасалған: гидрофильді тоқыма емес материал және медициналық дәрежедегі полиэтилен. Парақтың жалпы ені 240 см ± 3 см, ұзындығы 355 см ± 3 см. парақтың орталық бөлігі гидрофильді тоқыма емес матадан жасалған. Парақтың ұзындығы 100 см және ені 101 см болатын парақтың жоғарғы бөлігінен 65 см төмен орналасқан күшейтілген бөлігі бар. Операциялық манипуляцияларды жүргізу үшін енінің ортасында бір тесік бар. Операциялық тесік денеге мөлдір желім жолақтарымен жабысады. Жұмыс өрісі төртбұрышты, өлшемі 40 × 35 см, медициналық желімнен жасалған өздігінен жабысатын тосқауыл пленкасы бар. Парақтың екі жағында ұзындығы 355 см ± 3 см және ені 69 см ± 1 см болатын медициналық деңгейдегі полиэтилен жиектері бар. Полиэтилен жиектері термиялық желімдеу және дәнекерлеу процедурасымен байланысты. 1 дана - Майоға арналған қорғаныс жабыны, "" қаз "" аспаптық хирургиялық үстелге арналған. Қамту мөлшері: ұзындығы 140 ± 2 см, ені 80 ± 1,5 см. Жабын материалдың екі түрінен жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес материал. Қаптама түрінде төртбұрышты жабын, мата емес жабынның ішінде орналасқан. Тоқыма емес матаның биіктігі 77 ± 1 см және ені 61 ± 2 см. 2 дана. - ұзындығы 100 см ± 5 см және ені 100 см ± 5 см бір реттік Парақ, тығыздығы 53 г/м2 тоқыма емес матадан жасалған, жабысқақ жиегі 5 см. екі қабатты тоқыма емес материал (спанбонд және полиэтилен) ол термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Жабынның ұзындығы 100 см ± 5 см ені 5 см болатын жабысқақ жиегі бар. 4 дана - 30 × 40 см сүлгі.сүлгі Ұзындығы 30 см ± 2 см және ені 39 см ± 2 см целлюлозадан жасалған. 1 дана. - аяқ киім-биіктігі 30 см және ені 45 см аяқтарға арналған қорғаныс жабыны, тығыздығы 45 г/м2 SMS тоқыма емес материалдан жасалған. Өнімді бекітуге арналған байланыстар бар. SMS екі жағынан ультрадыбыстық машинада мөрленеді. 1 дана. - 10 × 50 см жұмыс таспасы.жұмыс өрісіне арналған жұмыс таспасы - тоқыма емес материалдан және полимерлі желім қабатынан жасалған. Жабысқақ жағында 10 мм адгезияға қарсы қағазды жақсы алу үшін 2 саусақ ұстағышы бар. Таспа көк түсті. 10 дана. - 12 қабатты дәкеден жасалған, рентгендік емес контрастты, 10 × 10 см майлықтар жиынтығы. 1 дана - Халат стандартты XL. Тоқылмаған материалдан жасалған стандартты хирургиялық Халат бір реттік. Стандартты халаттың тығыздығы кемінде 45 г/м2. Халат термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған төрт қабатты SMMS (spunbond - meltblown - meltblown - spunbond) тоқыма емес матадан жасалған. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы 22 см, алдыңғы жағы мойын сызығынан түбіне дейін 139,5 см, жалпы ені 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін 84 см, кеуде Ені 70 см, манжет 7 × 5 см. Халаттың артқы жағында бекіткіш, белдік байланыстары үшін қағаз ұстағыш және екі целлюлоза қол майлықтары бар. Халат |

| | |
|---|---|
| | ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі. 2 дана - XL күшейтілген Халат. Тоқылмаған материалдан жасалған күшейтілген хирургиялық шапан бір реттік. Халат екі қабаттан тұрады: SMMS негізгі қабаты және күшейтілген қабат. Күшейтілген халаттың жалпы тығыздығы 85 г / м2. Төрт қабатты SMMS тоқыма емес матаның тығыздығы 45 г/м2 плюс тоқыма емес матаның тығыздығы кемінде 40 г/м2. Өлшемдері: ұзындығы 22 см қақпа, алдыңғы жағы мойын сызығынан түбіне дейін 139,5 см, жалпы ені 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін 148 см, жеңнің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін 84 см, кеуде Ені 70 см, манжет 7 × 5 см. жеңнің күшейтілген бөлігі 42 см кесуден кеудедегі күшейтілген бөлікке дейінгі қашықтықты қараңыз 20 см. кеудедегі күшейтілген бөліктің ұзындығы 80 см, кеуде аймағындағы күшейтілген бөліктің Ені 50 см. күшейту бүкіл периметрі бойынша желімделген. Халаттың артқы жағында бекіткіш, белдік байланыстары үшін қағаз ұстағыш және екі целлюлоза қол майлықтары бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі. 1 дана. - тігіс материалы. Хирургиялық сіңірілетін жіп, полигликолид, USP 1, ұзындығы 75 см, Түсі Күлгін, ине шаншу, иілген 1/2, ұзындығы 40 мм. 2. функционалдық сипаттамасы: операциялық өрісте инфекциядан қорғайтын қасиеті бар медициналық желімнен жасалған өздігінен жабысатын тосқауыл пленкасы бар. Жабынның гидрофильді және бактерияға қарсы қасиеті бар. Тоқыма емес мата су өткізбейтін және түксіз. Операция жолағына дене сұйықтықтары және операция кезінде қолданылатын басқа сұйықтықтар әсер етпейді. 3. сапалық сипаттамасы: зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. Медициналық бұйым стерильді, бірыңғай біріктірілген Қос қаптамада жеткізіледі. Барлық материалдар медициналық қолдануға қауіпсіз. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жиынтықтың (жиынтықтың) жалпы бірыңғай қаптамасында міндетті түрде: сериясы, шығарылған күні, ҚР тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, жиынтықтың толық құрамы, жиынтықтың және өндірушінің атауы, зарарсыздандыру тәсілі, сондай-ақ жарамдылық мерзімі көрсетілуі тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: бір реттік жиынтық, операциялар кезінде қолдануға ыңғайлы, операциялық өріс пен медициналық персоналды сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Барлық жинақ барлық элементтерден тұратын бір пакетте болуы керек. Жинақтың әр бөлігі бөлек жеткізілмеуі керек. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу." |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17472364-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп изделий медицинского назначения |
| **Номер лота:** | № 87545921-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Набор для шунтирования экстренного |
| **Описание лота:** | кардиохирургический |
| **Дополнительное описание лота:** | Набор для общей хирургии стерильный, одноразовый. |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Комплект |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | "1. техническая характеристика: набор для общей хирургии стерильный, одноразовый. 1 шт. - Простыня одноразовая, изготовлена из двух видов нетканого материала: гидрофильного нетканого материала и полиэтилена медицинского класса. Общая ширина простыни 240 см ± 3 см, длина 355 см ± 3 см. Центральная часть простыни изготовлена из гидрофильного нетканого материала. Простыня имеет усиленную часть, расположенную ниже верхней части простыни на 65 см, размером 100 см в длину и 101 см в ширину. Имеет одно отверстие посередине ширины для проведения операционных манипуляций. Операционное отверстие клеится к телу прозрачными клеящимися полосками. Операционное поле квадратное, размером 40 × 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку из медицинского клея. Простыня с двух сторон имеет края из полиэтилена медицинского класса размером 355 см ± 3 см в длину и 69 см ± 1 см в ширину. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки. 1 шт. - Защитное покрытие для Майо, предназначено для инструментального хирургического стола «гусь». Размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал расположен внутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 2 шт. - Простыня одноразовая размером 100 см ± 5 см в длину и 100 см ± 5 см в ширину, сделана из нетканого материала плотностью 53 г/м² с клейким краем 5 см. Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Имеется клейкий край по длине покрытия 100 см ± 5 см шириной 5 см. 4 шт. - Полотенце 30 × 40 см. Полотенце сделано из целлюлозы размером 30 см ± 2 см в длину и 39 см ± 2 см в ширину. 1 шт. - Бахилы - защитное покрытие для ног высотой 30 см и шириной 45 см, изготовлены из нетканого материала SMS плотностью 45 г/м². Имеются завязки для фиксации изделия. SMS с двух сторон запаивается на ультразвуковой машине. 1 шт. - Операционная лента 10 × 50 см. Операционная лента - фиксатор для операционного поля, сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых захвата для лучшего снятия антиадгезионной бумаги 10 мм. Лента голубого цвета. 10 шт. - Набор салфеток, нерентгеноконтрастных, 10 × 10 см, сделанных из марли в 12 слоев. 1 шт. - Халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 г/м². Халат сделан из четырехслойного нетканого материала SMMS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд), производимого из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот длиной 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развернутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди |

| | |
|---|---|
| | 70 см, манжета 7 × 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт. - Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев: основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 г/м². Четырехслойный нетканый материал SMMS плотностью 45 г/м² плюс нетканый материал плотностью не менее 40 г/м². Размеры: ворот длиной 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развернутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 × 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние от выреза до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Усиление проклеено по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт. - Шовный материал. Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, USP 1, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2, длиной 40 мм. 2. функциональная характеристика: операционное поле имеет самоклеящуюся барьерную пленку из медицинского клея, которая обладает защитным свойством от инфекции. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый. На операционную полоску не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. 3. качественная характеристика: метод стерилизации: этиленоксидом. Медицинские изделие стерильное, поставляются в единой комбинированной двойной упаковке. Все материалы безопасны для медицинского применения. Медицинские изделие не должно иметь видимых дефектов. На общей единой упаковке комплекта (набора) обязательно должны быть указаны: серия, дата производства, регистрационное удостоверение РК, условия хранения, полный состав комплектации, наименование комплекта и производителя, способ стерилизации, а также срок годности. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: одноразовый комплект, удобен в применении при операциях, обеспечивает надежную защиту операционного поля и медицинского персонала. Весь комплект должен поставляться в одной единой упаковке, содержащей все элементы. Каждая часть комплекта не должна поставляться отдельно. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком." |