Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011394-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88845187-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пульсоксиметр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Абай даңғылы, 35
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Оттегі мен импульстің қанықтылығын өлшеуге арналған OLED дисплейі бар портативті саусақ импульстік оксиметрі. Негізгі сипаттамалары * Мақсаты: қанықтылық пен импульсті өлшеу; сатушы карталарында модель балаларға арналған (оның ішінде 1 жастан 12 жасқа дейін). • Сатурация диапазоны: 80-99%. • Жүрек соғу жиілігі: 30-240 соққы/мин. * Өлшеу дәлдігі: ±2%. * Дисплей: OLED

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011394-1
Наименование закупки:	Закупки товаров согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 88845187-ЗЦП1
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран проспект Абая 35
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Портативный напальчиковый пульсоксиметр с OLED-дисплеем для измерения сатурации кислорода и пульса. Основные характеристики • Назначение: измерение сатурации и пульса; в карточках продавцов модель позиционируется для детей (в том числе от 1 года до 12 лет). • Диапазон сатурации: 80–99%. • Диапазон пульса: 30–240 уд/мин. • Точность измерения: ±2%. • Дисплей: OLED