

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859643-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88371097-3ЦП1
Лоттың атауы:	Түтікше
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	K2 ЭДТА бар вакуумдық пробирка
Саны, көлемі:	4000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттама - гематологиялық зерттеулерге арналған K2-ЭДТА бар вакуумды пластикалық пробирка, көлемі 2,0 мл, өлшемі 13×75 мм. Ақ сақинасы бар ашық күлгін қақпақ. Қақпақ пен пробиркада толық оралымды бұрандалы тесігі бар, тасымалдау және центрифугалау кезінде өздігінен ашылуын болдырмайды; қақпақты бір қолмен ашуға мүмкіндік береді. Пробирка полиэтилентерефталаттан (ПЭТФ) жасалған. 2. функционалдық сипаттама - пробирканың ішкі қабырғаларында ұсақ түйіршікті K2-ЭДТА антикоагулянт орналасқан. Қолдану саласы: гематология. Педиатрияда қолдануға мүмкіндік бар. 3. сапалық сипаттама - этикеткада стерильдік және бір рет қолдануға арналған белгі бар. МБ-де көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Өнім өндірушінің түпнұсқа қаптамасында жеткізіледі, сериясы және өндіріс күні көрсетілген. Жеке қаптамада көрсетілуі тиіс: серия (партия) нөмірі, медициналық бұйымның атауы, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі. Белгілеу және медициналық қолдану нұсқаулығы мемлекеттік және орыс тілдерінде беріледі. Өндіруші ISO 13485 стандартына сәйкес өнім шығарады. Қолданыстағы екі жақты ине, луэр-адаптер, “бабочка” ине және пробиркалармен үйлесімді. Ине, пробирка және иглодержатель бір-біріне үйлесімді болуы тиіс, бұл пробирканың қанмен дұрыс толтырылуын қамтамасыз етеді. Қажет болған жағдайда тапсырыс беруші өнімдердің үйлесімділігін тексере алады. Техникалық сипаттамадан ауытқу анықталған жағдайда, жеткізуші тапсырыс берушіге хабарлағаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде сәйкес емес элементтерді ауыстыруға міндетті. 4. пайдалану сипаттамасы - биологиялық материалды қауіпсіз алу, центрифугалау және тасымалдауды қамтамасыз етеді; пробирка бір рет қолдануға арналған және қақпақты бір қолмен ыңғайлы ашуға мүмкіндік береді. Жібермес бұрын: тапсырыс берушімен міндетті келісім қажет."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859643-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 88371097-ЗЦП1
Наименование лота:	Пробирка
Описание лота:	вакуумная
Дополнительное описание лота:	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА
Количество:	4000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика - пробирка пластиковая, вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований, объём 2,0 мл, размер 13×75 мм. Светло-фиолетовая крышка с белым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой. Пробирка выполнена из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). 2. функциональная характеристика - на внутренних стенках пробирки находится сухой мелкодисперсный антикоагулянт К2-ЭДТА. Область применения: гематология. Возможность использования в педиатрии. 3. качественная характеристика - наличие знаков стерильности и одноразового использования на этикетке. МИ не должно иметь видимых дефектов. Поставляется в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: номер серии (партии), наименование медицинского изделия, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии со стандартом ISO 13485. Совместим с имеющимися двусторонними иглами, луэр-адаптером, игламибабочками и пробирками. Игла, пробирка и иглодержатель должны быть взаимно совместимы, обеспечивая корректное заполнение пробирки кровью. При необходимости возможна проверка совместимости изделий заказчиком до использования. В случае выявления несоответствия технической спецификации поставщик обязуется заменить несоответствующие элементы в течение 3 рабочих дней после уведомления заказчика. 4. эксплуатационная характеристика - обеспечивает безопасное взятие, центрифугирование и транспортировку биологического материала; пробирка предназначена для одноразового применения и удобного открывания одной рукой. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."