

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858076-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88365573-3ЦП1
Лоттың атауы:	Гель
Лоттың сипаттауы:	байланысты, ультрадыбыстық бақылау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ультрадыбыстық гель 5 л (ед изм канистра)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Шөлмек
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы-орташа тұтқырлықты ультрадыбыстық зерттеуге арналған гель а, В, канистрде 5 л. геледе алергендер жоқ, науқастың терісі мен ультрадыбыстық датчиктер үшін қауіпсіз. 2. функционалдық сипаттамасы-кез келген жабдықта ультрадыбыстық зерттеу жүргізуге арналған. Ультрадыбыстық толқындардың берілуін және кескін сапасын жақсартып отырып, сенсор мен пациенттің терісі арасындағы сапалы акустикалық жанасуды қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттамасы-аллергиялық реакцияларды тудырмайды, иісі жоқ, теріде және жабдықта қалдық қалдырмайды. Материал медициналық жабдықтың жанасу беті үшін қауіпсіз. Гель ISO 10993 биоүйлесімділік талаптарын сақтай отырып жасалған. ҚР ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. МБ-де көрінетін ақаулар болмауы керек, сериясы мен шығарылған күні көрсетілген өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі керек. Жеке қаптамада: серия (партия) нөмірі, медициналық бұйымның атауы, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі нақты көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Жеткізілетін тауарды өндіруші ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес дайындайды. 4. пайдалану сипаттамасы-ультрадыбыстық зерттеулер жүргізу үшін қолданылады. Дайын өнімнің сақтау мерзімі-қаптамада көрсетілген. Химиялық өнімдердің қауіпсіздік паспорты МЕМСТ 30333-2022 бойынша дайындалған. Қазақ және орыс тілдерінде қолдану жөніндегі Нұсқаулық. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858076-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 88365573-ЗЦП1
Наименование лота:	Гель
Описание лота:	контактный, для ультразвукового контроля
Дополнительное описание лота:	Гель для УЗИ 5 л (ед изм канистра)
Количество:	5
Единица измерения:	Бутылка
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика - гель для ультразвуковых исследований средней вязкости А, В, в канистре 5 л. Гель не содержит аллергенов, безопасен для кожи пациента и датчиков УЗИ. 2. функциональная характеристика - предназначен для проведения ультразвуковых исследований на любом оборудовании. Обеспечивает качественный акустический контакт между датчиком и кожей пациента, улучшая передачу ультразвуковых волн и качество изображений. 3. качественная характеристика - не вызывает аллергических реакций, не имеет запаха, не оставляет следов на коже и оборудовании. Материал безопасен для контактной поверхности медицинского оборудования. Гель изготовлен с соблюдением требований биосовместимости ISO 10993. Соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности МЗ РК. МИ не должно иметь видимых дефектов, должно поставляться в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть четко указаны: номер серии (партии), наименование медицинского изделия, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель поставляемого товара изготавливает в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика - используется для проведения ультразвуковых исследований. Срок хранения готового изделия - указан на упаковке. Паспорт безопасности химической продукции подготовлен по ГОСТ 30333-2022. Инструкция по применению на казахском и русском языках. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."