Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030520-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82995507-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ширма
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ширма рентгенозащитная
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Абай даңғылы, 35
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Рентгендік экрандар-бұл персонал мен пациенттерді иондаушы сәулеленуден қорғауға арналған арнайы жылжымалы немесе стационарлық құрылымдар. Олар қорғасын парақтарымен толтырылған Болат қаңқадан жасалады (0,5–1,0 мм Pb және одан жоғары баламасы), рентген қорғаныш шынысымен (2,0–2,5 мм Pb) жабдықталады және процедуралық, операциялық және стоматологиялық кабинеттерде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық сипаттамаларға мыналар жатады: Қорғасын эквиваленті (қорғаныс): әдетте сәулелену көзінің қуатына байланысты 0,5 мм Pb-ден 1,0 мм Pb-ге дейін, 1,5 мм Pb немесе одан жоғары. Өлшемдері мен дизайны: үш секциялы. Биіктігі 1900-2000 мм-ден аспайды, ені 800 мм-ден 1200 мм-ге дейін. Терезе: өлшемі 300х400 мм–ден 400х600 мм-ге дейін, 2,0-2,5 мм Pb қорғаныс баламасы бар рентген қорғаныш әйнегі. Материалдар: жақтау ұнтақпен қапталған болаттан жасалған, ішінде қорғасын парақтары бар (С-2 маркасы). Ұтқырлық: айналмалы дөңгелектермен жабдықталған, көбінесе бекітуге арналған құлыптау механизмдері (тежегіштері) бар. Еденнен алшақтық: сәулеленудің өтуіне жол бермеу үшін Минимизацияланған (әдетте 10-12 мм). Экрандар жеке пульт бөлмесі көзделмеген рентген-кабинеттерде сенімді қорғауды қамтамасыз ете отырып, нормаларға сәйкес жүргізіледі. Рентгенозащитные ширмы — это специализированные передвижные или стационарные конструкции, предназначенные для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения. Они изготавливаются из стального каркаса с заполнением свинцовыми листами (эквивалент 0,5–1,0 мм Pb и выше), оснащаются рентгенозащитным стеклом (2,0–2,5 мм Pb) и обеспечивают безопасность в процедурных, операционных и стоматологических кабинетах. Основные технические характеристики включают: Свинцовый эквивалент (защита): Обычно составляет от 0,5 мм Pb до 1,0 мм Pb, 1,5 мм Pb или выше, в зависимости от мощности источника излучения. Размеры и конструкция: трехсекционные. Высота не более 1900–2000 мм, ширина — от 800 мм до 1200 мм. Окно: Рентгенозащитное стекло размером от 300х400 мм до 400х600 мм с эквивалентом защиты 2,0–2,5 мм Pb. Материалы: Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, внутри — свинцовые листы (марки С-2). Мобильность: Оснащаются поворотными колесами, часто со стопорными механизмами (тормозами) для фиксации. Зазор от пола: Минимизирован (обычно 10–12 мм) для предотвращения прохождения излучения. Ширмы производятся в соответствии с нормами, обеспечивая надежную защиту в рентген-кабинетах, где не предусмотрена отдельная пультовая комната. ГОСТ 9559-89

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030520-1
Наименование закупки:	Закупки товаров согласно технической спецификаций
Номер лота:	№ 82995507-ЗЦП2
Наименование лота:	Ширма
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Ширма рентгенозащитная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран проспект Абая 35
Срок поставки:	Со дня заключения договора в течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Рентгенозащитные ширмы — это специализированные передвижные или стационарные конструкции, предназначенные для защиты персонала и пациентов от ионизирующего излучения. Они изготавливаются из стального каркаса с заполнением свинцовыми листами (эквивалент 0,5–1,0 мм Pb и выше), оснащаются рентгенозащитным стеклом (2,0–2,5 мм Pb) и обеспечивают безопасность в процедурных, операционных и стоматологических кабинетах. Основные технические характеристики включают: Свинцовый эквивалент (защита): Обычно составляет от 0,5 мм Pb до 1,0 мм Pb, 1,5 мм Pb или выше, в зависимости от мощности источника излучения. Размеры и конструкция: трехсекционные. Высота не более 1900–2000 мм, ширина — от 800 мм до 1200 мм. Окно: Рентгенозащитное стекло размером от 300х400 мм до 400х600 мм с эквивалентом защиты 2,0–2,5 мм Pb. Материалы: Каркас выполнен из стали с порошковым покрытием, внутри — свинцовые листы (марки С-2). Мобильность: Оснащаются поворотными колесами, часто со стопорными механизмами (тормозами) для фиксации. Зазор от пола: Минимизирован (обычно 10–12 мм) для предотвращения прохождения излучения. Ширмы производятся в соответствии с нормами, обеспечивая надежную защиту в рентген-кабинетах, где не предусмотрена отдельная пультовая комната. ГОСТ 9559-89