

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784562-1
Сатып алудың атауы:	Салыстыру электродын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86884192-ОИ2
Лоттың атауы:	Салыстыру электроды
Лоттың сипаттауы:	автоматтық титрлеуші үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЭСр-10101-3,5 салыстыру электроды
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Промышленная зона 4, здание 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЭСр-10101-3,5 салыстыру электроды. Техникалық сипаттамалары: - ЭСР-10101-3,5 талданатын ортаның температурасы 5-тен 100°С-қа дейін (паспортқа сәйкес). - жалпы өлшемдері: ұзындығы 170 мм, диаметрі 12 мм. - кабель К 80.4 кабельдің ұзындығы - 80см, штепсель ШП 4-2. Жинақтау: * Электрод * Төлқұжат * Бастапқы тексеруді тану және тексеру туралы сертификат * Өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы Сертификат. Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784562-1
Наименование закупки:	Приобретение Электрод сравнения.
Номер лота:	№ 86884192-ОИ2
Наименование лота:	Электрод сравнения
Описание лота:	для автоматического титратора
Дополнительное описание лота:	Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	По заявке заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5. Технические характеристики: -ЭСр-10101-3,5 с температурой анализируемой среды от 5 до 100°С (согласно паспорту). - габаритные размеры: длина 170мм, диаметр 12мм. - кабель К 80.4 - длина кабеля 80см, штепсель ШП 4-2. Комплектация: * Электрод * Паспорт * Признание первичной поверки и сертификат о поверке * Сертификат об утверждении типа средств измерений. Год выпуска не ранее 2026г. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок поставки : По заявке заказчика 16 календарных дней.